



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
<http://www.spzozwolsztyn.pl>
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 05.03.2021 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/75/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**sukcesywna 6 miesięczna dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w Wolsztynie**”; Nr sprawy: TP/2/2021;

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW I

Pozycja 1

1. Czy zamawiający dopuści rękawicę alternatywną posiadającą :

„Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitylowe bezpydrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, teksturowane palce, powierzchnia wewnętrzna gładka polimeryzowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0,09-0,11 mm, na dłoni 0,06-0,08 mm, mankiet 0,05-0,06 mm, posiadające AQL 1,0, posiadające Certyfikat w kategorii III/TypB Środków Ochrony Indywidualnej (UE)2016/425, będące wyrobem medycznym klasy 1 93/42/EEC, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z 1935/2004/EEC oraz spełniające standardy EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001, Przebadane na przenikanie 12 leków cytostatycznych wg, ASTM D6978, rękawice nie zawierające: tiuramów, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie papierowe a'100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości), z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

1. Czy zamawiający dopuści rękawicę alternatywną :

„ Rękawice nitylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,09mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitylowe bezpydrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, teksturowane palce, powierzchnia wewnętrzna gładka polimeryzowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0,09-0,11 mm, na dłoni 0,06-0,08 mm, mankiet 0,05-0,06 mm, posiadające AQL 1,0, posiadające Certyfikat w kategorii III/TypB Środków Ochrony Indywidualnej (UE)2016/425, będące wyrobem medycznym klasy 1 93/42/EEC, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z 1935/2004/EEC oraz spełniające standardy EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001, Przebadane na przenikanie 12 leków cytostatycznych wg, ASTM D6978, rękawice nie zawierające: tiuramów, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie papierowe a'100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości), z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. W tym zakresie Zamawiający dokona zmiany OPZ.

ZESTAW II

w opisie przy formularzu ofertowym w exelu jest informacja o próbkach /Na jakim etapie postępowania mają zostać przekazane?



czy zamawiający wymaga 8 pudełek rękawic - sumując typy i rozmiary

Odpowiedź: Próbki należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn z dopiskiem Sekretariat. Zamawiający wymaga przedstawienia 2 sztuk próbek z każdej pozycji asortymentowej, czyli po 1 op. handlowym rękawic nitylowych i 1 op. rękawic winylowych

ZESTAW III

Pakiet 1, poz. 1; Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu średnio 0,06-0,10 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Wprowadzone wyjaśnienia powodują konieczność wydłużenia terminu składania ofert na dzień 12.03.2021 godz. 12.00.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

