



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŁĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Łębork, 05.10.2022 r.

ZP.261.45.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a48e2aac-3a6d-11ed-8832-4e4740e186ac

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **zakup i dostawę ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t) wraz z noszami głównymi z podwoziem**. Znak sprawy ZP-TP/45/22

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Pytanie do zestawu nosze z transporterem. Aktualnie obowiązująca norma zharmonizowana 1865-1 dopuszcza maksymalny ciężar noszy ukompletowanych bez pasów tj. nosze + transporter + materac do 61 kg. W związku z powyższym pragnę Państwa zapytać, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności następujący zestaw transportowy przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ? - materac o wadze 5.95 kg, spełniający zalecenia ww. normy PN EN 1865-1 i lżejszy od jej zapisów o ponad 4 kg. - nosze o wadze 20 kg, które są lżejsze od zaleceń normy PN EN 1865-1 i wymagań zamawiającego o 3 kg (część okazjonalnie noszona przez personel medyczny) - transporter do noszy o wadze 35.05 kg, który z założenia nie jest dźwigany przez personel medyczny. Oferowany transporter poza przytoczonym parametrem dot. wagi spełnia wszystkie zalecenia normy PN-EN: 1865-1:2010 oraz zharmonizowanej, 1789:2007 w tym załącznik A1:2010 obejmujący m.in. badanie dynamiczne zapięcia 10G. Powyższe potwierdza aktualna deklaracja zgodności wystawiona przez niezależną jednostkę notyfikowaną, której treść w części dotyczącej noszy i transportera jest tożsama (równoważna) z aktualną normą zharmonizowaną, a waga noszy ukompletowanych (nosze + transporter noszy + materac) spełnia parametr zalecanej wagi maksymalnej ww. zestawu wg. zapisów obowiązującej normy PN EN 1865-1. Waga ukompletowanego, proponowanego zestawu tj. nosze + transporter + materac spełnia zalecenia normy dot. wagi max zestawu tj. 61 kg.

**Odp.: Zamawiający wymaga aby waga ukompletowanego zestawu, tj. nosze + transporter + materac, spełniała zalecenia normy PN EN 1865-1+A1:2015-08.**

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłużył termin składania ofert do 07.10.2022 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi 07.10.2022 r. o godz. 13:05. Termin związania ofertą: 05.11.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00378531/01 z 05.10.2022 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.