



Wieluń, 16 października 2024 r.

**Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa aparatu ultrasonograficznego z funkcją Dopplera dla potrzeb poradni urologicznej**, numer sprawy: **SPZOZ.ZP.2.24.242.18.2024**

Zamawiający SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48h?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 10 na 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia sprzętu z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„ W przypadku gdy przewidywany okres naprawy gwarancyjnej , zgodnie z ust. 8 przekroczy 14 dni roboczych, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego wolnego od wad. W przypadku braku spełnienia tego obowiązku, Wykonawca upoważnia Zamawiającemu, do zapewnienia sobie sprzętu z innego źródła, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego wyłącza możliwość naliczenia kary umownej za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i załączników do niej w tym wzoru umowy.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnego serwisu, przeglądów i konserwacji. Przeglądy rozumiane, jako usługa wykonania przez Wykonawcę,

tj. dojazd, koszt robocizny z wyłączeniem części zużywalnych. Te będą osobno kalkulowane po wykonaniu danego przeglądu”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i załączników do niej w tym wzorze umowy.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1. 1.2

Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej z 0,2% do 0,1%

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i załączników do niej w tym wzorze umowy.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1. 1.3

Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej z 500,00 zł na 350,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i załączników do niej w tym wzorze umowy.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 8

Wnioskujemy o dodatnie ustępu 11 o poniższej treści:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar umownych”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i załączników do niej w tym wzorze umowy.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ, pkt. 24c

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane prowadnice umożliwiały wprowadzenie igły biopsyjnej przez środek głowicy pod kątem 19 stopni względem korpusu głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ, pkt. 24d

Czy zgodnie z zapisem: *Głowica umożliwiająca jednoczesne wykonanie biopsji wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy*, Zamawiający rozumie, by oferowana głowica umożliwiała jednoczesne wykonanie biopsji typu end-fire oraz side-fire?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 treść pytań wraz z wyjaśnieniami udostępniamy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)

