



Tarnów, 2023-01-10

Znak: AE/ZP-27-96/22

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji 2 Załącznika Nr 1 do SWZ oraz punktu 11 Załącznika Nr 4.** Prosimy o dopuszczenie igieł w odpowiednio w rozmiarach 9G i 12G.
2. **Dotyczy pkt 22.1 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** W związku z oraz obecną sytuacją polityczną w Europie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 8 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. **Dotyczy pkt 22.1 SWZ - Projektowane postanowienia umowy i punktu 3 Załącznika Nr 4.** Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy aparatu do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.
4. **Dotyczy pkt V.2 Formularza Ofertowego.** Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia
5. **Dotyczy pkt 22.12 a) i b) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** W nawiązaniu ww punktów zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
6. **Dotyczy pkt 22.12 c) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** W nawiązaniu do ww punktu, zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 10% wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.22.33 – 22.38 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt.22.33 SWZ.
7. **Dotyczy SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
8. **Dotyczy SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.
9. **Dotyczy pkt 7 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie naprawy bez użycia części i z użyciem części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 4 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych ( w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.
10. **Dotyczy przedmiotu zamówienia ujętego w pozycji 2 Formularz Cenowego.** Czy zamawiający wymaga automatycznego obrotu igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści.
11. **Dotyczy przedmiotu zamówienia ujętego w pozycji 2 Formularz Cenowego.** Czy zamawiający wymaga większego wyboru igieł również w rozmiarze 12G?
12. **Dotyczy przedmiotu zamówienia ujętego w pozycji 3 Formularz Cenowego.** Czy zamawiający wymaga aby znaczniki oferowane w pozycji nr 3 były widoczne permanentnie w obrazowaniu USG I RTG?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2 Załącznika Nr 1** igieł do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG w rozmiarach 9 G i 12 G i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SWZ.





**Ad 2** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw określonego w **pkt 22.1 SWZ**.

**Ad 3** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy systemu do wykonywania marmotomicznej biopsji pod kontrolą USG określonego w **pkt 22.1**.

**Ad 4** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu reklamacji, który winien być nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia – zgodnie z pkt V.2 Formularza ofertowego.

**Ad 5-8** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach **pkt 22 SWZ** Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

**Ad 9** Zamawiający podtrzymuje wymagania dla oferowanego przedmiotu zamówienia określone w pkt 7 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad 10-11** Zamawiający wymaga zaofiarowania w **pozycji 2** Formularza Cenowego przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania SWZ.

**Ad 12** Zamawiający wymaga zaofiarowania w **pozycji 3** Formularza Cenowego przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok

