

**SPZOZ w Wolsztynie ; TP/20/2021, Pakiet nr 2; OPZ w zakresie szybkich testów diagnostycznych**

**załącznik nr 3 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia**

<b>Odczynniki do badań laboratoryjnych - szybkie testy diagnostyczne</b>			
<b>Lp.</b>	<b>WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE</b>	<b>Wymóg do spełnienia (warunek graniczny)</b>	<b>OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca <u>LEGENDA:</u> TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr</b>
1.	Wykrywanie krwi utajonej w kale; bez zachowania diety, czułość testu minimum 10 ng/ml. Jednostopniowy test kasetkowy. Metoda oznaczania - immunochromatografia.	TAK - podać zaoferowaną czułość.	
Testy z pozycji 1 – 4 muszą zawierać kompletne, niezbędne wyposażenie do przygotowania materiału do badania (bufory, aplikatory, itp.) i wykonania badania.		TAK, podać jakie.	
Testy z pozycji 1 – 4 - Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę wielkości zaoferowanych w postępowaniu opakowań w okresie trwania umowy		TAK	
2.	Test do jednoczesnego, jakościowego wykrywania narkotyków i/lub ich metabolitów oraz substancji maskujących w moczu ludzkim.	TAK	
Wymagana czułość:			
	Amfetamina – 1000 ng/ml	TAK	
	Barbiturany -300 ng/ml	TAK	
	Benzodiazepiny - 300 ng/ml	TAK	
	Kokaina - 300 ng/ml	TAK	
	Ekstaza - 500 ng/ml	TAK	
	Metamfetamina – 500 ng/ml	TAK	
	Metadon - 300 ng/ml	TAK	
	Opiaty - 300 ng/ml	TAK	
	Trójcykliczne antydepresanty – 1000 ng/ml	TAK	
	Marihuana -50 ng/ml	TAK	
Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę rodzaju wykrywanych narkotyków i/lub ich metabolitów w okresie trwania umowy.		TAK	
Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę ilości wykrywanych jednocześnie narkotyków i/lub ich metabolitów w okresie trwania umowy		TAK	
Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę producenta testów zaoferowanych w postępowaniu		TAK	
3	Metodyki wykonania badań w języku polskim - dostarczane do laboratorium Zamawiającego przy każdej dostawie.	TAK	
4.	Składający ofertę zobowiązany jest do dostarczenia, w momencie składania oferty, wszystkich załączników- ulotek umieszczanych/dołączanych do opakowań odczynników będących przedmiotem tego postępowania.	TAK	

Data:

Podpis Wykonawcy: