



Słupsk, dnia 24.06.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń markerów kardiologicznych, oznaczeń parametrów krytycznych w tym mocznika i kreatyniny wraz z dzierżawą analizatorów – postępowanie nr 55/PN/2024**

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Część III B – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zadanie 1, 3, 4.

Punkt 33 „Wszystkie parametry i wartości podane w tabeli Oferenta muszą być poparte załączoną do oferty instrukcją obsługi oferowanego analizatora w języku polskim.

Dopuszcza się możliwość dołączenia do oferty instrukcji w formie elektronicznej.”

Czy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiający dopuści inne niż instrukcje obsługi dokumenty wystawione przez producenta lub wykonawcę, np. ulotka, oświadczenie?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

Część III B – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zadanie 1, 3, 4. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punkt 7 „Przegląd techniczny analizatora min 2 razy w roku na koszt Oferenta.”

Czy Zamawiający zgodzi się na dokonywanie przeglądów okresowych w interwałach zalecanych przez producenta tj 1 na 12 miesięcy?. Częstsze sprawdzanie aparatu powoduje nieuzasadnione przestoje aparatu a w żaden sposób nie zwiększa sprawności analizatora.

***Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 3:**

Część III C – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 zadanie nr 2 (SOR).

Punkt 32 „Wszystkie parametry i wartości podane w tabeli Oferenta muszą być poparte załączoną do oferty instrukcją obsługi oferowanego analizatora w języku polskim.

Dopuszcza się możliwość dołączenia do oferty instrukcji w formie elektronicznej.”

Czy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiający dopuści inne niż instrukcje obsługi dokumenty wystawione przez producenta lub wykonawcę, np. ulotka, oświadczenie.

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

Część III C – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 zadanie nr 2 (SOR).

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punkt 7 „W cenie oferty przegląd techniczny analizatora min 2 razy w roku.”

Czy Zamawiający zgodzi się na dokonywanie przeglądów okresowych w interwałach zalecanych przez producenta tj 1 na 12 miesięcy?. Częstsze sprawdzanie aparatu powoduje nieuzasadnione przestoje aparatu a w żaden sposób nie zwiększa sprawności analizatora.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5:**

Część III D – Opis przedmiotu zamówienia - oprogramowanie.

Punkt 7 „Możliwość zdalnego podglądu trybu pracy wybranych urządzeń, m.in. wywołanie kalibracji, kontroli jakości, wyłączenie i włączenie opcji pomiaru określonych analitów, wyłączenie urządzenia.”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dające możliwość wymuszenia zdalnie kalibracji z ograniczeniem funkcjonalności do Analizatorów wykonujących kalibrację z odczytników będących na pokładzie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:**

Część III E – Opis przedmiotu zamówienia – strzykawki.

Punkt 2 „heparynizowane, (80 IU na ml) suchej zbalansowanej elektrolitowo heparyny, dodatkowo wysycana jonami Ca<sup>2+</sup>

Czy Zamawiający dopuści strzykawki heparynizowane, (80 IU na ml) suchej zbalansowanej elektrolitowo heparyny.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

  
KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak