



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Nr Certyfikatu 14180
ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 25.04.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 8/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego, zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

1. Czy zamawiający dopuści aparat z 2015 roku?

Odp. Nie.

2. Czy zamawiający dopuści opakowania o pojemności 150szt pasków w jednym opakowaniu?

Odp. Tak.

3. Czy zamawiający wymaga wewnątrz laboratoryjna kontrolę jakości do parametrów fizykochemicznych na poziomie Normalnym 3 fiołki po 15 ml i Patologicznym 3 fiołki po 15 mli dodatkowo do osadu moczu również na poziomie Norm. i Pat.w konfekcji 2x 120 ml Norm, 2x120 ml pat. a tym samym kontrolę tylko i wyłącznie z listy rekomendowanych zatwierdzonych przez producenta dedykowanych do aparatu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, zgodnie z pkt.13 Zamawiający określił harmonogram kontroli wewnętrznej.

4. Czy zamawiający dopuści wydajność analizatora na poziomie 90 próbek / godzinę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy zamawiający dopuści wydruk badania z systemu informatycznego Szpitala?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy zamawiający dopuści manualną ocenę barwy moczu i możliwość jej wprowadzenia w aparacie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82