



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 33

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 50 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 50 dopuści:

Poz. 1 worek jak w opisie, przylepiec hydrokoloidowy, elastyczny rozmiar 10-55 mm

Poz. 1 worek jak w opisie, przylepiec hydrokoloidowy, dwuwarstwowy chroniący przed działaniem wilgoci, rozmiar 10-76 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 50 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający w pakiecie 50 dopuści: jednoczęściowy worek stomijny typu convex, opróżniany, z okienkiem, płytka hydro-kolodiwa zabezpieczająca skórę przed działaniem wilgoci, płytka z docięciem 15-43 mm, zapięcie na rzep, z filtrem posiadającym membranę

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 50 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający jednoczęściowy worek stomijny typu convex, opróżniany, przezroczysty lub z okienkiem, płytka hydrokoloidowa ze składnikiem wspomagającym gojenie, także dla stomii z podrażnioną skórą, płytka z delikatną wypukłością docięcie 10-50 mm, z lekką wypukłością docięcie 10-43 mm, z głęboką wypukłością 10-43 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 50 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 50, worki pakowane po 30 szt. i po 10 szt. w opakowaniu)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 5 – dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie faktury w formacie pdf na wskazany adres emailowy, w godzinach wieczornych w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem