

Węgrów, dnia 10.11.2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-472 Warszawa

Pełnomocnik Zamawiającego

działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci defibrylatora i kardiomonitörów związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego, Znak: ZP/COV/13/21

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych

Poz. 60

Czy Zamawiający oczekuje aby uchwyt do montażu w karetce był wyposażony w zintegrowany zasilacz umożliwiający tym samym automatyczne ładowanie akumulatorów w defibrylatorze po zainstalowaniu urządzenia w uchwyt karetkowy?

Odpowiedź:

Zamawiający **potwierdza**, iż oczekuje aby **uchwyt do montażu w karetce był wyposażony w zintegrowany zasilacz** umożliwiający tym samym automatyczne ładowanie akumulatorów w defibrylatorze po zainstalowaniu urządzenia w uchwyt karetkowy.

Podpisał:

Główny Księgowy SPZOZ w Węgrowie
Elżbieta Ratyńska