

Bielsko-Biała dn. 13.05.2021r.

DZP.271.21.2021 - 14.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.21.2021

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Pytanie 1 – pakiet 21, poz. 4,5

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o Wydzielenie z pakietu 21, poz. 4,5 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 21, poz. 4,5 i utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu

Pytanie 2 – pakiet 21, poz. 4

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 , poz. 4 następującego fartucha

Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony: wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH₂O; wytrzymałość na rozerwanie (sucho/mokro) MIN. 149/125 Kpa. , z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru , dokumenty dotyczące spełniającej przez fartuch normy prześlemy na życzenie Zamawiającego.. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami z celulozy do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier krepowy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Fartuch w rozmiarach L, XL - XXL w zależności od zapotrzebowania zamawiającego. Opakowania folia/papier wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne przeznaczone do wklejania do dokumentacji medycznej wraz z dwoma ściereczkami do rąk wykonanymi z chłonnej włókniny. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Opakowanie ma zawierać informacje o dacie ważności i nr serii.

Pakowany a 1 szt.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – pakiet 21, poz. 5

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 , poz. 5 następującego fartucha

Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH₂O; wytrzymałość na rozerwanie (sucho/mokro)MIN. 149/125 Kpa., u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru , na życzenie Zamawiającego możemy przesłać dokumenty dot. spełnianej przez fartuch normy.Fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami z celulozy do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier krepowy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Fartuch w rozmiarach L, XL,XXL w zależności od zapotrzebowania zamawiającego. Opakowania folia/papier wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne przeznaczone do wklejania do dokumentacji medycznej wraz z dwoma ściereczkami do rąk wykonanymi z chłonnej włókniny. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Opakowanie ma zawierać informacje o dacie ważności i nr serii. Pakowany a'1 szt.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Naczelną Pielęgniarkę
Weskiidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr *Barbara Przymorgen*

