



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE**

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

Kraków, 11.07.2023r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-17/23**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 135 ust. 2 w zw. z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV, HCV, HIV w pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, archiwizacją materiału badanego oraz dzierżawą niezbędnej aparatury z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem** – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pkt IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt.5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i ujednoczenie zapisów swz, według SWZ rozdz IV pp.5 Zamawiający wskazuje miejsce posadowienia systemu diagnostycznego (analyzerów) pok. 3.10, według parametrów granicznych Część II – WYMAGANIA FUNKCYJALNO – UŻYTKOWE, ppkt.1.3 jest mowa o pomieszczeniu nr 3.6

Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź: Zapis został ujednoczony w rezultacie modyfikacji SWZ z dnia ..... oraz ogłoszenia zmian nr ..... z dnia.**

Pytanie nr 2:

Dotyczy XVII.KRYTERIA OCENY OFERT ... punkt 6. i KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 3.1. Czy zamawiający przez „gotowe do użycia” rozumie odczynniki, kontrole i kalibratory nie wymagają rozmrażania, mieszania i przelewania poza analizatorem i tylko takie rozwiązanie dostanie 7 punktów?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie nr 3:

Dotyczy pkt V, ppkt. 1 SWZ Przedmiotowe Środki Dowodowe.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia certyfikatów do oferty i w ich miejsce załączenia do oferty oświadczenia o posiadaniu certyfikatów oraz przesyłania tych dokumentów na żądanie Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Sekcji V SWZ.**

Pytanie 4:

Dotyczy pkt V, ppkt. 1 SWZ Przedmiotowe Środki Dowodowe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych folderów, katalogów, kart charakterystyk załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się wymagane dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Sekcji V SWZ.**

Pytanie 5:

Dotyczy umowy

par.1.ust. 17 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE**

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

---

Pytanie 6:

Dotyczy umowy

par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zostały dokumenty zostały dostarczone w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 7:

Dotyczy umowy

par. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Adres e-mail: a.blaszczyk@rckik.krakow.pl**

Pytanie 8:

Dotyczy umowy

par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni kalendarzowe" na "dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 9:

Dotyczy umowy

par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Postanowienie ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a i 2 Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego wezwania Wykonawcy na piśmie, pod rygorem nieważności, do zaprzestania stosowania ww. działań w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania.”**

Pytanie 10:

Dotyczy umowy

par. 5 ust. 6 lit. C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Postanowienie par. 5 ust. 6 lit. c dotyczy zwłoki w realizacji uprawnień reklamacyjnych.**

Pytanie 11:

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 12:

Dotyczy umowy

par. 5 ust. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 13:

Dotyczy umowy

par.11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie nr 14:

Dotyczy umowy

par. 9 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Treść umowy zostanie uzgodniona po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Pytanie nr 15:

Dotyczy: SWZ, Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 4.

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana ekspertyza na ma celu określenie możliwości posadowienia we wskazanym pomieszczeniu niezbędnego sprzętu, stanowiącego analizatory wraz z niezbędnymi do realizacji wyspecyfikowanych wszystkich rodzajów badań (uwzględniając pulowanie i archiwizację) dodatkowymi urządzeniami, tworzącymi pełen ciąg diagnostyczny. Powinna ona uwzględniać stan faktyczny w pomieszczeniu: pok. 3.6, III p., na dzień składania ofert oraz gwarantować bezpieczeństwo i higienę pracy pracującego w pomieszczeniu personelu, poprzez zachowanie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie nr 16:

Dotyczy: SWZ, Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 4

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania urządzeń, na których Zamawiający aktualnie pracuje oraz w sytuacji, kiedy ilość oferowanego sprzętu jest znacząco mniejsza poprzez potrzebę zaoferowania nie trzech, a dwóch analizatorów, oraz w przypadku posadowienia ich w tym samym miejscu, Zamawiający odstąpi od żądania ekspertyzy uznając warunek za spełniony?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ekspertyzy.**

Pytanie nr 17:

Dotyczy SWZ, Rozdział XVII Kryteria oceny oferty, pkt. 1, ppkt, 2 Jakość, 5) oraz Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 5.5. Prosimy o odpowiedź, który z zapisów jest obowiązujący: Odczynniki do wykonania badań na oferowanym systemie diagnostycznym w kierunku RNA HAV i DNA Parvo B19 w pulach osocza (Zał. 3), czy Możliwość wykonania badań w kierunku RNA HAV i DNA Parvo B19 w pulach osocza na oferowanym systemie diagnostycznym (SWZ)

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wiążący jest zapis w SWZ. Jednocześnie zapis pkt. 5.5. w Części II Załącznika nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie: Możliwość wykonania badań na oferowanym systemie diagnostycznym w kierunku RNA HAV i DNA Parvo B19 w pulach osocza.**

Pytanie nr 18:

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 1.2.

Prosimy o potwierdzenie, że przez analizator/system rozumieć należy wszystkie urządzenia wraz z przynależnościami, które wykonawca zamierza zainstalować w celu realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV, HCV, HIV w pulach osocza metodą automatyczną wraz z archiwizacją próbek.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że pod pojęciem analizatora/systemu należy rozumieć wszystkie urządzenia wraz z przynależnościami, które wykonawca zamierza zainstalować w celu realizacji badań.**

Pytanie nr 19:

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 1.2, 1.3.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien jednocześnie z dzierżawionym systemem diagnostycznym dostarczyć system back-up? Jeśli tak, to czy system ten będzie zlokalizowany w tym samym pomieszczeniu?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że system back-up wykonawca winien dostarczyć jednocześnie z dzierżawionym systemem diagnostycznym i będzie on zlokalizowany w tym samym pomieszczeniu.**

Pytanie nr 20

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 1.6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, który wymaga cotygodniowego wyłączania w celu prawidłowego zachowania wydajności przetwarzania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE**

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

---

Pytanie 21

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 1.21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje możliwości wykonania badań z próbek pierwotnych do badań NAT z możliwością wielokrotnego powtórzenia badania. Przy czym, czynność ta powinna odbywać się bez jakiegokolwiek ingerencji operatora tzn. bez zmiany numeru próbki, kodu kreskowego, dopisania dodatkowych cyfr, liter, znaków lub innych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania.**

Pytanie 22

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 1.23. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwane przez Zamawiającego uaktualnienia w przypadku zmiany systemu LIS będą obejmować aktualizację oprogramowania zaoferowanego systemu diagnostycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga aktualizacji oprogramowania systemu diagnostycznego w przypadku każdej zmiany systemu LIS.**

Pytanie 23

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 1.24. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy do oferty winni załączyć szczegółowy harmonogram procesu instalacji i wdrożenia. Harmonogram musi przede wszystkim uwzględniać ciągłość pracy laboratorium Zamawiającego szczegółowo opisaną w Zał. Nr 3, Część II, punkt 1.2. t.j. z zachowaniem „możliwości wykonania badań, zautoryzowanie wyników, wydanie list kwalifikacyjnych – w ilości pozwalającej na wykonywanie średnio 500-700 donacji dziennie w czasie nie dłuższym niż 10 godzin bez przekroczenia regulaminowego czasu pracy laboratorium określonego przez Zamawiającego oraz bez zmiany organizacji pracy laboratorium, przy zapewnieniu jednego analizatora w systemie back up.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia harmonogramu do oferty lecz po zawarciu umowy.**

Pytanie 24

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 2.1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli oprogramowanie w języku polskim służące do obsługi analizatora.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 25

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę lub aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy pod warunkiem, że będzie ono nowszej generacji, nie gorsze niż posiadane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 26

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 3.3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania odczynników odpowiednio opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, na opakowaniach których znajdują się: znak CE IVD, data ważności, nr serii i warunki przechowywania. Odczynniki posiadają instrukcje/ulotki w języku polskim.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 27

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 3.7. W związku z wymogiem Zamawiającego o dostarczeniu wraz z ofertą dokumentów dotyczących czułości oferowanych metod na oferowanym w ofercie przetargowej analizatorze, prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczy również testów dodatkowych (pkt. 5.5. Tabeli).

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy testów podstawowych.**

Pytanie 28

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 3.9.



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

Czy w przypadku konieczności zaoferowania lodówki, w związku z potrzebą przechowywania odczynników w temperaturze niższej niż pokojowa, Zamawiający zamierza zainstalować ją w pomieszczeniu 3.6 III p. i tym samym wymaga uwzględnienia jej w ekspertyzie.

**Odpowiedź: Zamawiający zamierza zainstalować oferowaną lodówkę w pomieszczeniu 3.6 III p, Wykonawca musi uwzględnić jej lokalizację w ekspertyzie.**

Pytanie 29

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część I i Część II, pkt 5.4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system back up był na koszt wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 30

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 5.5.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna punkty w zakresie odczynników do wykonania badań w kierunku RNA HAV i DNA Parvo B19 na zaoferowanym w ofercie przetargowej systemie diagnostycznym, tylko w przypadku posiadania przez wykonawców takich odczynników na dzień składania ofert, potwierdzonych stosowną dokumentacją (zgłoszenie do URPL, deklaracja zgodności, instrukcja).

**Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty w oparciu o przedmiotowe środki dowodowe dotyczące analizatora/systemu diagnostycznego.**

Pytanie 31

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część II, pkt 7.2.

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania deklaracji zgodności (CE) dotyczy tylko tych urządzeń oraz oferowanych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 32

Dotyczy: Załącznik „Istotne Postanowienia Umowy” § 1 ust. 4.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby instalacja oraz walidacja odbyła się w terminie do 40 dni od zawarcia umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 33

Dotyczy: Załącznik nr 2 „Formularz Ofertowy” Oświadczenia.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w oświadczeniu o zapewnieniu transmisji danych omyłkowo wpisał pkt 1.14 i 1.25 zamiast pkt 1.11 oraz 1.22..

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 34

Dotyczy: Załącznik „Istotne Postanowienia Umowy” § 2 ust. 1,2,3

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawy odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem na podstawie zamówień potwierdzających ilość zestawów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do ich uwzględnienia w treści ofert pod rygorem odrzucenia oferty.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 137 ust. 1 zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

W Załączniku nr 1 do SWZ postanowienie par. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „*Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a i 2 Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego wezwania Wykonawcy na piśmie, pod rygorem nieważności, do zaprzestania stosowania ww. działań w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania.*”

W Załączniku nr 3 do SWZ, w części II postanowienie pkt. 5.5. otrzymuje brzmienie: „*Możliwość wykonania badań na oferowanym systemie diagnostycznym w kierunku RNA HAV i DNA Parvo B19 w pulach osocza.*”



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE**

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

---

Jednocześnie Zamawiający opublikuje na stronie postępowania obowiązujące załączniki nr 1 i nr 3 do SWZ.

*Z up.  
mgr Robert Kochański  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
RCKiK w Krakowie*