



Uczestnicy postępowania

ZP-PN/UE/35/20

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

Znak sprawy: ZP-PN/UE/35/20.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 2

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji 1 produktu o równoważnym zastosowaniu, tj.:*
System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy max. 1,1mm i długości max. 5,3mm. Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni.
Jeśli tak, to prosimy o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu.

 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie urządzenia do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowane z przezroczystej rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętką igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotkowych? Implanty są wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka. Urządzenie jest dostępne w 2 wersjach: zagięte do góry pod kątem 15stopni oraz zagięte do dołu pod kątem 9 stopni.*

 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne system do szycia łąkotek składający się z podwójnie wzmocnionej igły o długości 33 cm i niewchłanialnej nici o rozmiarze 2-0 ?*

 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 5

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza Sondę bipolarną widelec prostą (dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15,5 cm, przewód 3 m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie 10 szt.?*

 - Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania sondę o ww. parametrach.**
- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową elektrodę powierzchniową 4-kanalową naklejaną spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną, rozmiar 7-9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37,6 x 37, produkt jednorazowy, opakowanie 10 szt.?*

 - Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania jednorazową elektrodę o ww. parametrach.**

Zadanie nr 6

6. Czy Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z Waporyzátorem plazmowym w ramach użyczenia waporyzátora, równoważnego do opisanego w SIWZ w pakiecie 6 pkt. 1-2:

Waporyzátór plazmowy do artroskopii (w ramach użyczenia):

- System bipolarny
- Częstotliwość pracy 100KHz +/- 20KHz
- Niska temperatura pracy elektrod (ablacja, koagulacja) w zakresie: 40°C do 70°C
- 9 stopniowy zakres mocy przy funkcji ablacji i koagulacji
- Automatyczna detekcja podłączenia elektrody
- Dynamiczny monitoring intensywności generowanej plazmy przez urządzenie
- Przycisk nożny do sterowania generátorem (ablacja/koagulacja)
- Zastosowanie do procedur artroskopii: biodra, kolana, barku itp.
- Elektrody sterylne kompatybilne z oferowanym generátorem z funkcją ssania (o kącie zagięcia 90° i 35° „w tym do uwolnienia troczków”), zamawiający każdorazowo określi potrzebny kąt wygięcia podczas składania zamówienia.
- ilość elektrod zgodna z SIWZ tj. 200 szt..
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 8

7. Dot. poz. nr 1.- Prosimy o dopuszczenie 15 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczonych do implantacji metodą TVT i TOT, monofilamentowych, polipropylenowych, jednorodnych, niewchłaniających, z plastikową osłonką na ramionach (brak osłonki w środku taśmy na odcinku min 2 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzeży taśmy cięte laserowo, końce taśm symetrycznie zwężone, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), 3 markery w środkowej części taśmy wskazujące miejsce umieszczenia szwów fiksujących?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

8. Dot. poz. nr 2. Prosimy o dopuszczenie 1 kompletu igieł spiralnych (lewa, prawa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji metodą przezskłonową, długość całej igły 32 cm (w tym igła 21 cm oraz rączka niebieska metalowa 11 cm), średnica 4 mm?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 11

9. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 11, w miejsce pierwotnych parametrów, ligatorów hemoroidalnych niesterylnych. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 12

10. Czy Zamawiający w zad. 12, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek do usuwania preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. Worek o dostępnych pojemnościach 200ml, 800ml i 1200ml. Średnice wejścia odpowiednio: 50mm-100mm-130mm. Wszystkie pojemności kompatybilne z trokarzami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcią kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania. Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza - po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru kodowane kolorami?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 13

11. Czy Zamawiający dopuści dreny jednorazowe kompatybilne z Pompą do artroskopii w ramach użyczenia pompy dla 800 zabiegów, równoważnej do opisanej w SIWZ w pakiecie 13 pkt. 1:

Pompa do artroskopii:

- Jednorolkowa pompa

- Nieinwazyjna technika pomiaru ciśnienia
 - Wbudowane gotowe programy do różnych stawów
 - Możliwość ustawienia ciśnienia do 200mmHg
 - Możliwość ustawienia przepływu do 2l/min
 - Funkcja szybkiego płukania stawu „Flash”
 - Wbudowany ssak
 - Menu w języku polskim
 - ilość drenów zgodnie z SIWZ tj. 800 sztuk
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
12. Czy Zamawiający dopuści dreny wielorazowe kompatybilne z Pompą do artroskopii w ramach użyczenia pompy dla 800 zabiegów, równoważnej do opisanej w SIWZ w pakiecie 13 pkt. 1:
Pompa do artroskopii:
- Jednorolkowa pompa hybrydowa
 - Nieinwazyjna technika pomiaru ciśnienia
 - Wbudowane gotowe programy do różnych stawów
 - Możliwość ustawienia ciśnienia do 200mmHg
 - Możliwość ustawienia przepływu do 2l/min
 - Funkcja szybkiego płukania stawu „Flash”
 - Wbudowany ssak
 - Menu w języku polskim
 - ilość drenów dla 800 zabiegów zgodnie z SIWZ tj. 40 szt.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 17

13. Dot. poz. nr 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania klipsownic laparoskopowych, w których obie bransze są mimośrodowo ruchome a kąt ich zakrzywienia wynosi 25 stopni. Rozwiązanie konstrukcyjne, w których obie bransze pracują współosiowo zapewnia lepszą stabilizację klipsownicy na naczyniu podczas aplikacji klipsa. Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
14. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie klipsownic z obiema szczękami ruchomymi.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 18

15. Dot. poz. nr 1. Czy zamawiający w zad. 18 poz. 1 dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 26 mm, zszywka o okrągłym przekroju drutu, co nie wpływa na jakość zespolenia?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
16. Dot. poz. nr 2. Czy zamawiający w zad. 18 poz. 2 dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 29 mm, zszywka o okrągłym przekroju drutu, co nie wpływa na jakość zespolenia?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
17. Dot. poz. nr 3. Czy zamawiający w zad. 18 poz. 3 dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 32 mm, zszywka o okrągłym przekroju drutu, co nie wpływa na jakość zespolenia?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIZW.**

Zadanie nr 19

18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami obłymi.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIZW.**
19. Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści zaoferowanie staplerów z wysokością zszywek 3,85 mm.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIZW.**
20. Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie staplerów z wysokością zszywek 4,5 mm.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIZW.**

21. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie staplerów o długości zespolenia 60 mm, wysokość zszywki 3,85 mm.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIZW.**
22. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie staplerów z wysokością zszywki 4,5 mm.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIZW.**
23. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie staplerów z wysokością zszywki 3,85 mm.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIZW.**
24. Dot. poz. nr 8. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. zespolenia 60 mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, o prostokątnym przekroju drutu do tkanki standardowej (niebieski)?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania jednorazowy stapler liniowy o ww. parametrach.**
25. Dot. poz. nr 9. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego typu, długość zespolenia 60 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm - wysokość po zamknięciu 2,0 mm (zielony)?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania jednorazowy stapler o ww. parametrach.**
26. Dot. poz. nr 10. Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego typu, długość zespolenia 60 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm - wysokość po zamknięciu 1,5 mm (niebieski)?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania jednorazowy stapler o ww. parametrach.**
27. Dot. poz. nr 1. Czy zamawiający w zad. 19 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 100 mm, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości drutu, brak pinu na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,0 mm?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
28. Dot. poz. nr 2. Czy zamawiający w zad. 19 poz. 2 dopuści ładunek do staplera z nożem, dł. 100 mm, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości drutu, brak pinu na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,0 mm?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
29. Dot. poz. nr 3. Czy zamawiający w zad. 19 poz. 3 dopuści ładunek do staplera z nożem, dł. 100 mm, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości drutu, brak pinu na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 1,5 mm?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
30. Dot. poz. nr 4, 5, 6, 7. Czy zamawiający w zad. 19 poz. 4-7 dopuści zszywki o przekroju okrągłym na całej długości drutu. Pozostałe parametry wg. SIWZ?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
31. Dot. poz. nr 8. Czy zamawiający w zad. 19 poz. 8 dopuści ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm, długość zespolenia 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm - wysokość po zamknięciu 1,5 mm?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
32. Dot. poz. nr 9. Czy zamawiający w zad. 19 poz. 9 dopuści ładunek do staplera liniowego, długość zespolenia 60 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm - wysokość po zamknięciu 2,0 mm (zielony)?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
33. Dot. poz. nr 10. Czy zamawiający w zad. 19 poz. 10 dopuści ładunek do staplera liniowego, długość zespolenia 60 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm - wysokość po zamknięciu 1,5 mm (niebieski)?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 22

34. Lp.5,6,7 Prosimy o dopuszczenie narzędzi z rączką z system zapadkowym, pozostałe wymagane parametry bez zmian. Prosimy o zmianę oceny kryterium za termin dostawy na następującą:
do 13 dni roboczych – 40 pkt.
14-21 dni roboczych - 20 pkt
do 42 dni roboczych - 0 pkt

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
35. Dot. pkt 7. Kleszczyki laparoskopowe. Prosimy o dopuszczenie narzędzia o długości 36 cm.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się narzędzia o długości 36 cm.**
36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy do 20 dni roboczych? Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt wielorazowego użytku, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 24

37. Czy Zamawiający wymaga, aby kompatybilność optyki była potwierdzona przez producenta płaszczka 26040SL?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aby kompatybilność optyki była potwierdzona przez producenta płaszczka 26040SL.**
38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy do 20 dni roboczych? Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt wielorazowego użytku, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 27

39. Czy Zamawiający wymaga, aby optyki laparoskopowe wstępnie opisane w zadaniu 27 – posiadały graficzne oznaczenie kompatybilnego światłowodu oraz oznaczenie kodem DataMartix zawierającym m. in. numer katalogowy optyki ułatwiający jej identyfikację?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aby optyki laparoskopowe wstępnie opisane w zadaniu 27 – posiadały graficzne oznaczenie kompatybilnego światłowodu oraz oznaczenie kodem DataMartix zawierającym m. in. numer katalogowy optyki ułatwiający jej identyfikację.**
40. Czy Zamawiający wymaga, aby sprzęt laparoskopowy wstępnie opisany w zadaniu 27 oprócz kompatybilności z wymienionymi producentami: Stryker, Olympus posiadał również system adapterów umożliwiających kompatybilność z firmami: Wolf, ACMI, Zimmer oraz Storz?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aby sprzęt laparoskopowy wstępnie opisany w zadaniu 27 oprócz kompatybilności z wymienionymi producentami: Stryker, Olympus posiadał również system adapterów umożliwiających kompatybilność z firmami: Wolf, ACMI, Zimmer oraz Storz .**
41. Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z optykami laparoskopowymi dostarczyć adapter służący do zmiany optyki w warunkach sterylnych?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aby wraz z optykami laparoskopowymi dostarczyć adapter służący do zmiany optyki w warunkach sterylnych.**
42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy do 20 dni roboczych? Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt wielorazowego użytku, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 28

43. Dot. SIWZ, rozdz. 2, pkt 6. Czy w zapisach wkradła się oczywista omyłka i z uwagi, że postępowanie dotyczy wyposażenia do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu – czy Zamawiający odstąpi od opisanego szkolenia?
- Komisja Przetargowa informuje, że odstępuje od wymogu szkolenia w zakresie zadania nr 28.

Zadanie nr 30

44. Zadanie nr 30, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, ostrza 4,2 – 5,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
45. Zadanie nr 30, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, ostrza 4,2 – 5,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
46. Zadanie nr 30, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, ostrza 4,2 – 5,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 38

47. Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
48. Dot. poz. nr 3. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy zaoferować osłonę na nogę w jednym rozmiarze czy wszystkich wymienionych w opisie?
- Komisja Przetargowa informuje, że wymaga osłony na nogę w rozmiarze 40±5 cm x 90±10 cm.
49. Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogi w rozmiarze 70x120cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza osłonę o ww. parametrach.
50. Dot. poz. nr 6. Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza taśmę o ww. parametrach.
51. Dot. poz. nr 6. Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną typu rze w rozmiarze 2x22cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza taśmę o ww. parametrach.
52. Dot. poz. nr 6. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
53. Dot. poz. nr 2. Zwracamy się o możliwość zaproponowania osłony na ramię C sterylnej, półrękaw rozmiar 250 cm x 50 cm; 2 pokrowce typu BERET ściągane gumką o max. śr. 100cm, 1 część foliowa z klipsami umożliwiającymi zabezpieczenia ramienia 220x50cm +/- 30. Typ aparatu: SIRE MOBIL COMPACT; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania osłony o ww. parametrach.

Zadanie nr 39

54. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1. nieprzemakalna serweta z włókniny min. 75x 90 cm , o gramaturze min. 40 g/m²
 2. plastikowe kleszczyki typu Kocher 1szt. ;
 3. kompresów z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm x 10 szt
 4. dwuwarstwowa serweta z centralnym otworem i przylepnym brzegiem roz. min. 50x 75 cm -1 szt.
 5. Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm – 1 szt?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

55. Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą bez przylepnego boku z centralnym otworem przylepnym?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
56. Dotyczy Zadania 39 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu o następującym składzie : 1 x Serweta 45x50cm bilaminat gramatura 58g/m², 1 x Serweta U 45x75cm przylepna z bilaminatu 58g/m², 1 x Opatrunek chłonny 8x10cm przylepny, 1 x Miska w kształcie nerki 700ml niebieska, 1 x Kleszczyki 18cm plastikowe, niebieskie, 1 x Kompres włókninowy 4W 40g 7,5x7,5cm a 10 szt.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania zestaw o ww. parametrach.**

Zadanie nr 40

57. Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie na rękawach i z przodu fartucha wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
58. Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na wypychanie na mokro/sucho 288,9/282 kpa?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
59. Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści maseczki o poziomie filtracji 98,24%?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania maseczki o poziomie filtracji 98,24%.**
60. Dot. poz. nr 6. Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną z włókniny polipropylenowej?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koszulę operacyjną wykonaną z włókniny polipropylenowej.**
61. Dot. poz. nr 11. Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
62. Dot. poz. nr 3, 4, 5. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
63. Dot. poz. nr 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim.**
64. Dot. poz. nr 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z mankietem poliestrowym ok. 5 cm
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch z mankietem poliestrowym ok. 5 cm.**
65. Dot. poz. nr 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy wykonanych z włókniny PP i laminatu PE.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ochraniacze wykonane z włókniny PP i laminatu PE.**
66. Dotyczy pozycji 2, 11. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 (fartuch chirurgiczny) i 11 (ubranie chirurgiczne) z pakietu 40 (np. do pakietu 40A) w celu zwiększenia konkurencyjności. Pozwoli to na wybranie Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty.
- **Komisja Przetargowa informuje, że wydzielono poz. nr 2 i 11 do nowoutworzonego zadania nr 55.**
67. Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego zadania?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
68. Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego zadania?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
69. Czy zamawiający wydzieli poz. 4-5 do osobnego zadania?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

70. Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego zadania?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
71. Poz.3 czy zamawiający dopuści fartuch niebieski?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch w kolorze niebieskim.**
72. Poz.4 czy zamawiający dopuści maski na gumki?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
73. Poz.8. Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na koldrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania poszwy o ww. parametrach.**
74. Poz. nr 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania :maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683: 2019 , o poziomie filtracji min. >/ = 98.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania maskę o ww. parametrach.**
75. Pakiet nr 40 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , w związku z zaistniałą sytuacją trwającej pandemii, czy Zamawiający oczekuje maseczek typu IIR , które są rozwiązaniem ekonomicznym , jak również mają zwiększoną odporność na rozpryski . Maski typu IIR posiadają zwiększoną odporność na przesiąkanie potencjalnie zakaźnych płynów. Przy jej ocenie bada się odporność na przepuszczalność cieczy. Im większa wartość wskaźnika, tym lepszą ochronę daje maska. Maski typu IIR , pakowane są w opakowanie typu kartonik A 50 szt., z oznaczeniem na opakowaniu TYP IIR.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania maseczki o ww. parametrach.**
76. Pakiet nr 40 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , celem identyfikacji produktu przez personel medyczny , czy Zamawiający oczekuje nadruku na opakowaniu jednostkowym (kartonik A 50 szt) informacji o typie maski która będzie przekazana do użytku .
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga ww. nadruku.**
77. Pakiet nr 40 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego. Fartuch wykonany jest z niepylących hydrofobowych materiałów włókninowych, antystatycznych, wykonanego w całości z włókniny SMMMS 50g , Materiał jest oddychający i zapewniający ochronę przed płynami ustrojowymi oraz infekcją podczas operacji. Fartuchy mają pasek i 4 troki aby zapewnić antyseptykę użytkownika , Rękawy zakończone elastycznymi mankietami, rękaw I troki przyszywane ultradźwiękowo.
- WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE EN-13795 1-3
- Wytrzymałość na rozerwanie - na sucho EN 13938 kPa 270
- Wytrzymałość na rozerwanie - na mokro EN 13938 kPa 270
- Wytrzymałość na rozciąganie na sucho - MD EN29073-3 N / 50 mm 120
- Wytrzymałość na rozciąganie na sucho - CD EN29073-3 N / 50 mm 50
- Wytrzymałość na rozciąganie na mokro - MD EN29073-3 N / 50 mm 120
- Wytrzymałość na rozciąganie na mokro - CD EN29073-3 N / 50 mm 50
- Dostępne rozmiary (+/- 5 cm) : M- 115 cm; L- 125 cm; XL- 135 cm; XXL - 145 cm; XXL-XL - 160 cm
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
78. Pakiet nr 40 poz 6. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: czepek męski chirurgiczny z wstawką chłonącą pot na szerokości 40 cm i wysokości 5 cm , tylna część wiązana na troki, umożliwiającą dopasowanie czepka do głowy i lepsze dopasowanie warstwy umożliwiającej wchłanianie potu . Czepek nie posiada ściągacza na czole , pakowany w opakowania foliowe A 50 szt. Kolor niebieski lub zieleony .
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania czepka męskiego o ww. parametrach.**

79. Pakiet nr 40 poz. 10. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha ochronnego, niesterylonego, pakowanego A 5 szt , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch ochronny niesterylny, pakowany a`5 szt.

80. Pakiet nr 40 poz. 11. (Po zmianach Zadanie nr 55 poz. nr 2). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylonego jednorazowego ubrania operacyjnego - wykonane jest z wielowarstwowej włókniny typu SMS 35g/m2, oddychającego, miękkiego, nieprzeziernego i wyjątkowo wygodnego materiału. Składa się z osobno pakowanej bluzy i spodni. Bluza posiada krótkie rękawy, wycięcie wokół szyi w kształcie litery V wykończone welurową lamówką i wyposażona jest w 3 praktyczne kieszenie. Spodnie posiadają troki w pasie do regulacji rozmiaru oraz pojedynczą kieszeń z tyłu. Ubrania operacyjne dostępne są w szerokiej gamie 6 rozmiarów. Zarówno spodnie jak i bluzy posiadają wszywkę z rozmiarem.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

81. Dotyczy zadanie 40 poz. 2 (Po zmianach Zadanie nr 55 poz. nr). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniającego komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażonego w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozzerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładanego z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL..

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch chirurgiczny o ww. parametrach.

82. Dotyczy Zadanie 40 poz. 2 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze min. 20 g/m² z mankietem wykończonym bezlateksową gumką lub dzianinowym.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

83. Dotyczy zadanie 40 poz.8 prosimy o dopuszczenie zestawów poszwa min. 200 x 140 cm, prześcieradło min.210 x 140 cm poszewka 80 x 80 cm w gramaturze od min 17 g/m²

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

84. Dotyczy zadanie 40 poz. 10. fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² , o wzmocnionych na rękawach i z przodu. W obszarze wzmocnień spełnia wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795-1 Rękaw fartucha zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch z tyłu zapinany na rzep z regulacją. Pakowany jednostkowo w opakowanie papierowo-foliowe. O parametrach rozmiarów według poniższej tabeli:

Rozmiar	Długość	Obwód
M	123 cm +/- 2 cm	152 cm +/- 3 cm
L	127 cm +/- 2 cm	152 cm +/- 3 cm
XL	133 cm +/- 2 cm	152 cm +/- 3 cm
XXL	137 cm +/- 2 cm	160 cm +/- 3 cm

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch o ww. parametrach.

85. Dotyczy Zadanie 40 poz. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu: koszulka operacyjnej i spodnie operacyjne, wykonane jest z wielowarstwowej włókniny typu SMS (gramatura 35 g/m²) - oddychającego, miękkiego i wyjątkowo wygodnego materiału. Koszulka posiada krótkie rękawy oraz wycięcie wokół szyi w kształcie litery V wykończone welurową lamówką. Koszulka wyposażona jest w 3 praktyczne kieszenie. Spodnie wyposażono w taśmę do regulacji rozmiaru. Dostępne jest w szerokiej gamie 5 rozmiarów. Koszulka posiada wszywkę z rozmiarem.

dla koszulki:				dla spodni:			
Rozmiar	Długość	Szerokość	Tolerancja	Rozmiar	Długość	Szerokość	Tolerancja
S	70	54	± 2	S	112	52	± 2
M	72	58	± 2	M	114	54	± 2
L	75	62	± 2	L	116	58	± 2
XL	76	66	± 2	XL	118	60	± 2
XXL	77	70	± 2	XXL	120	60	± 2

Materiał:

- **Niebieska włóknina:** Typ SMS, 35 g/m²
- **Parametry:** zgodnie z EN 13795*:

Parametr	Jednostka	Wynik
Odporność na penetrację mikrobiologiczną – na sucho	Log ₁₀ CFU	< 1
Odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro	I _a	4,5
Czystość – mikrobiologiczna	Log ₁₀ CFU/dm ²	128
Odporność na penetrację wody	cmH ₂ O	25,8
Odporność na wypychanie – na sucho	kPa	160,2
Odporność na wypychanie – na mokro	kPa	156,6
Odporność na rozciąganie – na sucho	N (wzdłuż)	100,5
Odporność na rozciąganie – na mokro	N (wzdłuż)	94,7

*- badania wykonano w Ekoteks
Raport oryginalny: 20020636

Zgodnie z EN 13795-3 : 2006 +A1 : 2009 włóknina bazowa SMS spełnia wymagania dla fartuchów chirurgicznych i obłożeń pola operacyjnego:

SP – dla obszarów mniej krytycznych

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 53

86. Prosimy o dopuszczenie 10 szt. taśm do leczenia wysilkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczonych do implantacji z dostępu przez otwory zasłonię in-out oraz out-in (TOT), monofilamentowych, polipropylenowych, jednorodnych, niewchłaniających, z plastikową osłonką na ramionach (brak osłonki w środku taśmy na odcinku min 2 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo, końce taśm symetrycznie zwężone, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), 3 markery w środkowej części taśmy wskazujące miejsce umieszczenia szwów fiksujących, bez płytki (SIWZ)

Oraz

1 kompletu igieł spiralnych (lewa, prawa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji z dostępu przez otwory zasłonię metodą out-in oraz in-out, długość całej igły 32 cm (w tym igła 21 cm oraz rączka niebieska metalowa 11 cm) średnica 4 mm, bez wskaźnika tzw „motylka” (SIWZ)

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dotyczy zapisów SIWZ

87. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

- **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ dopuszczono – w rozdziale IV ust. 5 Zamawiający dokładnie określił powyższą sytuację.**

88. Dot. § 9 Umowy dostawy i depozytu:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzemienia § 9, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
2. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na **8 miesięcy** przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt **niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.**
3. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
5. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono termin gwarancji na oferowane wyroby medyczne na co najmniej 24 miesiące. Pozostałe warunki umowy bez zmian.**

89. Dot. § 9 ust. 1 Umowy dostawy i depozytu: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Jeżeli przedmiotem naszej oferty nie są endoprotezy to wymóg zapewnienia „szafy depozytowej” nie dotyczy naszego asortymentu?

- **Komisja Przetargowa potwierdza, że jeżeli przedmiotem oferty nie są endoprotezy to wymóg zapewnienia szafy depozytowej nie dotyczy tego przedmiotu.**

90. Czy Zamawiający w §4 pkt. 1 odstąpi od wymogu terminu ważności (24 miesiące) oferowanego wyrobu w przypadku asortymentu niesterylnego?

- **Komisja Przetargowa informuje, że odstępuje od wymogu terminu ważności dla asortymentu niesterylnego.**

91. Czy Zamawiający dookreśli w §6 pkt 1 i 3 iż zwłoka w dostawie uprawniająca do natychmiastowego rozwiązania umowy dotyczy trzech kolejnych po sobie dostaw?

Z uwagi na okres obowiązywania umowy koniecznym jest dookreślenie, iż zwłoka w realizacji 3 dostaw musi się odnosić do kolejnych po sobie dostaw a nie całego okresu obowiązywania umowy. Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego zapisu.**

92. Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający w § 6 zawarł informację o wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.**

93. Czy zamawiający dokona modyfikacji w załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy w § 4 i dopuści prawo wykonawcy do dodania do projektu umowy następujące postanowienia:
1. W przypadku, gdyby Zamawiający posiada w składzie więcej niż jeden produkt jednego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności Produkty z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą **first in/first out**.
 2. W przypadku braku zastosowania z winy Zamawiającego zasady **first in/first out** Wykonawca obciąży Zamawiającego wartością przeterminowanych produktów wystawiając stosowną fakturę VAT.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
94. *Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie maksymalnego limitu kar umownych dla kar przewidzianych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 3 zał. nr 3 do SIWZ - Umowa dostawy i depozytu nieprawidłowego (dot. zadań nr 1-4, 43-46, 51) oraz kar przewidzianych w § 7 ust. 1 pkt 1. zał. nr 3 do SIWZ – Wzór umowy (dot. zadań nr 5-42, 47-50, 52- 54).*
- Proponujemy ustalenie górnego limitu kary w wysokości max. 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto. Obecne zapisy wzorów umów przewidują kary przewidziane z różnych tytułów, jednak nie określają górnego limitu kar. Tym samym obecne wzory przewidują możliwość naliczenia rażąco wysokich kar umownych oraz powodują niepewność Wykonawcy co do ryzyka wiążącego się z realizacją umowy.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że obniżono wysokość kary określonej w ust. 1 pkt 1) i 2) do 1%. W ust. 1 pkt 3) oraz ust. 2 do wysokości 5%. W pozostałym zakresie podtrzymuje zapisy SWIZ.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w SIWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej


INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Leszek Kaiser