



Zielona Góra 22.06.2022 r.

**Nr referencyjny: LI.280.2.2022**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Zakup mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, TED: 2022/S 091-249794.**

### **ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ III**

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Cenowo – Techniczny, Automatyka, punkt 30

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty wszystkim potencjalnym uczestnikom postępowania. Bezwarunkowe wymaganie dostępności zarówno manualnej jak i automatycznej dekompresji w przypadku awarii systemu (zanik zasilania jest tutaj podany tylko jako szczególny przypadek) oznacza, że wymaganie to powinno być spełnione również w przypadku hipotetycznej awarii systemu automatycznej kompresji (np. silnika) – co z technicznego punktu widzenia jest niemożliwe.

Wnioskujemy zatem o modyfikację tego punktu Formularza:

Manualna lub automatyczna możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awaryjnego zaniku napięcia zasilającego systemu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza automatyczną lub manualną.**

**Prezes Zarządu**

**Marek Działoszyński**

*podpis na oryginale*

**Publikacja:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgora/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings)

a/a LI.280.2.2022