



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 683 / 1283 /24

Data: 03.04.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników do badań równowagi kwasowo-zasadowej i hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz innych testów diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy: 1115 / 2024**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

### ***PYTANIE nr 1***

Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z dodatkowym paskiem kontrolnych do wrywania adenowirusa. Nie wpłynie to na wykonywane przez Zamawiającego badania a Wykonawcy pozwoli na złożenie ważnej oferty.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

### ***PYTANIE nr 2***

Czy z zadaniu nr 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie op. po 20 testów w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań wskazanych przez Zamawiającego.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

