



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2022 r.

DOZ.240.7.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu diagnostycznego, materiałów opatrunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 2022/S 145-412183; data ogłoszenia: 29.07.2022 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Część nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający wymaga filtra oddechowego o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Część nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający wymaga filtra oddechowego o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie nr 3

Część nr 2, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rozmiar 16 cm x 43 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część nr 2, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 6Fr pasujące do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 – 4,5 oraz prowadnice o średnicy 10Fr pasujące do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,0 – 6,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część nr 2, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 14Fr pasujące do rurek intubacyjnych w rozmiarze 5,5 – 10,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część nr 2, pozycja nr 12-17 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z PE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Część nr 2, pozycja nr 18-26 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część nr 2, pozycja nr 18-26 – Czy zamawiający dopuści przezroczyste rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Część nr 2, pozycja nr 32 – Czy zamawiający wymaga wymiennika ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Część nr 2, pozycja nr 36 – Czy zamawiający dopuści koc termiczny wykonany z folii PE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Część nr 2, pozycja nr 37 – Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki o wymiarach 220 cm x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Część nr 2, pozycja nr 37 – Czy zamawiający dopuści płachtę na zwłoki o wymiarach 220 cm x 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Część nr 5, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści nieoryginalny papier jednak w pełni kompatybilny ze sprzętem wskazanym przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier w pełni kompatybilny z defibrylatorem – model Lifepak 15.

Sporządził(a): Anna Tomas



Województwo
Kujawsko-Pomorskie