

## Część 3 Kasety testowej do urządzenia Aquilascan WDTP-10.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto* (kol.4x5)	Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Kaseta testowa do Analizatora Aquilascan WDTP-10</p> <p>1. Kasety muszą współdziałać z wyżej wymienionym urządzeniem i posiadać potwierdzenie zgodności z danym urządzeniem.</p> <p>2. Kasety testowe muszą wykrywać 6 grup narkotyków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-amfetaminy ( AMP)</li> <li>-pochodnych amfetaminy ( MDMA )</li> <li>- kokainy ( COC )</li> <li>- opiatów ( OPI )</li> <li>- benzodiazepiny ( BZO )</li> <li>- kannabinoli ( THC )</li> </ul> <p>3. Kasety testowe powinny charakteryzować się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-łatwością obsługi,</li> <li>- krótkim czasem poboru śliny max. 10 min</li> </ul> <p>4. Kasety testowe muszą być pakowane pojedynczo i posiadać widoczne, czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia , datę ważności, numer serii oraz nazwę producenta.</p> <p>5. Opakowanie kasety testowej winno zabezpieczyć przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogły by sfalszować wynik badania.</p>	szt.	200			
				<b>Razem</b>		

W tym VAT..... %

\* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.