



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-84/23

Tarnów, 2023-11-20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę wideobronchoskopu 1 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.9** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów i nadanie poniższego brzmienia: „Wykonawca udziela:miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 24 miesiące) na warunkach karty gwarancyjnej na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na dostarczony przedmiot zamówienia - w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SWZ. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękopisem za wady.”
- 2. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.11** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów i nadanie poniższego brzmienia: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy gwarancyjnej na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego- maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia bądź dostarczenia do serwisu Wykonawcy (przesyłką kurierską na jego koszt) jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 12 dni roboczych od dnia zgłoszenia bądź dostarczenia do serwisu jeżeli zaistnieje taka konieczność.”
- 3. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji o ile naprawa trwała powyżej 12 dni roboczych.”
- 4. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15 a** - Zwracamy się z wnioskiem o zapłatę kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy
- 5. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15 b i c** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 2% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
- 6. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15 d** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „...Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.”
- 7. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”
- 8. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.16** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”
- 9. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.22**- Prosimy o rezygnację z zapisu lub zmianę zapisu na następujący „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową z koniecznością uzyskiwania upoważnień sądowych.”
- 10. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.24 a** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”
- 11. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.24 b** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ,



umową lub wymaganiami Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”

12. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.24 c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

13. Dotyczy warunków umowy pkt. 24.26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.9 SWZ.

Ad. 2

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.11 SWZ **zapis o treści:**

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 12 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

Ad. 3

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.14 SWZ **zapis o treści:**

„24.14. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 7 dni roboczych.”

zmienia na zapis o treści:

„24.14. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 12 dni roboczych.”

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 a) SWZ.

Ad.5 i Ad.6

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 SWZ **zapis o treści:**

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:



- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,
- w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,

w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 roboczych dni od daty zgłoszenia.”

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ w zakresie podanym w pytaniu.

Ad. 8

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.16 SWZ **zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.22 SWZ.

Ad. 10, Ad.11 iAd.12

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.24 SWZ **zapis o treści:**



„24.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Ad. 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.26 SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

