

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie – Zapytanie ofertowe- pod nazwą „**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy - etap II**”

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Siedlnica wraz z uruchomieniem sprzętu i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi, II postępowanie.

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Uzasadnienie merytoryczne:

(...)

31. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli

a) w postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 26-09-2023r. zamieścił Zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. W odpowiedzi na Zapytanie, w terminie składania ofert, tj. do dnia 06-10-2023 r., do godz.12:00 wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty (brutto zł)
1.	2BB GROUP SP. Z O.O. UL. PIŁSUDSKIEGO 143 92- 332 ŁÓDŹ	1.455,84 zł
2.	F.H.U. EURO- MEDICAL MACIEJ ŚWIDA UL. FABRYCZNA 19 34-300 ŻYWIEC	25.236,18 zł

3.	PHU REHABMED SP. Z O.O. UL. KS. OPOLSKICH 33 45-005 OPOLE	23.996,60 zł
4.	FIZJOMED DAWID KAŻMIERSKI UL. RYNEK 34 27-300 LIPSKO	26.403,00 zł

Po zbadaniu ofert Zespół powołany do badania i oceny ofert informuje, że wszystkie złożone w postępowaniu oferty są niewiążące.

Uzasadnienie uznania ofert za niewiążące:

1. Oferta Wykonawcy 2BB Group Sp. z o.o.

Wykonawca 2BB Group Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź w postępowaniu złożył ofertę tylko na przedmiot zamówienia opisany w pozycji 5 tabeli w Załączniku nr 1a Zapytania ofertowego (Akcesoria do łazienki), oferując w punkcie II Formularza ofertowego wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu ofertowym, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, za łączną cenę netto 1348,00 plus podatek VAT 8% w kwocie 107,84 zł, brutto 1455,84 zł.

Przedmiotowe zamówienie nie było podzielone na części. Zamawiający wymagał złożenia oferty na cały przedmiot zamówienia. Tym samym Wykonawca złożył ofertę niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego w Rozdziale XI pkt. 22 – Zamawiający uzna za niewiążącą, jeżeli w trakcie jej badania i oceny stwierdzi, że oferta została złożona niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

2. Oferta Wykonawcy F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda

Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 1 sprzęt: Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń UGL2 producent Ziółkowski Juventas S.K.A. nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymagał aby oferowana „Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń” miała wysokość 200 cm, przy czym dopuszczono tolerancję wymiarów w specyfikacji technicznej +/- 2 cm. Natomiast ze specyfikacji technicznej dla omawianego sprzętu, widniejącej na stronie producenta Ziółkowski Juventas S.K.A. wynika, że zaoferowana Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń ma wysokość 203 cm. Tym samym Wykonawca zaoferował sprzęt niespełniający wymagań Zamawiającego, przez co jego oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego w Rozdziale XI pkt. 22 – Zamawiający uzna za niewiążącą, jeżeli w trakcie jej badania i oceny stwierdzi, że oferta została złożona niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

3. Oferta Wykonawcy PHU REHABMED Sp. z o.o.

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymagań zamawiającego, a mianowicie:

- 1) Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 1 sprzęt: stół rehabilitacyjny SR-3E producenta TECH-MED. Opole nie spełnia wymagań Zamawiającego dot. długości stołu i jego wagi. Zamawiający wymagał aby zaoferowany „stół rehabilitacyjny” spełniał w tym zakresie następujące parametry:
 - długość: 200 cm, przy czym dopuszczono tolerancję wymiarów w specyfikacji technicznej +/- 2 cm;
 - waga: 65 kg, przy czym Zamawiający dopuścił również wagę 82 kg.Natomiast ze specyfikacji technicznej dla omawianego sprzętu, widniejącej na stronie producenta TECH-MED. Opole wynika, że zaoferowany stół rehabilitacyjny SR-3E ma długość 195 cm, a jego waga wynosi 55 kg.
- 2) Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 1 sprzęt: Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń WSC-4/D producenta TECH-MED. Opole nie spełnia wymagań Zamawiającego co do wysokości, jak również wagi oferowanego sprzętu. Zamawiający wymagał aby zaoferowana Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń spełniał w tym zakresie następujące parametry:
 - wysokość: 200 cm, przy czym dopuszczono tolerancję wymiarów w specyfikacji technicznej +/- 2 cm;
 - waga: 114 kg.Natomiast ze specyfikacji technicznej dla omawianego sprzętu, widniejącej na stronie producenta TECH-MED., Opole wynika, że zaoferowana Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń ma wysokość 197 cm i waży 160 kg.
- 3) Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 2 sprzęt: Rower stacjonarny rehabilitacyjny Aries Urbogym nie spełnia wymagań Zamawiającego co do wymiarów sprzętu oraz wagi koła zamachowego. Zamawiający wymagał, aby zaoferowany rower stacjonarny rehabilitacyjny posiadał w tym zakresie następujące parametry:
 - D min. 1090 x S min. 570 x W min. 1425mm, przy czym dopuszczono tolerancję wymiarów w specyfikacji technicznej +/- 2 cm;
 - waga koła zamachowego 7 kg.Natomiast ze specyfikacji technicznej dla omawianego sprzętu, widniejącej na stronie producenta Urbogym wynika, że zaoferowany rower stacjonarny rehabilitacyjny Aries Urbogym ma wymiary: 90 x 152 x 50 cm (dł. x wys. x szer.), a waga jego koła zamachowego wynosi 8 kg.
- 4) Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 6 sprzęt: Łóżko jednoosobowe lekarskie SR-Z TECH MED. Opole nie spełnia wymagań Zamawiającego co do wymaganej długości całkowitej sprzętu. Zamawiający wymagał aby zaoferowane łóżko jednoosobowe lekarskie miało całkowitą długość: min. 188 cm. Natomiast ze specyfikacji technicznej dla omawianego sprzętu, widniejącej na stronie producenta TECH-MED. Opole wynika, że zaoferowane łóżko lekarskie SR-Z ma długość 185 cm.
Tym samym Wykonawca zaoferował sprzęt niespełniający wymagań Zamawiającego, przez co jego oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego w Rozdziale XI pkt. 22 – Zamawiający uzna za niewiążącą , jeżeli w trakcie jej badania i oceny stwierdzi, że oferta została złożona niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

4. Oferta Wykonawcy FIZJOMED Dawid Kaźmierski

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymagań zamawiającego, a mianowicie:

- Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 1 sprzęt: stół rehabilitacyjny KSR producent: Juventas nie spełnia wymagań Zamawiającego dot. wysokości stołu. Zamawiający wymagał aby zaoferowany „stół rehabilitacyjny” miał wysokość w zakresie od 55 cm do 85 cm, przy czym dopuszczono tolerancję wymiarów w specyfikacji technicznej +/- 2 cm. Natomiast ze specyfikacji technicznej dla omawianego sprzętu, widniejącej na stronie producenta: Juventas wynika, że zaoferowany stół rehabilitacyjny KSR ma wysokość w zakresie od 64 cm do 87 cm.
- Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 1 sprzęt: Juventas kabina UGUL z drabinką nie spełnia wymagań Zamawiającego co do wysokości. Zamawiający wymagał aby zaoferowana Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń spełniał w tym zakresie następujące parametry: wysokość: 200 cm, przy czym dopuszczono tolerancję wymiarów w specyfikacji technicznej +/- 2 cm. Natomiast ze specyfikacji technicznej dla omawianego sprzętu, widniejącej na stronie producenta: Juventas wynika, że zaoferowana Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń ma wysokość 203 cm;
- Wskazany w formularzu oferowanego sprzętu, w poz. 5 sprzęt: Bieżnia do rehabilitacji Urbogym V550M nie spełnia wymagań Zamawiającego dot. wagi urządzenia. Zamawiający wymagał wagi max: 60 kg. Natomiast ze strony internetowej producenta Urbogym wynika, że zaoferowana bieżnia ma wagę 61 kg.

Tym samym Wykonawca zaoferował sprzęt niespełniający wymagań Zamawiającego, przez co jego oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego w Rozdziale XI pkt. 22 – Zamawiający uzna za niewiążącą , jeżeli w trakcie jej badania i oceny stwierdzi, że oferta została złożona niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie pkt. 31 lit. a) Rozdziału XI Zapytania ofertowego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu.

Zatwierdzam:
Z up. Burmistrza

Dyrektor Biura Inwestycji i Infrastruktury
(-) Jolanta Jaromin-Mazur