

Łódź, dnia 22.05.2024 r.

**Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

---

**Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi  
ul. Wodna 40  
90-046 Łódź**

**Uczestnicy postępowania  
- wszyscy -**

**Dotyczy postępowania: DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I KONTROLNYCH WSSE W ŁODZI:**

Część I – TESTY DIAGNOSTYCZNE I KONTROLNE - PAKIET 1  
Część II – TESTY DIAGNOSTYCZNE I KONTROLNE - PAKIET 2  
Część III – TESTY DIAGNOSTYCZNE I KONTROLNE - PAKIET 3

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1720), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

**Pytania do Części 1:**

- 1. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 2: Prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostarczenie testów w opakowaniu po 250 sztuk, przy czym Zamawiający zastrzega, że Wykonawca w takim przypadku dostarczy w I transzy – 1 opakowanie testów (250 sztuk), w II transzy – 1 opakowanie (250 sztuk).

Składając ofertę należy odpowiednio zmodyfikować formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy (w kolumnach: 5,7-9).

- 2. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 1-2, 4-5: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia certyfikatu jakości dla poszczególnych serii produktu i dopuszczenie deklaracji zgodności dla wyrobu chemicznego.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dołączenie deklaracji zgodności dla wyrobu chemicznego.

- 3. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem o minimalnych parametrach 160 °C – 40 min, 180°C – 20 min?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wskaźnika chemicznego o proponowanych parametrach ze względu na inne parametry sterylizacji, zawarte w normie obowiązującej w laboratorium.

Zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720), Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ:  
1.Zastępuje się Załącznik nr 1 (Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy) - Załącznikiem nr 1 – ZMIANA 1.

Zatwierdził w dniu 22.05.2024 r.:  
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
z up. Waldemar Mańkowski  
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych  
WSSE w Łodzi