



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 31.10.2023 r.

ZP/p/37/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tym samym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie nr 1 (dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis w punkcie 5 podpunkt c) o treści:

„dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia w przypadku wystąpienia trzykrotnie tej samej awarii.”

Na:

„dostarczenia fabrycznie nowego podzespołu/elementu urządzenia w przypadku wystąpienia trzykrotnie awarii tego samego podzespołu/elementu urządzenia”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 (dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis w punkcie 6 o treści:

„Po zakończonym okresie gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wymaganą dokumentację serwisową wraz z kodami serwisowymi, umożliwiającą wykonanie okresowego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.”

Na:

„Po zakończonym okresie gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest pozostawić urządzenie w takim stanie, aby możliwe było wykonanie przeglądu technicznego przez inny autoryzowany serwis producenta, jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się kontynuować wykonywania przeglądów technicznych przez serwis Wykonawcy.”

Uzasadnienie:

W związku z tym, że audiometr jest urządzeniem, które podlega nie tylko przeglądowi technicznemu, ale przede wszystkim corocznej kalibracji producent wskazuje, że: *„(...) kalibracja przyrządu i przetworników (...) wykonywana corocznie przez autoryzowanych przedstawicieli GSI przy użyciu odpowiedniego oprzyrządowania kalibracyjnego.”* W przypadku wykonania obsługi przez nieautoryzowany serwis bez przeszkolenia przez producenta w zakresie tego typu czynności, a także brak posiadania i użycia do obsługi właściwego oprzyrządowania do kalibracji może skutkować nieprawidłowością funkcjonowania urządzenia i niewłaściwymi pomiarami, a wskutek tego niewłaściwą diagnozą, czy niewłaściwym orzeczeniem o stanie pacjenta. Podmiotem wykonującym przegląd techniczny i kalibrację powinien być zatem serwis, który posiada autoryzację producenta, a osoby wykonujące te czynności powinny posiadać certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia przeprowadzonego przez producenta w zakresie obsługi serwisowej audiometru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 (dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis w tabeli w części D w wierszu numer 9 o treści:

„Dostarczenie instrukcji obsługi, oprogramowania, oraz dokumentacji technicznej w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej – po 1 szt. w każdej z wersji. Dostarczenie wraz z dostawą aparatu.”

Na:

„Dostarczenie instrukcji obsługi, oprogramowania, oraz dokumentacji dotyczącej rutynowej konserwacji (może być zawarta w instrukcji obsługi) w zakresie dopuszczonym przez producenta w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej – po 1 szt. w każdej z wersji. Dostarczenie wraz z dostawą aparatu.”

Uzasadnienie:

W związku z tym, że producent dopuszcza obsługę techniczną *„(...) wyłącznie przez wykwalifikowanego przedstawiciela serwisu”* prosimy o zmianę zapisu dotyczącego dostarczenia dokumentacji technicznej na zaproponowany powyżej, czyli taki, który dopuszcza dostarczenie informacji o możliwej obsłudze konserwacyjnej w zakresie dozwolonym przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 (dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis § 5 ustęp 6 o treści:

„W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 5, w sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu następujących 5 dni oraz dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”

Na:

„W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 5, w sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, a czas usunięcia awarii może przekroczyć 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się do czasu zakończenia naprawy dostarczyć w terminie 48 godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenie zastępcze lub zastępczy podzespół/element urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 (dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis § 5 ustęp 8 o treści:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń na nowe w okresie wskazanym w ust. 2 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów – przy trzeciej awarii lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.”

Na:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu/elementu urządzenia na nowe w okresie wskazanym w ust. 2 w przypadku wystąpienia trzech awarii tego podzespołu/elementu lub w przypadku, gdy usunięcie awarii tego podzespołu/elementu jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności sprowadzenia tego podzespołu/elementu urządzenia, gdy zajmie to ponad 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się do czasu zakończenia tej procedury dostarczyć urządzenie zastępcze lub zastępczy podzespół/element urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 (dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis § 5 ustęp 13 o treści:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi, z wyłączeniem przeglądów technicznych w okresie gwarancji, które to Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt w terminach wskazanych w instrukcji, zgodnie z wymaganiami producenta, minimum 1 raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji. Do przeglądów tych, należy również przegląd techniczny wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający nie traci roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli awaria będzie spowodowana nie wykonaniem przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu gwarancji.”

Na:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi lub wynikają ze zużycia w wyniku użytkowania, z wyłączeniem przeglądów technicznych w okresie gwarancji, które to Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt w terminach wskazanych w instrukcji, zgodnie z wymaganiami producenta, minimum 1 raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji. Do przeglądów tych, należy również przegląd techniczny wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający nie traci roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli awaria będzie spowodowana nie wykonaniem przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu gwarancji.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7 (dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis § 5 ustęp 16 o treści:

„Po zakończonym okresie gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wymaganą dokumentację serwisową wraz z kodami serwisowymi, umożliwiającą wykonanie okresowego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.”

Na:

„Po zakończonym okresie gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest pozostawić urządzenie w takim stanie, aby możliwe było wykonanie przeglądu technicznego przez inny autoryzowany serwis producenta, jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się kontynuować wykonywania przeglądów technicznych przez serwis Wykonawcy.”

Uzasadnienie:

W związku z tym, że audiometr jest urządzeniem, które podlega nie tylko przeglądowi technicznemu, ale przede wszystkim corocznej kalibracji producent wskazuje, że: „(...) kalibracja przyrządu i przetworników (...) wykonywana corocznie przez autoryzowanych przedstawicieli GSI przy użyciu odpowiedniego oprzyrządowania kalibracyjnego.” W przypadku wykonania obsługi przez nieautoryzowany serwis bez przeszkolenia przez producenta w zakresie tego typu czynności, a także brak posiadania i użycia do obsługi właściwego oprzyrządowania do kalibracji może skutkować nieprawidłowością funkcjonowania urządzenia i niewłaściwymi pomiarami, a wskutek tego niewłaściwą diagnozą, czy niewłaściwym orzeczeniem o stanie pacjenta. Podmiotem wykonującym przegląd techniczny i kalibrację powinien być zatem serwis, który posiada autoryzację producenta, a osoby wykonujące te czynności powinny posiadać certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia przeprowadzonego przez producenta w zakresie obsługi serwisowej audiometru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 (dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia), pkt 13: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając wartość cali w „parametrach wymaganych” w punkcie odnoszącym się do funkcjonalności urządzenia? Prosimy Zamawiającego o weryfikację oraz korektę pliku w zakresie „parametrów wymaganych” punktu 13 opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona korekty powyżej opisanego zapisu.

Pytanie nr 9 (dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia), pkt 43: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez DICOM?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z **art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 5** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a mianowicie:

Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2023 r. o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Tym samym Zamawiający działając zgodnie z **art. 286 ust. 1 i 7** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. **SWZ Rozdział XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
Składając ofertę Wykonawca jest nią związany do dnia 05.12.2023 roku.
2. **SWZ Rozdział XIV SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT**
 3. Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2023 r. o godzinie 10:00
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Departamentu Zamówień Publicznych
mgr Michał Pliś

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
1/ a/a