



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.07.2024

Lębork, 07.03.2024 r.

ID postępowania:

ocds-148610-0ca8bd40-c0e6-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku – dostawa aparatu USG oraz echokardiografu**”. Znak sprawy: **ZP-PN/UE/07/24.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Wnoszę zapytania dotyczące Załącznika nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych dla Część nr 2 Aparat ultrasonograficzny – echokardiograf szt. 1

1. Punkt 22 tabeli: Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową do badań transkranialnych i kardiologicznych o kącie obrazowania 90 stopni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Punkt 53 tabeli: Czy Zamawiający jest w stanie wyjaśnić co oznacza parametr „sterowalny pod kontrolą obrazu 2D” ?

Odp. „Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D” oznacza, że Zamawiający wymaga bramki dopplerowskiej pod kontrolą 2D.

3. Punkt 55 tabeli: Czy Zamawiający oczekuje zerowego ustawienia bramki CD (Kolorowego Dopplera)? Czy Zamawiający dopuści maksymalny zakres prędkości przepływu w wysokości 146,5 m/s ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami.

Zatwierdził:

Adam Hoffmann

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych