

WKM Andrzej Kościarz  
Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków  
Tel. + 48 12 378 32 77, Fax: + 48 12 376 46 31  
E-mail: [bok@wkm-medical.com.pl](mailto:bok@wkm-medical.com.pl)  
NIP: PL5651333165

**Metoda badania i wyniki:**

**1. EN 14683:2019 Aneks B:**

Metody badania	Obiekt testowy		Wyniki badania
1. Średnia kontrolna: 2358 CFU 2. Średnia wielkość cząstek 2,8 µm 3. Strona testowa: wnętrze próbki 4. Obszar testowy: 39,5 cm <sup>2</sup> 5. Przepływ: 28,3 L/min 6. Przykładowy model: TFF9G677	Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) <i>Gronkowiec złocisty</i> ATCC 6538	01	99,9
		02	99,9
		03	99,9
		04	99,9
		05	99,9