

Pruszcz Gdański, dn. 17.11.2020 r.

SPPR- 269/EW/2020

Dotyczy:

Zapytania ofertowego Zakup i dostawa lamp bakteriobójczych przepływowych

Nr sprawy: SPPR-265/EW/2020

Pytanie 1.

Punkt 2) model energooszczędny – pobór mocy 115W

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o poborze mocy 150W.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2.

Punkt 12) wydajność wentylatora: min. 199 m³/h


Czy Zamawiający dopuści również wentylator o wydajności 165m³/h

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz Gd., ul. prof. M. Raciborskiego 2A
REGON 191983891, NIP 593-221-85-62
cz. I kod res. 000000011696
Telefon/fax 58 773 30 30

W imieniu
Komisji ds. zapytania ofertowego

Specjalista
ds. organizacji i nadzoru

Ewa Włodarczyk

