

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET NR 1 - ZROBOTYZOWANY SYSTEM DO REHABILITACJI KOŃCZYNY GÓRNEJ

System treningu kończyn górnych z biofeedbackiem

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymagane parametry i warunki”)
1.	Liczba czujników min. 9.	TAK	TAK
2.	Wartość siły chwytu do min. 10kg.	TAK	TAK
3.	Zakres regulacji dla ramienia min. 22-31cm.	TAK	TAK
4.	Zakres regulacji dla przedramienia min. 24-40cm.	TAK	TAK
5.	Regulacja obciążenia ramienia w zakresie 0-10 kg.	TAK	TAK
6.	Regulacja obciążenia przedramienia w zakresie 0-5kg.	TAK	TAK
7.	Zakres regulacji długości kończyny górnej min. 98-138cm.	TAK	TAK
8.	System zasilany napięciem 220V AC 50 Hz.	TAK	TAK
9.	Urządzenie posiada interaktywne tryby treningu 1D, 2D i 3D dla pojedynczych i wielu stawów.	TAK	TAK
10.	Urządzenie wyposażone jest w wizualny i dźwiękowy biofeedback w czasie rzeczywistym.	TAK	TAK
11.	Automatyczny zapis wykonanych sesji treningowych.	TAK	TAK
12.	Inteligentne rozpoznawanie kończyny górnej (prawa, lewa).	TAK	TAK
13.	Interaktywne gry min. 20.	TAK	TAK
14.	Zakres ruchu w stawie barkowym (zgięcie/wyprost) min. 0-80°.	TAK	TAK
15.	Zakres ruchu w stawie łokciowym (zgięcie/wyprost) min. 0-135°.	TAK	TAK
16.	Zakres ruchu w stawie barkowym (odwodzenie/przywodzenie) min. 0-150°.	TAK	TAK
17.	Zakres ruchu w stawie nadgarstkowy (pronacja/supinacja) min. 0-180°.	TAK	TAK
18.	Możliwość ruchu kończyną górną w trzech płaszczyznach.	TAK	TAK
19.	Urządzenie łatwe w transporcie, posiadające kółka jezdne.	TAK	TAK
20.	Urządzenie wyposażone w wyświetlacz min. 32 cale.	TAK	TAK
21.	Możliwość eksportu danych do formatu EXCEL.	TAK	TAK
22.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023	TAK	TAK
23.	Producent	Podać	Guangzhou Yikang Medical Equipment Industrial CO., LTD.
24.	Typ/model	Podać	A2 inteligentny system treningu kończyn górnych z biofeedbackiem
25.	Klasa wyrobu medycznego	Podać – jeśli dotyczy	Klasa I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)