

Przedmiot: **Wózek do transportu pacjenta leżącego**

Lp.	Parametry wymagane
1.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.
2.	Długość wózka 2090 mm (+/- 20 mm)
3.	Szerokość wózka 890 mm (+/- 20 mm)
4.	Leże wózka 2-segmentowe o wymiarach 1950 mm (+/- 20 mm) x 700 mm (+/- 20 mm)
5.	Leże wypełnione płytą HPL
6.	Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową w zakresie minimum 0-70°
7.	Zakres regulacji wysokości: 550-980 mm (+/- 20 mm)
8.	Dźwignia regulacji wysokości umieszczona po obu stronach wózka
9.	Cztery koła jezdne o średnicy co najmniej 150 mm (+/- 10%), dwa z nich hamulcem
10.	Barierki boczne lakierowane proszkowo lub chromowane, składane, o długości ¾ leża
11.	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 200 kg
12.	Elastyczne odbojniki w 4 narożnikach
13.	Wózek wyposażony w cztery gniazda na statyw do kroplówek w rogach leża. Statyw dostarczany razem z wózkiem.
14.	Wózek wyposażony w obu końcach w wygodne, ręczki do jego prowadzenia z uchwytami.
15.	Zdemontowany materac o grubości min. 5 cm w pokrowcu zmywalnym, w wybranym kolorze z uchwytami do przenoszenia pacjenta.
16.	Wyposażenie: - kosz na rzeczy osobiste pacjenta - uchwyt na jednorazowe prześcieradło
17.	Gwarancja min. 24 miesiące
18.	Certyfikat CE
19.	Oświadczenie Oferenta że urządzenie spełnia obowiązujące przepisy prawne.
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej .
21.	Oświadczenie że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz

	zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
22.	Oświadczenie że oferowane, powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
23.	Faktura – płatność min. do 30 dni.