



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Nr Certyfikatu 14180  
ISO 9001, ISO 14001  
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 05.03.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 5/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych do Centralnej Sterylizatorni do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2**

**Dotyczy Zadania nr 5 :**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie :
- Rękawy papierowo-foliowe z przezroczystego laminatu 7 warstwowego o zabarwieniu zielonym oraz papieru medycznego o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji obok wskaźnika oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-3, 5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony folii. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2. Temperatura zgrzewu 150-220 °C, czas – 0,5 sekundy, nacisk – 3 kg. Pakowane w przezroczystą folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 3 lata.
- Papier: zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.
- Folia o grubości 52µm. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 70%.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

2. Poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego płaskiego o wymiarach 400x200?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Dotyczy wzoru umowy**

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 1.1 i 1.2 poprzez nadanie mu brzmienia:
- 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, chyba, że odstąpienie nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.
- 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**KOMENDANT**  
**plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

I.B. 91/810 59 82