



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 31.03.2022 r.

ZP.261.05.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-e61772be-a8eb-11ec-baa2-b6d934483bfb

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku.

Znak sprawy ZP-TP/05/22

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Dotyczy Części nr 16 poz.1a

Czy Zamawiający dopuści dwustronną szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica włosa 5 mm i 10 mm, długość główek czyszczących 20 mm i 30 mm, długość całkowita szczotki 230 cm, na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami, do minimalnego kanału roboczego 2,8 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy Części nr 16 poz.2b

Czy Zamawiający dopuści dwustronną szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica włosa 6 mm i 6 mm, długość główek czyszczących 20 mm i 20 mm, długość całkowita szczotki 250 cm, na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami, do minimalnego kanału roboczego 2,8 mm?

Odp. Zamawiający informuje, że w Części nr 16 nie ma pozycji 2b, natomiast jest pozycja 1b. Jeżeli pytanie dotyczy poz. 1b Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy o poniższych parametrach:

Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej

- W pełni kompatybilne z zaproponowaną strzygarką chirurgiczną z pozycji nr 2.
- Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, pakowane pojedynczo
- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm
- Szerokość ciecia ostrza tnącego: 36 mm
- Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta
- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Pakowane po 25 szt. w opakowaniu
- Wolne od lateksu i ftalanów

Opakowanie typu blister

Odp. Zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzygarki kompatybilnej z ostrzami zaproponowanymi w pozycji 1, o poniższych parametrach:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyczakresową, obrotową głowicę(kąt00, kąt 450 w lewo, kat 450 w prawo), do stosowania na mokro i sucho.
- Krótki czas ładowania strzygarki: maksimum 60 minut.
- Strzygarka wyposażona w indykator LED sygnalizującą m.in. naładowanie, rozładowywanie się baterii oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki.
- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 14500MAB 800mAh
- Czas pracy strzygarki: 60 minut
- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB

- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry
- Waga strzygarki: 122g (bez ostrzy), 132g (z ostrzami)
- Wolna od lateksu i ftalanów
- Wymiary strzygarki: długość: 158,00 mm, szerokość: 46,50 mm, głębokość: 40,05 mm
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

Odp. Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 i 4 dopuści do zaoferowania pojemniki z polipropylenu tzw. PP? Polipropylen cechuje się lepszą wytrzymałością i odpornością na odczynniki chemiczne w tym formalinę.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 i 4 do zaoferowania pojemniki z polipropylenu tzw. PP.

6. Dotyczy Części nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek z wyciorami o średniej sztywności, długość włosia wyciorów 20 mm, długość urządzenia 180 cm (poz. 1a) i 230 cm (poz. 1b).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dotyczy Części nr 20

Czy Zamawiający w Części 20 wymaga aby próżniociąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

Odp. Zamawiający wymaga aby próżniociąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu.

8. Dotyczy Części nr 8,9

Czy Zamawiający może oszacować minimalne wielkości układów i linii w jednym zamówieniu? Z racji aktualnej sytuacji i wyższych kosztów musimy mieć możliwość estymacji potencjalnych dostaw.

Odp. Dotyczy część nr 8 – 1x50 sztuk, lub jest możliwość zakupu asortymentu w jednym zamówieniu.

Dotyczy część nr 9 – 1x50 sztuk, lub jest możliwość zakupu asortymentu w jednym zamówieniu.

9. Dotyczy Części nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kolorowego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu każdej sztuki? Strzykawki posiadają duże cyfrowe oznakowanie rozmiaru.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Dotyczy Części nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści tłok w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Dotyczy Części nr 1 poz.7

Czy Zamawiający dopuści jednostronną skalę?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Dotyczy Części nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści dwustronną skalę?

Odp. Zamawiający dopuszcza dwustronną skalę.

13. Dotyczy Części nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści końcówkę ściętą pod kątem 45°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Dotyczy Części nr 7 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści maski typu II?

Odp. Zgodnie z SWZ.

15. Dotyczy Części nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski wiązane na troki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza maski wiązane na troki pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

16. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą skalą pomiarową

i pojedynczą kryzą ograniczającą z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu zbiorczym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Dotyczy Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10ml z rozszerzeniem do 11ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml z rozszerzeniem do 22ml z podaniem ceny za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający może określić jakiej pojemności strzykawek dwuczęściowych oczekuje?

Odp. Zamawiający oczekuje strzykawek o pojemności 20 ml.

22. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp 20ml w opakowaniach a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki do pomp 20ml w opakowaniach a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

23. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7,8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp 50ml z pojedynczą skalą pomiarową?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki typu Janeta z końcówką ściętą pod kątem 45 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

25. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki do rąk wykonane z włókniny spunlance 56g/m² o bardzo dobrej chłonności, w rozmiarze 40x40cm, pakowane a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy, opakowanie zbiorcze 500 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza sterylne ręczniki do rąk wykonane z włókniny spunlance 56g/m² o bardzo dobrej chłonności, w rozmiarze 40x40cm, pakowane a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy, opakowanie zbiorcze 500 sztuk.

26. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie ilości- Czy Zamawiający wymaga 7000 szt. ręczniczków, czy 7000 op. A'2 szt, co daje 14000 szt. ręczniczków?

Odp. Zamawiający wymaga 7000 tys. szt. A2 lub 14000 szt. A1.

27. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski typu IIR na gumkę?

Odp. Zgodnie z SWZ.

28. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski typu II na troki?

Odp. Zgodnie z SWZ.

29. Dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści wzierniki jednorazowe w opakowaniach a'100 szt. z podaniem ceny za opakowanie i przeliczeniem ilości na 15 opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wzierniki jednorazowe w opakowaniach a'100 szt. z podaniem ceny za opakowanie i przeliczeniem ilości na 15 opakowań, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

30. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylne ręczniczki chłonne z celulozy do rąk w rozmiarze 37 x 69 cm o gramaturze 55g/m², pakowane a'2 sztuki. 100 opakowań jednostkowych w dyspenserze. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza sterylne ręczniczki chłonne z celulozy do rąk w rozmiarze 37 x 69 cm o gramaturze 55g/m², pakowane a'2 sztuki. 100 opakowań jednostkowych w dyspenserze. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

31. Dotyczy Pakietu nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worka laparoskopowego do stosowania z morcelatorem o pojemności 4000 ml. jako równoważnego do wymaganego 3200 - 3500 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Dotyczy Części nr 1 poz. 6-8,10

Czy zamawiający wydzieli poz.6-8,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w Części nr 1 poz. 6-8,10 do osobnego pakietu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Dotyczy Części nr 7 poz. 2-4

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp. Zgodnie z SWZ.

34. Dotyczy Części nr 7 poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający oczekuje opakowań A50 szt. zgodnie z podaną ilością opakowań.

35. Dotyczy Części nr 7 poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w części nr 7 poz. 3-4 do osobnego pakietu. Zgodnie z SWZ.

36. Dotyczy Części nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w Części nr 1 w poz. 5 dopuści kontrastowy mleczny tłok?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37. Dotyczy Części nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w związku z zaprzestaniem sprzedaży zestawu wymaganego w SWZ wyrazi zgodę na zaoferowanie innego zestawu do przetoczeń dla pompy Alaris CC o długości 200 cm, z objętością wypełnienia 1,5? Proponowany zestaw jest dedykowany oraz oryginalny dla wyżej wymienionej pompy. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innego zestawu do przetoczeń dla pompy Alaris CC o długości 200 cm, z objętością wypełnienia 1,5. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

