



INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW

87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
tel/fax: + 48 (56) 650-03-33, Dyrektor + 48 (56) 650-00-44

ODDZIAŁ FARB I TWORZYW

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A

Centrala: + 48 (32) 231 90 41
Dyrektor Oddziału: + 48 (32) 231 21 81

Fax: + 48 (32) 231 26 74
e-mail: K.Bortel@impib.pl

Laboratorium Badań i Technologii Tworzyw

Gliwice, 04.11.2014

Zleceniodawca:

P.W. "INTERGOS" Sp. z o.o.
ul. Legionów 59A
43-300 Bielsko-Biała

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Pojemniki na odpady medyczne producentów:

- P.W. Intergos Sp. z o.o., Bielsko-Biała (pojemność: 0,7L, 1L, 2L, 3,5L, 5L i 10L);
- P.P.H MED-PLAST s.c., Częstochowa (pojemność 1L, 2L, 3,5-4L, 5L, 10L i 20L);
- P.T.S. Plast-Box S.A, Słupsk (pojemność 30L);
- Alfa-Plastik a.s., Czechy (pojemność 60L);

spełniają wymagania normy ASTM F2132-01(2008) "Standard Specification for Puncture Resistance of Materials Used in Containers for Discarded Medical Needles and Other Sharps". Przedmiotowe pojemniki są odporne na przebicie igłą medyczną.

Nieodłącznym elementem świadectwa jakości są sprawozdania z badań o numerach 177/2014 i 178/2014 z dnia 04.11.2014, w których to zamieszczono wyniki badań odporności na przebicie igłą medyczną.

Kierownik Laboratorium

KIEROWNIK
Laboratorium Badań i Technologii
Tworzyw

mgr inż. Grażyna Rymarz

Dyrektor Oddziału
DYREKTOR ODDZIAŁU

2 up- [signature]
dr Krzysztof Bortel

Wyłącznym uprawnionym do posługiwania się niniejszym ŚWIADECTWEM JAKOŚCI
jest Zleceniodawca.