

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stanowisko do pielęgnacji noworodka wraz z promiennikiem podczerwieni – 2 zestawy

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt	TAK	TAK
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2024.	TAK	TAK
3.	Producent.	podać	TAK, ZUM UNIMED
4.	Typ/model.	podać	TAK, SPN-1900Z
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	TAK, KLASA I (stanowisko), kl IIb (promiennik)
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	TAK
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Umywalka z szafką	TAK	TAK
2.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	TAK, Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną
3.	Umywalka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	TAK
4.	Bateria zlewozmywakowa.	TAK	TAK
5.	Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 500 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	TAK: Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 420 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 850 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
6.	Wanienka z szafką dwudrzwiową	TAK	TAK
7.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	TAK, Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną
8.	Wanienka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	TAK
9.	Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem.	TAK	TAK
10.	Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 800 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	TAK, Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 860 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 850 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
11.	Przewijak z 2 – 4 szufladami	TAK podać	TAK, 3 SZUFLADY
12.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	TAK, Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie

			laminowaną
13.	Szuflady z systemem cichego domykania.	TAK	TAK
14.	Blat z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	TAK
15.	Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na działanie ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących powierzchnie. Wodoodporny.	TAK	TAK
16.	Wymiary materacyka nie mniejsze niż: 520 x 640 mm	TAK podać	TAK, WYMIARY MATERACYKA 650X640 MM
17.	Wymiary przewijaka: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	TAK, Wymiary przewijaka: - szerokość: 600 mm - głębokość: 765 mm - wysokość: 850 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
18.	Promiennik podczerwieni do ogrzewania noworodka	TAK	TAK
19.	Mocowanie przyścienne	TAK	TAK
20.	Zasilanie 23 V, 50 Hz	TAK	TAK
21.	Moc promiennika: 700 W	TAK	TAK
22.	Regulacja mocy grzania manualna lub automatyczna	TAK podać	TAK, Regulacja mocy grzania manualna i automatyczna
23.	Wyposażony w miernik temperatury	TAK	TAK
24.	System ograniczenia mocy	TAK	TAK
25.	Wbudowane oświetlenie	TAK	TAK
26.	Wymiary: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 460 mm +/- 100 mm	TAK podać	TAK, Wymiary: - szerokość: 680 mm - głębokość: 545 mm
27.	<u>Szerokość całkowita zestawu nie większa niż 2050 mm</u>	TAK	TAK
III. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	TAK
2.	Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	TAK
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	TAK
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	TAK

Konfiguracja stanowisk – widok od frontu:

Stanowisko nr 1 – kolejność montażu od lewej: przewijak z promiennikiem, wanienska, umywalka
Stanowisko nr 2 – kolejność montażu od lewej: umywalka, wanienska, przewijak z promiennikiem

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając

ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny