

Worki na nogę

Sterylnie worki drenażowe



Zastosowanie

Worki drenażowe służą do gromadzenia i monitorowania wydalania moczu. Skala ma charakter przybliżony i służy wyłącznie celom informacyjnym. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zakres produktów

Sterylny worek na nogę z zaworem spustowym oraz antyodparzeniową tylną ścianą

| Pojemność, ml | Długość drenu cm | Możliwość docięcia | Bezigtowy port do pobierania próbek | Zawór spustowy | Element mocujący worek * | Antyodparzeniowa tylna ściana | Opakowanie | REF. |
|---------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 350 | 30 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 23510118 |
| 350 | 9 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 23510218 |
| 500 | 9 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | - | 1/10/80 | 25010118 |
| 500 | 30 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | - | 1/10/80 | 25010218 |
| 500 | 30 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 25010318 |
| 500 | 9 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 25010418 |
| 500 | 30 | - | Tak | Zawór dźwigniowy | Tak | - | 1/10/80 | 25010518 |
| 500 | 9 | - | Tak | Zawór dźwigniowy | Tak | - | 1/10/80 | 25010618 |
| 500 | 30 | - | Tak | Zawór dźwigniowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 25010718 |
| 500 | 9 | - | Tak | Zawór dźwigniowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 25010818 |
| 750 | 50 | Tak | - | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 27510918 |
| 750 | 10 | - | - | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 27510118 |
| 750 | 30 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 27510218 |
| 750 | 9 | - | Tak | Zawór krzyżowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 27510318 |
| 750 | 9 | - | Tak | Zawór dźwigniowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 27510418 |
| 750 | 30 | - | Tak | Zawór dźwigniowy | Tak | Tak | 1/10/80 | 27510518 |

*Zawierają dwa mocowania na opakowanie zbiorcze (10 worków)

Sterylizacja

Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat

Certyfikaty

| | |
|--|---|
| Znak CE | CE 0123 |
| Klasa produktu | Klasa I niesterylne |
| Certyfikowany system jakości | ISO 13485, Program pojedynczego audytu urzędów medycznych (MDSAP) |
| Europejska Nomenklatura Wyrobów Medycznych | A06030301 - WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU |
| Globalna nomenklatura urządzeń medycznych | 58923 |

Instrukcja obsługi

| | |
|----------|-----|
| Zawarta? | Tak |
|----------|-----|