

Pakiet nr 1 - zestawy do transfuzji krwi i infuzji grawitacyjnej dla Działów Medycznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna 4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, komora kropłowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, długość min.90mm Wentylowana /odpowietrznik komory kropłowej ręczny Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A Kompatybilny z lipidami, sterylizowany tlenkiem etylenu Objętość wypełnienia drenu 14 ml długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO Złącze luer lock obrotowe dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, termin ważności minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego	Zibo Qiaosend Medical Articles Co. Ltd China VH-26-EGA	10 000	szt.	1,90 zł	19 000,00 zł	8%	20 520,00 zł
2	Zestaw do infuzji grawitacyjnej komora kropłowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kropłowej Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek Kompatybilny z lipidami Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, sterylizowany tlenkiem etylenu długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony Objętość wypełnienia drenu 11 ml średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO Złącze luer lock stałe Komora kropłowa o długości 57mm na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, termin ważności minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego	Zibo Qiaosend Medical Articles Co. Ltd China NT-820-ELLA	200 000	szt.	1,09 zł	218 000,00 zł	8%	235 440,00 zł
	Razem					237 000,00 zł		255 960,00 zł

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 2 szt dla każdej z pozycji

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.