

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 14 ZESTAWY DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF)	Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1	<p>Sterylny zestaw do laparoskopii z fartuchami</p> <p>Opis przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</li> <li>• Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</li> <li>• Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54g/m2; jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.</li> <li>• Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</li> <li>• Serweta na stółk narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.</li> <li>• Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</li> <li>• Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</li> </ul> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm</li> <li>• 1 szt. serweta do nakrycia stołika Mayo owym. min. 80 x 140 cm</li> <li>• 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 150 x 240 cm</li> <li>• 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 170 x 170 cm</li> <li>• 2 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 75 x 90 cm</li> <li>• 1 szt. uchwyt typu rzep o wym. min. 2 x 22 cm</li> <li>• min. 2 szt. rękawiczki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm</li> <li>• 1 szt. fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m2 rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe</li> <li>• 2 szt. fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35g/m2 rozmiar L, szwy ultradźwiękowe.</li> </ul>	zestaw	900	51,89	46 701,00	8%	50 437,08	<p>Zestaw serwet jałowych uniwersalnych wzmocniony z fartuchami</p> <p>101-0132-236/101-001-S</p> <p>3Teks Tekstil Gida Ithalat Ithracat San. Tic. Ltd., Turcja</p>	Klasa I, wyroby sterylne
2	<p>Sterylny zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych</p> <p>Opis przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</li> <li>• Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</li> <li>• Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o gramaturze min. 74g/m2; jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów</li> <li>• Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</li> <li>• Serweta na stółk narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.</li> <li>• Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</li> <li>• Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</li> </ul> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. serweta na stółk narzędziowy, min. wym. 140 x 190 cm</li> <li>• 1 szt. serweta do nakrycia stołika Mayo o wym. min. 78 x 140 cm</li> <li>• 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), ze wzmocnieniem - pad chłonny o wym. 100 x 175 cm</li> <li>• 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 170 x 250 cm</li> <li>• 1 szt. serweta nieprzylepna min. wym. 150 x 200 cm</li> <li>• min. 4 rękawiczki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm</li> </ul>	zestaw	100	53,07	5 307,00	8%	5 731,56	<p>Zestaw serwet jałowych uniwersalnych z serwetą z wycięciem "U" nr 2</p> <p>101-001-S</p> <p>3Teks Tekstil Gida Ithalat Ithracat San. Tic. Ltd., Turcja</p>	Klasa I, wyroby sterylne
Razem:					52 008,00		56 168,64		

Katarzyna Zielińska  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)