



Kraków, dnia 17.08.2022r.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI V
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak ZP-10/22

Działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa wyposażenia dla RCKiK w Krakowie” (znak sprawy jak wyżej), w piątej części postępowania:

1. **Wybrał ofertę Wykonawcy** Labsystem s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków, jako najkorzystniejszą.

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonych czynności badania ofert Zamawiający stwierdził brak podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy j/w na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 ustawy. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Wskazana oferta uzyskała najwięcej punktów w kryteriach wyboru jakimi była cena i kryteria pozacenowe.

2. **Odrzucił ofertę Wykonawcy** Frost Tomasz Jankowski ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki na podstawie art. 226, ust. 1, pkt. 5 – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia .

UZASADNIENIE

Oferta zostaje odrzucona gdyż oferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny ze specyfikacją ujętą w Opisie przedmiotu zamówienia i uściśloną odpowiedziami do zapytań w niniejszym postępowaniu – nie spełnia warunku minimalnej pojemności 1365l. Część piąta niniejszego postępowania dotyczyła dostawy pięciu urządzeń chłodniczych w tym czterech zamrażarek i chłodziarki mającej służyć do przechowywania koncentratów krwinek czerwonych (część C części piątej postępowania)

W dniu 14.06.2022r Zamawiający umieścił na stronie WWW prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ, w których ostatecznie sprecyzował wymagania dotyczące Chłodziarki – „Bank Krwi” określone w części C załącznika 3E do SWZ. Stosownie do udzielonych wyjaśnień Chłodziarka ma mieć minimalną pojemność 1365 litrów, dopuszcza się przy tym chłodziarkę dwukomorową. Wykonawca Frost Tomasz Jankowski zaoferował urządzenie, którego pojemność, zdaniem Wykonawcy, według przedstawionych przez niego dokumentów mających stanowić przedmiotowe środki dowodowe wynosi ok. 1366l. Zamawiający powziął wątpliwości co do rzeczywistej pojemności urządzenia, gdyż dokument przedstawiony przez Wykonawcę nie nosił znamion przedmiotowych środków dowodowych jakich żądał Zamawiający, a to zgodnie z SWZ:

- „1.1. *Foldery, katalogi, opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, karty charakterystyki – materiały opracowane przez producenta, potwierdzające spełnienie opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia.*
2. *Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ”.*

W opinii Zamawiającego przedstawiony w ofercie folder mógł nie pochodzić od producenta urządzenia, a był jedynie sporządzony przez Wykonawcę, był on bowiem w zakresie pojemności urządzenia sprzeczny z dostępnymi powszechnie danymi producenta zawartymi w folderach i kartach technicznych dotyczących tego właśnie urządzenia.

Zamawiający zażądał prawidłowego podmiotowego środka dowodowego; na to Wykonawca przedstawił folder producenta oferowanego urządzenia z którego wynika pojemność wewnętrzna urządzenia netto/brutto 1260/1360 litrów.

Wraz z załączonym folderem Wykonawca załączył skan oświadczenia pracownika producenta oferowanego przedmiotu zamówienia o tym że pojemność wynosi 1366,8l i jest wyliczona matematycznie na podstawie rysunku technicznego wskazanego urządzenia z rozpisanyymi wymiarami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zamawiający nie uznaje wskazanego wyjaśnienia, gdyż :

1. W folderze producenta przedmiotu oferowanego zamówienia, a to chłodziarki BOLARUS SLC 1400 GLASS wyraźnie widnieją dane o pojemności urządzenia określające ją na nie więcej niż 1360 litów (brutto) oraz 1260 litrów netto - najprawdopodobniej po odjęciu objętości wnikaających w głąb komory chłodniczej takich elementów jak wiatraki chłodnicze, rurki ściekowe, półki lub szuflady i ich przewodnice.
2. Z rysunku technicznego będącego częścią folderu wyraźnie widać, biorąc proporcje pod uwagę wymiary, wskazane w punkcie powyżej elementy takie jak wentylator z obudową oraz elementy instalacji odpływowej, które w sposób wyraźny i pewny zabierają więcej niż 3-4 litry z wynikającej z rzutu technicznego maksymalnej pojemności urządzenia, tak więc pojemność urządzenia jest w sposób fizyczny mniejsza od minimalnej określonej przez Zamawiającego.
Dla kontrastu - z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę Labsystem S.C. wynika pojemność netto zaoferowanego urządzenia 1365 litrów oraz brutto 1500 litrów co w każdym przypadku, niezależnie od zdefiniowania czym jest właściwa wg Zamawiającego pojemność, spełnia opis przedmiotu zamówienia.

Na podstawie powyższego Zamawiający uznaje za zasadne i konieczne odrzucenie oferty Wykonawcy Frost Tomasz Jankowski.

Punktacja nie podlegających odrzuceniu ofert:

1. **Labsystem s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini**, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków – 88,91 punktów, (w tym kryterium ceny 48,91 punktów i po 20 punktów w kryterium Czas reakcji i Gwarancja - Wykonawca zaoferował odpowiednio czas reakcji 24 godziny i gwarancje 48 miesięcy),
2. **DANLAB Danuta Katryńska** - 80 punktów (w tym kryterium ceny 60 punktów i po 10 punktów w kryterium Czas reakcji i Gwarancja - Wykonawca zaoferował odpowiednio czas reakcji 36 godzin i gwarancje 36 miesięcy).

*Zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK
w Krakowie*

Jolanta Raś

