



# POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY



Dostawa obciążenia aktywnego DC do wyposażenia nowego laboratorium.

## Nr sprawy WE.ZP.261.3.2022

Warszawa, dnia 23 marca 2022r

*Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

**Dotyczy: Dostawa obciążenia aktywnego DC do wyposażenia nowego laboratorium.**  
**Platforma zakupowa ID: 581664**  
**Nr sprawy: WE.ZP.261.3.2022**

Zamawiający – Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, działając na podstawie art. 135 ust. 6 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na postawione poniżej pytanie przez uczestnika powyższego postępowania z dnia 18 marca 2022 r. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Prosimy o doprecyzowanie czy każde obciążenie wchodzące w skład zestawów powinno być wyposażone w dotykowy panel sterujący?


**Odpowiedź:** Wyjaśnienie dotyczy Załącznika nr 8 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ: Lp. A pozycja 7.  
Zamawiający wyjaśnia, że wystarczy, że jedno obciążenie z zestawu będzie miało panel sterujący.  
Treść SWZ nie wymaga zmiany.

**Pytanie 2:** Czy warunek udokumentowania zdolności technicznej lub zawodowej do realizacji zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub należyście wykonuje co najmniej 2 (dwie) dostawy z obszaru aparatur kontrolno-pomiarowych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy) brutto każda?

**Odpowiedź:** Wyjaśnienie dotyczy rozdziału 6 - Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1, ppkt 4.1).  
Zamawiający informuje, że dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu z pkt. 1 ppkt 4.1 na podstawie zaproponowanego przez Wykonawcę udokumentowania zdolności technicznej lub zawodowej. Treść SWZ nie wymaga zmiany.

W związku z tym, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 137 ust. 4 i 6 w związku z art. 90 ust. 2 oraz art. 135 ust. 3 ustawy Pzp termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 31.03.2022 r., godz. 11:00.

Z poważaniem

DZIEKAN  
Wydziału Elektrycznego  
Politechniki Warszawskiej  
  
Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

