



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 22.06.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), o wartości nieprzekraczającej kwoty na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy PZP na: „**Dostawa siatek operacyjnych i rękawic jałowych**” (oznaczenie sprawy ZO-18/2023) – ogłoszonego na platformie zakupowej w dniu 20 czerwca 2023 r. <https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings> ID (782427)

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

- 1. Pakiet 1, pozycja 1, 2, 3** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby poziom AQL był podany na opakowaniu i dopuszczenie potwierdzenia poziomu szczelności za pomocą raportu z badań producenta bądź kartą techniczną?

ODPOWIEDŹ NIE

- 2. Pakiet 1 poz.1** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein ≤ 89 ug/g, o nieznacznej różnicy grubości na palcu $0,17 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,14 \pm 0,01$ mm, na mankcie $0,11 \pm 0,01$ mm?

ODPOWIEDŹ NIE

- 3. Pakiet 1 poz.1** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 94 ug/g?

ODPOWIEDŹ NIE

- 4. Pakiet 1 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein max $33\mu\text{g/g}$, o nieznacznej różnicy w grubości na palcu $0,22 \pm 0,02$ mm, których parametry zostaną potwierdzone raportem z badań producenta nie starszym niż z 2018r. bądź kartą techniczną?

ODPOWIEDŹ NIE

- 5. Pakiet 1 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu $0,20\text{mm} \pm 0,02$, na dłoni $0,18\text{mm} \pm 0,02$, na mankcie $0,16\text{mm} \pm 0,02$?

ODPOWIEDŹ NIE

6. **Pakiet 1 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści rękawice będące wyrobem medycznym klasy Is?

ODPOWIEDŹ NIE

7. **Pakiet 1, poz. 4** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III.

ODPOWIEDŹ NIE

8. **Pakiet 1 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,33 - 0,40 mm?

ODPOWIEDŹ NIE

9. **Czy Zamawiający wydzieli i przyjmie do zapytania ofertowego:**

Poz. 2.4.

CHIRURGIA: SIATKA CHIRURGICZNA CZĘŚCIOWO WCHŁANIALNA

- sterylna
- z polipropylenu monofilamentowego
- -do zastosowania w operacyjnym leczeniu przepukliny pachwinowej

Parametry techniczne:

- - czas absorpcji: 90 -120 dni
- - wielkość porów: 2 - 4 mm
- - rozmiar: 6 x 11 cm?

Poz. 2.5.

CHIRURGIA: SIATKI CHIRURGICZNE DO METODY VALENTIEGO

- sterylne
- zestaw 2 siatek
- z polipropylenu monofilamentowego

Parametry techniczne:

- grubość nici: 0,34 mm
- grubość siatki: 1,2 mm
- gramatura: 28 g/m²
- wielkość porów: 1x1,25 mm
- rozmiar: 6 x 11 cm oraz 7,6 x 15 cm?

ODPOWIEDŹ NIE

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 22 czerwca 2023 r.

DYREKTOR

mgr Sebastian JANKIEWICZ

Wykonał: M. Kardasz tel. 54 285 63 31

22.06.2023 r.

Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych