

Warszawa, dn. 13.05.2022 r.

**BF-2.262.17.2022**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na **zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz w terminie o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy, udziela wyjaśnień treści SWZ i dokonuje zmiany treści SWZ:

#### **Wniosek nr 1:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka 1. Zamawiający wymaga zakresu temperatury – 8 st. C do + 40 st. C, czy to oznacza, że komora chłodnicza ma mieć możliwość grzania do temperatury +40st.C?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że pozostaje przy zapisach SWZ. Urządzenie ma mieć zakres temperatury – 8 st. C do + 40 st. C. Zamawiający doprecyzowuje, że pod nazwą "komora chłodnicza" rozumie m.in. "inkubator laboratoryjny z chłodzeniem".

#### **Wniosek nr 2:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści szerokości zewnętrzną 670 mm?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że dopuszcza szerokość zewnętrzną 670 mm.

#### **Wniosek nr 3:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści komorę w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie dopuszcza komory w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (wnętrze i obudowa), Zamawiający dopuszcza drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.



**Wniosek nr 4:**

Część XVI. Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wymuszonym obiegiem powietrza? Prośba nasza podyktowana jest wymogiem Zamawiającego uzyskania jednorodności temperatury w komorze nie gorszej niż  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Tylko obieg wymuszony pozwala uzyskać wysoką jednorodność temperatury.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie dopuszcza zamrażarki z wymuszonym obiegiem powietrza. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 5:**

Część XVI. Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (wnętrze i obudowa)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie dopuszcza zamrażarki wykonanej w całości ze stali nierdzewnej (wnętrze i obudowa). Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 6:**

Dot. Cz. 16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznego oświetlenia? W zamrażarkach - 40st.C nie stosuje się oświetlenia wewnętrznego.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie dopuszcza urządzenia bez wewnętrznego oświetlenia. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 7:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory chłodniczej o pojemności 108 litrów i wymiarach zewnętrznych szer. x gł. x wys. 745 x 1233 x 584 mm, oraz wewnętrznych szer. x gł. x wys. 560 x 480 x 400 mm.?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie dopuszcza komory chłodniczej o pojemności 108 litrów i wymiarach zewnętrznych szer. x gł. x wys. 745 x 1233 x 584 mm, oraz wewnętrznych szer. x gł. x wys. 560 x 480 x 400 mm. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 8:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory chłodniczej o obudowie zewnętrznej wykonanej ze stali kwasoodpornej?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie dopuszcza komory w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (wnętrze i obudowa), Zamawiający dopuszcza drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

**Wniosek nr 9:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory chłodniczej z agregatem chłodzącym o zakresie temperaturowym od  $-12^{\circ}\text{C}$  do  $+60^{\circ}\text{C}$  i mocy max. 1200W?



**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że nie dopuszcza komory chłodniczej z agregatem chłodzącym o zakresie temperaturowym od -12°C do +60°C i mocy max. 1200W. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 10:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory chłodniczej z półkami ze stali nierdzewnej elektropolerowanej o dopuszczalnym obciążeniu 60 kg każda?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że nie dopuszcza komory chłodniczej z półkami ze stali nierdzewnej elektropolerowanej o dopuszczalnym obciążeniu 60 kg każda. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 11:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Prosimy o doprecyzowanie ile półek ma być na wyposażeniu komory.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że nie określa ilości półek. Zamawiający wskazuje jedynie, że półki mają być regulowane, rozstaw pomiędzy półkami ma wynosić min. 180 mm.

**Wniosek nr 12:**

Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory chłodniczej o wadze 113 kg.?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że nie dopuszcza komory chłodniczej o wadze 113 kg. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 13:**

Pakiet XVI. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że Urządzenie będzie umiejscowione na 1 piętrze (2 kondygnacja budynku). W budynku znajduje się winda towarowa o wymiarach 195 x 195 x 195 cm, na środku wejścia do windy znajduje się kilkucentymetrowy ogranicznik (występ). Będzie konieczność wniesienia urządzenia po 5 schodach o wysokości około 30 cm każdy, przed wejściem do budynku. Na drodze do miejsca przeznaczenia urządzenia znajdują się otwory drzwiowe o wymiarach 88 x 200 cm. Z pozostałych przeszkód architektonicznych należy wymienić:

- nierówna powierzchnia podłogi przed wejściem do budynku,
- dwa obniżenia korytarza do wysokości 214 cm.

**Wniosek nr 14:**

Pakiet XVI. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje,** że odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na wniosek nr 13.



**Wniosek nr 15:**

Pakiet XVI. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarki po schodach ?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na wniosek nr 13.**

**Wniosek nr 16:**

Pakiet XVI. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na wniosek nr 13.**

**Wniosek nr 17:**

Pakiet XVI. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na wniosek nr 13.**

**Wniosek nr 18:**

Pakiet XVI. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zakres temperatury od - 40 C do - 10 C.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zakresu temperatury od - 40 C do - 10 C. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.**

**Wniosek nr 19:**

Pakiet XVI. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia zamrażarki w oświetlenie wewnętrzne.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie odstąpi od wymogu wyposażenia zamrażarki w oświetlenie wewnętrzne. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.**

**Wniosek nr 20:**

Pakiet XVI. Prosimy o podanie informacji, ile czasu ma trwać badanie w 9 punktach temperaturowych.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że badanie w 9 punktach temperaturowych ma się odbywać w czasie zgodnym z procedurą laboratorium wzorcującego podającego wyniki wzorcowania na wymaganym świadectwie wzorcowania.**

**Wniosek nr 21:**

Do części I, II, III i V: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty na komputery do sterowania urządzeniami wyposażone w angielski system operacyjny?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty na komputery do sterowania urządzeniami i analizy danych wyposażone w angielski system operacyjny odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu.**



#### **Wniosek nr 22:**

**Cześć I - Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS.** Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy, który posiada równoważne rozwiązanie do zintegrowanego układu kontroli pneumatyki z blokowaniem czasów retencji na czole kolumny, działający w oparciu o indeks retencji, umożliwiający odtwarzanie czasów retencji.

Liniowy indeks retencji jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż blokowanie czasów retencji, ponieważ nie ma konieczności zmiany parametrów ciśnienia i przepływu w metodzie, a ponadto parametr opisujący blokowanie czasów retencji, charakteryzuje wyłącznie jednego producenta chromatografów i tym samym nie dopuszcza konkurencyjnych urządzeń.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** Zamawiający akceptuje chromatograf, który posiada równoważne rozwiązanie do zintegrowanego układu kontroli pneumatyki z blokowaniem czasów retencji na czole kolumny, działający w oparciu o indeks retencji, umożliwiający odtwarzanie czasów retencji.

#### **Wniosek nr 23:**

**Cześć I - Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS.** Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 500 Hz?

Parametr częstotliwości opisany przez Zamawiającego charakteryzuje jednego producenta chromatografów i nie dopuszcza konkurencyjnych urządzeń. Częstotliwość próbkowania 500 Hz jest wystarczająca do wszystkich analiz wymaganych przez Zamawiającego.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie dopuszcza chromatografu gazowego z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 500 Hz. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

#### **Wniosek nr 24:**

**Cześć I - Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS.** Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek kompatybilny ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych ale bez możliwości sporządzania wzorców?

Opisane przez Zamawiającego parametry autosamplera charakteryzują konkretny autosampler jednego z producentów chromatografów i nie dopuszcza urządzeń konkurencyjnych.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** akceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek o pojemności 2 ml kompatybilny ze strzykawkami 5 µl, 10 µl, 50 µl, od 100 µl do 250 µl z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych. Zamawiający nie dopuszcza chromatografu gazowego z autosamplerem z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych ale bez możliwości sporządzania wzorców.

#### **Wniosek nr 25:**

**Cześć II. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw.** Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy, który posiada równoważne rozwiązanie do dedykowanego oprogramowania do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz,



z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny, działający w oparciu o indeks retencji?

Liniowy indeks retencji jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż dostrajanie ciśnienia na czole kolumny, ponieważ nie ma konieczności zmiany parametrów ciśnienia i przepływu w metodzie, a ponadto parametr opisujący dostrajanie ciśnienia na czole kolumny (blokowanie czasów retencji), charakteryzuje wyłącznie jednego producenta chromatografów i tym samym nie dopuszcza konkurencyjnych urządzeń.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** Zamawiający akceptuje chromatograf, który posiada równoważne rozwiązanie do dedykowanego oprogramowania do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny, działający w oparciu o indeks retencji.

#### **Wniosek nr 26:**

**Część II. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw.** Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium funkcjonalności (F) dla części II i punktowanie równoważnych rozwiązań w tym zakresie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na punktowanie w ramach tego kryterium urządzenia o dodatkowych możliwościach:

a) za zastosowanie kwadrupola z inertnego stopu metalu w celu usunięcia zanieczyszczeń w analizatorze mas – 9 punktów

b) za zastosowywanie układu prefiltrów w celu usunięcia zanieczyszczeń analizatora mas – 9 punktów  
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 18 punktów.

Opisany i punktowany przez Zamawiającego kwadrupol wygrzewany i pokryty złotem jest charakterystyczny dla jednego producenta urządzeń typu GCMS, w związku z tym ogranicza to konkurencyjność złożonych ofert.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** pozostaje przy zapisach treści SWZ.

#### **Wniosek nr 27:**

**Część III. Chromatograf gazowy z detektorem FID - 1 zestaw.** Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy, którego dozownik typu PTV umożliwia programowanie do 7 zmian temperatury na dozowniku?

Wymagane przez Zamawianego metody identyfikacji ilościowej związków organicznych obecnych w próbkach produktów naftowych według ASTM D3524-14 (2020) i ASTM D3525-20 nie określają programowania zmian temperatury na dozowniku na poziomie 10 zmian, a ponadto w opisie zestawu II o podobnej konfiguracji Zamawiający wymaga jedynie 7 zmian temperatury na dozowniku typu PTV.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** Zamawiający akceptuje chromatograf gazowy z dozownikiem typu PTV umożliwiającą programowanie do 7 zmian temperatury na dozowniku.



#### **Wniosek nr 28:**

Część III. Chromatograf gazowy z detektorem FID - 1 zestaw. Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 500 Hz.?

Parametr częstotliwości opisany przez Zamawiającego charakteryzuje jednego producenta chromatografów i nie dopuszcza konkurencyjnych urządzeń. Częstotliwość próbkowania 500 Hz. jest wystarczająca do wszystkich analiz wymaganych przez Zamawiającego.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 500 Hz. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.**

#### **Wniosek nr 29:**

Część III. Chromatograf gazowy z detektorem FID - 1 zestaw. Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek, kompatybilny ze strzykawkami 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający akceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek o pojemności 2 ml kompatybilny ze strzykawkami 5µl, 10µl, 50µl, od 100µl do 250µl.**

#### **Wniosek nr 30:**

Część V. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw. Czy Zamawiający zaakceptuje GCMS, którego dozownik typu split/splitless posiada stosunek podziału min. 99999:1?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza chromatograf gazowy GC-MS którego dozownik typu split/splitless posiada stosunek podziału min. 99999:1.**

#### **Wniosek nr 31:**

Część V. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw. Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy, który posiada równoważne rozwiązanie do dedykowanego oprogramowania do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny, działający w oparciu o indeks retencji?

Liniowy indeks retencji jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż dostrajanie ciśnienia na czole kolumny, ponieważ nie ma konieczności zmiany parametrów ciśnienia i przepływu w metodzie, a ponadto parametr opisujący dostrajanie ciśnienia na czole kolumny (blokowanie czasów retencji), charakteryzuje wyłącznie jednego producenta chromatografów i tym samym nie dopuszcza konkurencyjnych urządzeń.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający dopuszcza chromatograf, który posiada równoważne rozwiązanie do dedykowanego oprogramowania do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny, działający w oparciu o indeks retencji.**



**Wniosek nr 32:**

Część V. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw. Czy Zamawiający zaakceptuje GCMS z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 500 Hz.?

Parametr częstotliwości opisany przez Zamawiającego charakteryzuje jednego producenta chromatografów i nie dopuszcza konkurencyjnych urządzeń. Częstotliwość próbkowania 500 Hz. jest wystarczająca do wszystkich analiz wymaganych przez Zamawiającego.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego GC-MS z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 500 Hz. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.**

**Wniosek nr 33:**

**Część V. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw.** Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek, kompatybilny ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz rozbudowę tacy o moduł chłodzenia i grzania ale nie posiadający możliwości mieszania próbek?

Opisane przez Zamawiającego parametry autosamplera charakteryzują konkretny autosampler jednego z producentów chromatografów i nie dopuszcza urządzeń konkurencyjnych.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z autosamplerem na 150 fiolek, kompatybilny ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz rozbudowę tacy o moduł chłodzenia i grzania ale nie posiadający możliwości mieszania próbek. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.**

**Wniosek nr 34:**

Część V. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw. Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium funkcjonalności (F) dla części V i punktowanie równoważnych rozwiązań w tym zakresie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na punktowanie w ramach tego kryterium urządzenia o dodatkowych możliwościach:

- a) za zastosowanie kwadrupola z inertnego stopu metalu w celu usunięcia zanieczyszczeń w analizatorze mas – 9 punktów
  - b) za zastosowywanie układu prefiltrów w celu usunięcia zanieczyszczeń analizatora mas – 9 punktów
- Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 18 punktów.

Opisany i punktowany przez Zamawiającego kwadrupol wygrzewany i pokryty złotem jest charakterystyczny dla jednego producenta urządzeń typu GCMS, w związku z tym ogranicza to konkurencyjność złożonych ofert.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.**

**Wniosek nr 35:**

Dot. części IX. Komora chłodnicza 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie o zużyciu energii w ciągu 365 dni na poziomie 359 kWh?





**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dopuszcza urządzenie o zużyciu energii na poziomie 359kWh w ciągu 365dni.

**Wniosek nr 36:**

Gwarancja na urządzenia zgodnie ze specyfikacją wynosi minimum 24 miesiące, natomiast czynności serwisowe po upływie gwarancji są dodatkowo płatne. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego serwisu po sprzedaży tj.: pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarancja utrzymania i naprawy sprzętu po okresie gwarancji? Jeśli zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od tego wymogu proszę o określenie ilości przeglądów, które mają być wykonane. Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie 1 przeglądu po upływie gwarancji?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie wymaga wykonania 1 bezpłatnego przeglądu po upływie gwarancji. Zamawiający wymaga gwarancji minimum 24 miesiące i w tym czasie zapewnienia serwisu w ramach gwarancji.

**Wniosek nr 37:**

Dot. części X: Czy Zamawiający odstąpi od pytania o minimalnym obciążeniu, ponieważ Producent nie podaje takich danych, jedynie podaje maksymalne obciążenie urządzenia?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie odstąpi od pytania o minimalne obciążenie. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

**Wniosek nr 38:**

Jak często Zamawiający wymaga wykonania przeglądów serwisowych w czasie trwania gwarancji? Dodam tylko, że Producent nie wymaga wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie wymaga przeglądów serwisowych w czasie trwania gwarancji.

**Wniosek nr 39:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** Zamawiający nie wymaga certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2005 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego.

**Wniosek nr 40:**

§1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy?



**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** zamawiający przygotuje miejsce montażu wyposażenia zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

**Wniosek nr 41:**

§2 ust 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie krótszym niż 14 dni od dnia dostawy np. po przeprowadzonym szkolenia personelu? Często Wykonawca dostarczając towar będący wyrobem medycznym dokonuje jego montażu przez kwalifikowany zespół serwisantów, który może od razu przeprowadzić szkolenie personelu, a po dostawie, montażu i szkoleniu personelu sprzęt może być już użytkowany przez Zamawiającego. Brak odbioru sprzętu powoduje, że formalnie sprzęt nadal należy do Wykonawcy.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** zgodnie z projektem umowy „Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 2 tygodni od terminu realizacji dostawy na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do umowy”.

**Wniosek nr 42:**

§7 ust 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu *lub dostarczenia sprzętu zastępczego* lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie wyraża zgody na usunięcie zapisu *lub dostarczenia sprzętu zastępczego* oraz nie dopuszcza alternatywnie zlecenia usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści projektowanych postanowień umowy.

**Wniosek nr 43:**

§7 ust 4. Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** pozostaje przy zapisach treści projektowanych postanowień umowy.

**Wniosek nr 44:**

§9 ust 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu *lub dostarczeniu urządzenia zastępczego* lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie wyraża zgody na usunięcie zapisu *lub dostarczenia urządzenia zastępczego* oraz nie dopuszcza alternatywnie zlecenia usługi na



zewnątrz placówki na koszt wykonawcy. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści projektowanych postanowień umowy.

**Wniosek nr 45:**

§9 ust 2 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** pozostaje przy zapisach treści projektowanych postanowień umowy.

**Wniosek nr 46:**

Dotyczy części XI Myjka ultradźwiękowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych, równoważnych bądź lepszych technologicznie parametrach:

- Zakres temperaturowy od +20 stopni C do +80 stopni C,
- Pojemność całkowita 28,0L,
- Częstotliwość ultradźwiękowa 35 kHz,
- Możliwość monitorowania na temperatury
- Programowanie czasu pracy przyrządu w zakresie od 1min do 30 min
- Możliwość pracy ciągłej
- Wanna czyszcząca i pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Kosz ze stali nierdzewnej dopasowany do wnętrza wanny,
- Zawór zamykający do opróżnienia komory wanny,
- Wymiary zewnętrzne (bez uchwytów i zaworu):
  - głębokość 325mm,
  - szerokość 400mm,
  - wysokość z pokrywą 535mm,
- Wymiary wewnętrzne komory :
  - głębokość 200mm,
  - szerokość 300mm,
  - wysokość 500mm,
- Max waga do 17,3 kg,
- Zasilanie 230 V, 50 Hz,
- Zgodna z wymaganiami CE
- Urządzenie medyczne klasy I?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie dopuszcza urządzenia o wskazanych parametrach, gdyż niektóre z tych parametrów nie odpowiadają wymaganiom i potrzebom Zamawiającego określonym w SWZ i nie mogą być uznane za „lepsze technologicznie” (m. in. za duża pojemność całkowita, za niska częstotliwość ultradźwiękowa, za krótki zakres programowania czasu pracy).



### **Wniosek nr 47:**

Proszę o informację czy Zamawiający w Części XVI. Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt. dopuści urządzenie z zakresem temperatury do -35°C jest to spowodowane ograniczeniem z związanym z wbudowanym oświetleniem wewnątrz komory

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzeń z zakresem temperatury do -35°C. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.**

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje poniższych zmian w treści SWZ:

1. w lit. B część II SWZ dodaje się punkty 2-6 w brzmieniu:

*„2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.*

*3. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na żadnej z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2.*

*4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw wykluczenia, na żadnej z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2, zobowiązany jest potwierdzić każdy z tych Wykonawców.*

*5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.*

*6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.”*

2. w pkt. 2 lit. C części II SWZ w zakresie wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w lit. B Części II SWZ dodaje się punkt 2.7:

*„2.7 oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – załącznik nr 8 do SWZ.”*

3. W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w zakresie części I – XVIII dodaje się zapis:

***„Oświadczam/y, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:***



- a. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- b. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- c. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- d. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- e. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- f. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
  - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.”

4. Do SWZ dodaje się Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania. Dodany Załącznik nr 8 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Powyższe stanowi zmianę treści SWZ. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 23 maja 2022 r. o godz. 11:15

Zatwierdził:  
DYREKTOR DEPARTAMENTU LABORATORIÓW  
Ewa Mrówka



**Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**” (nr. post. BF-2.262.17.2022), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

- a. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- b. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;



- c. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- d. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- e. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- f. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
  - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
  - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

