

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Żeromskiego 113  
90-549 Łódź

Łódź, dnia 03.10.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,  
którzy pobrali SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy materiałów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy wraz z dzierżawą 4 aparatów - nr sprawy 162/TP/ZP/D/2024**

- I. W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 – tj. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet zbiorczy pozycja poz. 1 i 2

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych  
- dla poz.1 - średnica 13 FR – długość 15 cm, 20 cm, 25 cm  
- dla poz. 2 - średnica 13 FR – długość 25 cm , 30 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy opis jako równoważny.**

**Pytanie 2:**

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proste lub zagięte.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu zbiorczego poz. 1.2. i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

**Przesłany wraz z pytaniem plik o nazwie: Folder Evolution Flow family\_pol w załączeniu.**

Z poważaniem