



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:
67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 13.09.2023 roku

FZP.III-241/52/23

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**SPRZĘT MEDYCZNY J.U.**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 8 - Jednorazowy półautomatyczny system do biopsji tkanek miękkich z igłą tnącą z mechanizmem sprężynowym do biopsji histologicznych . * odłączana zewnętrzna kaniula , która może być pozostawiona w miejscu wkłucia , aby dokonać wielokrotnych biopsji za pomocą jednego wkłucia. Centymetrowa skala na igle umożliwiająca precyzyjną kontrolę głębokości nakłucia. Regulacja nacięcia do pobrania próbek np. 9,5 i 19 mm Dobrze widoczny dystalny koniec igły w ultradźwiękach Dostępne różne średnice , np. 14,16,18 20G oraz różne długości 9 do 20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2.

Pytanie do pakietu 12 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, żeby wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią był z z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; o wadze 6,3 gram; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3.

Pytanie do pakietu 12 poz. 2

Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie jakie urządzenie zapewniające odsysanie wydzieliny z nadgłośni z nad balona ma na myśli? Bowiem, żeby odessać rurkę intubacyjną z odsysaniem z nadgłośni wystarczy dren do odsysania podłączony do ssaka elektrycznego lub ssanie z próżni z podłączone do reduktora wraz drenem, powyższe sprzęty/ wyroby medyczne są standardowym wyposażeniem oddziałów szpitalnych? Proszę o określenie ilości tych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga urządzenia do odsysania

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. Wykonawca może wysyłać fakturę drogą elektroniczną na adres: e-faktury@szpital.pila.pl

Pytanie nr 5.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty zawiadomienia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 3:

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury za daną dostawę.

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zadania za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7.

Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 17^o w rozmiarze 20/21G x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8.

Zadanie nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 1x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Możliwość stosowania do 29 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – niezgodność z SWZ

Pytanie nr 9.

Zadanie nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający doprecyzuje o jakie urządzenie chodzi? Prosimy o podanie np. modelu czy typu urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rurki bez urządzenia

Pytanie nr 10.

Pakiet 4, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z samoprzylepną etykietą zamiast okienka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11.

Pakiet 10, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem ciecchy

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – niezgodność z SWZ

Pytanie nr 12.

ZADANIE 7

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej j.u. sterylnej, śr. 1,20mm, dł. 81 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza