



Wrocław, 14 czerwca 2024 r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ NARZĘDZI,  
INSTRUMENTARIUM WRAZ Z KONTENERAMI STERYLIZACYJNYMI – XIII  
PAKIETÓW, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.17.2024**

### **WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:
  1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
    - 1) w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej części przedmiotu dostawy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;
    - 2) w wysokości 0,5% ceny brutto wadliwej części przedmiotu dostawy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
    - 3) w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

2. Zamawiający wymaga (pakiet 3, poz, 22,23):

” Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrkowy), rozmiar 1/1 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z

naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 553x272x220mm ± 3 mm;

kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 +/- 3mm kosz wyposażony w matę/ "język" silikonowy rozmiar 524x244 ± 3 mm i nożki zabezpieczające/dystansujące”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego kontenera o parametrach poniżej:  
1/1 WANNA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 598X297X136 MM DO TEGO 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X105 MM ORAZ, 1/1 POKRYWA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 598X297X28 MM ORAZ TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA CZERWONA WYMIARY 248X70 MM, I TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA NIEBIESKA WYMIAR 56X19 MM Z OPISEM. FILTR JEDNORAZOWY BEZ INDYKATORA OPAKOWANIE 100 SZTUK DO TEGO PLOMBY DO KONTENERA 100 SZTUK POMARAŃCZOWE Z INDYKATOREM

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

3. Zamawiający wymaga (pakiet 5, poz, 76,77):

„Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 1/2 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni. Kolor ręczki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z jedną labiryntową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 267x272x122mm ± 3 mm;

kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 +/- 3mm, kosz wyposażony w matę/ "język" silikonowy rozmiar 234x244 ± 3 mm i nożki zabezpieczające/dystansujące”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych kontenerów o parametrach poniżej:

1/2 WANNA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 300X297X86 MM Z 1/2 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X55MM DO TEGO 1/2 POKRYWA KONTENERA O WYMIARACH 300X297X28 MM ORAZ TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA CZERWONA WYMIARY 248X70 MM I TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA NIEBIESKA WYMIAR 56X19 MM Z OPISEM. FILTR JEDNORAZOWY BEZ INDYKATORA OPAKOWANIE 100 SZTUK ORAZ PLOMBY DO KONTENERA 100 SZTUK POMARAŃCZOWE Z INDYKATOREM

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

4. Zamawiający wymaga (pakiet 5, poz, 78, 79):

„Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 3/4 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 448x272x143mm ± 3 mm;

kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x64 ± 3 mm kosz wyposażony w matę/ "język" silikonowy rozmiar 394x244 ± 3 mm i nożki zabezpieczające/dystansujące”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych kontenerów o parametrach poniżej:

3/4 WANNA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 464X297X86 MM DO TEGO KOSZ  
3/4 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X55 MM ORAZ 3/4 POKRYWA  
KONTENERA O WYMIARACH 464X297X28 MM ORAZ TABLICZKA CZOŁOWA  
KONTENERA CZERWONA WYMIARY 248X70 MM ORAZ TABLICZKA  
IDENTYFIKACYJNA NIEBIESKA  
WYMIAR 56X19 MM Z OPISEM.FILTR JEDNORAZOWY BEZ INDYKATORA  
OPAKOWANIE 100 SZTUK ORAZ PŁOMBY DO KONTENERA 100 SZTUK  
POMARAŃCZOWE Z INDYKATOREM

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

5. Zamawiający wymaga (pakiet 6, poz, 92, 93):

„Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 1/1 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z

wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 553x272x164mm ± 3 mm;

kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 +/- 3mm kosz wyposażony w matę/ "język" silikonowy rozmiar 524x244 ± 3 mm i nożki zabezpieczające/dystansujące”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych kontenerów o parametrach poniżej:

1/1 WANNA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 598X297X136 MM DO TEGO 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X105 MM ORAZ, 1/1 POKRYWA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 598X297X28 MM ORAZ TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA CZERWONA WYMIARY 248X70 MM, I TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA NIEBIESKA WYMIAR 56X19 MM Z OPISEM. FILTR JEDNORAZOWY BEZ INDYKATORA OPAKOWANIE 100 SZTUK DO TEGO PLOMBY DO KONTENERA 100 SZTUK POMARAŃCZOWE Z INDYKATOREM

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

6. Zamawiający wymaga (pakiet 7):

WKŁAD NARZĘDZIOWY NA 8 NARZĘDZI OD 9 DO 15 CM; Z POJEMNIKIEM NA ZACISKI

NOŻYCZKI DYSSEKCYJNE DELIKATNIE ZAKRZYWIONE, KOŃCÓWKI ZAOKRĄGLONE, WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM, SZEROKOŚĆ UCHWYTU 8 MM, DŁUGOŚĆ OSTRZY NOŻYCZEK 19 MM, UCHWYT PŁASKI, POWIERZCHNIA UCHWYTU KARBOWANA

NOŻYCZKI DO PRZYDANKI, PROSTE, KOŃCÓWKI OSTRE, WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM, SZEROKOŚĆ UCHWYTU 8 MM, DŁUGOŚĆ OSTRZY NOŻYCZEK 19 MM, UCHWYT PŁASKI, POWIERZCHNIA UCHWYTU KARBOWANA

DILATATOR PROSTY, WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 135 MM, ŚREDNICA KOŃCÓWKI ROBOCZEJ 0,3 MM, DŁUGOSC KOŃCÓWKI ROBOCZEJ 4 MM, UCHWYT PŁASKI, ŚREDNICA UCHWYTU 9 MM, POWIERZCHNIA UCHWYTU KARBOWANA

PESETA MIKROCHIRURGICZNA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 135 MM, ŚREDNICA KOŃCÓWKI ROBOCZEJ 0,3 MM, UCHWYT PŁASKI, SZEROKOŚĆ UCHWYTU 9 MM, POWIERZCHNIA UCHWYTU KARBOWANA
PESETA MIKROCHIRURGICZNA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 135 MM, LINIA KLASYCZNA, ŚREDNICA KOŃCÓWKI ROBOCZEJ 0,3 MM, UCHWYT PŁASKI, SZEROKOŚĆ UCHWYTU 9 MM, POWIERZCHNIA UCHWYTU KARBOWANA
IMADŁO WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM, SZEROKOŚĆ UCHWYTU 8 MM, ŚREDNICA KOŃCÓWKI ROBOCZEJ 0,4 MM, DELIKATNIE ZAKRZYWIONA, UCHWYT PŁASKI, POWIERZCHNIA UCHWYTU KARBOWANA
PESETA MIKROCHIRURGICZNA DO ZAKŁADANIA ZACISKÓW, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM, BEZ ZAMKA, UCHWYT PŁASKI
ZACISKI MIKRONACZYNIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 7,5 MM, KOLOR CZARNY, 2 SZT W OP
ZACISKI MIKRONACZYNIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 10 MM, KOLOR CZARNY, 2 SZT W OP
APROKSYMATOR MIKRONACZYNIOWY, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 7,5 MM, KOLOR CZARNY, 1 SZT W OP
APROKSYMATOR MIKRONACZYNIOWY WIELORAZOWEGO UŻYTKU DŁUGOŚĆ ROBOCZA 10 MM, KOLOR CZARNY, 1 SZT W OP

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych narzędzi o parametrach poniżej:

1/2 KOSZ DRUCIANY PERFOROWANY 243X253X76MM ORAZ PUDEŁKO WEWNETRZNE ORAZ MOSTEK NARZĘDZIOWY O WYMIARACH 240X40MM ORAZ KOŁEK MOCUJĄCY DLA UCHWYTÓW SYLIKONOWY
MIKRONOŻYCZKI PREPARACYJNE OKR.UCHWYT ZAKRZ.145MM
MIKRONOŻYCZKI SPRĘŻ.OKR.UCHWYT PROSTE 145MM
ROZSZERZACZ NACZYNIOWY ŚR.0,5MM 125MM
PINCETA DO WIĄZANIA SZWÓW VISE PR.SZ.0,3MM 135MM
MIKROPINCETA ZEGARMISTRZ.#3 0,3MM 135MM
MIKROIMADŁO REILL ZAKRZ.150MM

PINCETA DO ZAKŁADANIA KLIPSÓW BIEMER BEZ ZAM.145
KLIPS NACZYNIOWY BIEMER WCHŁAN.DŁ.SZCZ.6MM
KLIPS NACZYNIOWY BIEMER WCHŁAN.DŁ.SZCZ.9MM
APROKSYMATOR BIEMER-MUELLER PROSTY 4,5MM
APROKSYMATOR BIEMER-MUELLER PROSTY 9,0MM

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

7. Zamawiający wymaga (pakiet 9, poz, 6):

„IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. HALSEY, GŁADKIE SZCZĘKI, DŁ. 13 CM”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła o parametrach poniżej:

„IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ GŁADKIE DO NICI 9/0-11/0 DŁUGOŚĆ 120 MM”

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

8. Zamawiający wymaga (pakiet 9, poz, 10-43):

NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP BABY METZENBAUM ODGIETE DŁUGOŚĆ 115 MM KOŃCE TĘPO TĘPE
KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, ZAGIĘTE, DŁ. 12 CM
ZACISK ARTERII TYP COLLER ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 145 MM
PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM
PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM
DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 11 MM, SZER.RETRAKTORA 14 MM DŁ. 225 MM

ROZWIERACZ SZCZĘKOWY TYP WHITEHEAD DŁ.130MM ZAPADKA OBUSTRONNA

DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 11 MM,  
SZER.RETRAKTORA 14 MM DŁ. 225 MM

NOŻYCKI NOSOWE TYP FOMON MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM

NOŻYCKI PREPARACYJNE DELIKATNE TYP GRAEFE ZAKRZYWIONE 45 STOPNI KOŃCE  
TĘPE DŁ. 100 MM

NOŻYCKI PREPARACYJNE STANDARD, LOCKLIN, ZAGIĘTE 25°, JEDNO OSTRZE  
ZĄBKOWANE, KOŃCE OSTRE, DŁ. 16 CM

KLESZCZE NACZYNIOWE KOCHER (OCHSNER), 1X2 Z., PROSTE, DŁ. 18,5 CM

HAK KOCHER-LANGENBECK, ŁOPATKA 40X11 MM, RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 21,5 CM

HACZYK DELIKATNY DO RAN, 1 Z., OSTRY, DŁ. 16,5 CM

HACZYK DELIKATNY DO RAN, 2 Z., OSTRY, DŁ. 16,5 CM

HACZYK DELIKATNY DO RAN, 3 Z., OSTRY, DŁ. 16,5 CM

HACZYK DELIKATNY DO RAN, 4 Z., OSTRY, DŁ. 16,5 CM

KLESZCZE NACZYNIOWE DUNHILL, ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM

ROZWIERACZ SZCZĘKOWY TYP WHITEHEAD DŁ.150MM ZAPADKA OBUSTRONNA

NOŻYCKI DELIKATNE DO ŚCIEGIEN, STANDARD, STEVENS, TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 11 CM

PĘSETA NACZYNIOWA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY, 1,5 MM, PROSTA, DŁ. 16 CM

PĘSETA CHIRURGICZNA GILLIES, PROSTA, SZCZĘKI 1X2 Z., ROWKOWANIE "KARO" Z  
PROWADNICĄ, DŁ. 15,5 CM

ZACISK NACZYNIOWY BULLDOG TYP DE BAKEY-HESS ODGIĘTY DŁ. SZCZĘKI 20 MM DŁ.  
ZĄBKOWANIA NA SZCZĘCE 10 MM DŁ. CAŁK. 34 MM

KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIKRO-ADSON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 140 MM

KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CASTANEDA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZCZEKA 23/56 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM

PODWAŻKA KOSTNA HOHMANN, MINI, OSTRZE SZER. 8 MM, DŁ. 16 CM

PODWAŻKA KOSTNA HOHMANN, MINI, OSTRZE SZER. 6 MM, DŁ. 16 CM

PODWAŻKA KOSTNA HOHMANN, OSTRZE SZER. 18 MM, DŁ. 23,5 CM

ELEVATOR OKOSTNOWY LEMPert, ZAGIĘTY, 6 MM, DŁ. 18 CM

DŁUTO KOSTNE PARTSCH, PŁASKIE, OSTRZENIE SKOŚNE, SZER. 5 MM, DŁ. 13,5 CM

DŁUTO KOSTNE-OSTEOM LAMBOTTE, SZER. 10 MM, DŁ. 24 CM

KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI PALCY TYP REILL ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 135 MM

KLESZCZ REPOZYCYJNE 135MM

KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI EKSTRA MAŁE Z ZAMKIEM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 140 MM

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych narzędzi o parametrach poniżej:

NOŻYCZKI PREPARACYJNE OSTRE ODGIETE 115MM TEPO/TEPE
KLESZCZYKI HALSTEDA ZAKRZ.125MM
ZACISK ARTERII COLLER ZAKRZ.145MM
PINCETA CHIR.ŚREDNIO SZER.1X2Z.145MM
PINCETA ANAT.ŚREDNIO SZER.145MM
DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY HURD
ROZWIERACZ SZCZĘK WHITHEAD 130MM



NOŻYCZKI NOSOWY FOMON SILN.ZAG.115MM
NOŻYCZKI D.IRYDEKTOMII GRAEFE 100MM
NOŻYCZKI DO DZIAŚEŁ LOCKLIN 155MM
KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM
HAK OPER.KOCHER-LANGENBECK 41X11MM
HACZYK OP.DELIKAT.MODYF.1Z.OSTRY
HACZYK OP.DELIKAT.MODYF.2Z.OSTRY
HACZYK OP.DELIKAT.MODYF.3Z.OSTRY
HACZYK OP.DELIKAT.MODYF.4Z.OSTRY
KLESZCZE DO TĘTNIC DUNHIL ZAK.190MM
ROZWIERACZ SZCZEK WHITHEAD 150MM
NOŻYCZKI PREP.T.STEVENS ODG.DŁ.110MM T/T
PINC.ATR.SZCZEKA 1,5MM SZER.150MM
PINCETA CHIR.GILLIES 1X2Z.155MM
ZACISK BULLDOG DE'BAKEY-HESS ODG.20MM
MIKROKLESZ.PREPARACYJNE ADSON 140MM
ATR.KLESZCZ.NACZYN.CASTANEDA 23/56/155MM
DŹWIGNIA KOSTNA SZER.8,0MM 160MM
DŹWIGNIA KOSTNA SZER.6,0MM 160MM
DŹWIGNIA KOSTNA SZER.17MM 240MM
SKROBACZKA LEMPERT SZEROKA
DŁUTO PŁASKIE PARTSCH SZER.5MM 140MM
OSTEOTOM LAMBOTTE SZER. 10MM DŁ. 240MM
KLESZCZ REPOZYCYJNE REILL 170MM ZAKRZ
KLESZCZ DO REPOZYCJI PALCY 135MM
KLESZCZ.REPOZYC.Z ZAMKI EXT MAŁE 140MM
NOŻ.PREP.S.OSTR T.BABYMETZ ODG 115MM T/T

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

9. Zamawiający wymaga (pakiet 9, poz, 44, 45):

„Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 1/2 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z jedną labiryntową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 267x272x122mm ± 3 mm;

kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 +/- 3mm, kosz wyposażony w matę/ "język" silikonowy rozmiar 234x244 ± 3 mm i nożki zabezpieczające/dystansujące”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych kontenerów o parametrach poniżej:

1/2 WANNA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 300X297X86 MM Z 1/2 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X55MM DO TEGO 1/2 POKRYWA KONTENERA O WYMIARACH 300X297X28 MM ORAZ TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA CZERWONA WYMIARY 248X70 MM I TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA NIEBIESKA WYMIAR 56X19 MM Z OPISEM.FILTR JEDNORAZOWY BEZ INDYKATORA OPAKOWANIE 100 SZTUK ORAZ PLOMBY DO KONTENERA 100 SZTUK POMARAŃCZOWE Z INDYKATOREM

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

10. Zamawiający wymaga (pakiet 9, poz, 46, 47, 48):

„Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 1/1 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 553x272x122mm ± 3 mm;

kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x64 +/- 3mm kosz wyposażony w matę/ "język" silikonowy rozmiar 524x244 ± 3 mm i nożki zabezpieczające/dystansujące”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych kontenerów o parametrach poniżej:

1/1 WANNA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 598X297X136 MM DO TEGO 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X105 MM ORAZ, 1/1 POKRYWA KONTENERA WYMIARY ZEWNĘTRZNE 598X297X28 MM ORAZ TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA CZERWONA WYMIARY 248X70 MM, I TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA NIEBIESKA WYMIAR 56X19 MM Z OPISEM. FILTR JEDNORAZOWY BEZ INDYKATORA OPAKOWANIE 100 SZTUK DO TEGO PŁOMBY DO KONTENERA 100 SZTUK POMARAŃCZOWE Z INDYKATOREM

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

11. Zgodnie z SWZ rozdz. XX Zamawiający wymaga podania terminu dostaw w pełnych tygodniach, natomiast w formularzu ofertowym, zamawiający prosi o podanie terminu dostaw w dniach roboczych - czy w formularzu ofertowym należy podać termin dostaw w pełnych tygodniach?

**Odp:** W formularzu ofertowym należy skazać termin dostawy w pełnych tygodniach. **Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ.**

Było:  
(...)

**Pakiet nr ....<sup>1</sup>**

**Wartość NETTO ..... zł (słownie:..... złotych)**

**Cena BRUTTO ..... zł (słownie: .....złotych)**

**Termin dostawy:**

**pakiet nr...<sup>1</sup> – ..... dni roboczych**

(min. 4 tygodnie - max. 8 tygodni - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. XX SWZ)

**Wymiar gwarancji:**

**pakiet nr ....<sup>1</sup> – ..... Miesiące**

(min. 24 miesiące - max 48 miesięcy - należy wpisać oferowaną wymiar gwarancji - wg. Rozdz. XX SWZ)

(...)

Jest:  
(...)

**Pakiet nr .....<sup>2</sup>**

**Wartość NETTO ..... zł (słownie:..... złotych)**

**Cena BRUTTO ..... zł (słownie: .....złotych)**

**Termin dostawy:**

**pakiet nr...<sup>1</sup> – ..... tygodni.**

(min. 4 tygodnie - max. 8 tygodni - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. XX SWZ)

**Wymiar gwarancji:**

**pakiet nr ...<sup>1</sup> – ..... Miesiące**

(min. 24 miesiące - max 48 miesięcy - należy wpisać oferowaną wymiar gwarancji - wg. Rozdz. XX SWZ)

(...)

12. Dotyczy pakietu XI i XII

Czy Zamawiający w w/w pakietach w załączniku – Wymagane Warunki Techniczne w punkcie nr 3 dopuści do zaofiarowania narzędzia bez wymogu potwierdzenia normy ISO 7741 oraz zakresu twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych:

1. Haki, retraktory pincety, kleszczyki , klemy, imadła bez twardej wkładki 42HRC - 50 HRC;
2. Nożyczki bez twardej wkładki – 50 HRC-57 HRC;
3. Nożyczki z twarą wkładką/twarda wkładka - 42 HRC-47 HRC/60 HRC-64 HRC
4. Kleszczyki opatrunkowe akcesoria stosowane na sali OP, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki, skrobaczki ), instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne – min. 42 – 47 HRC?

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

13. Dotyczy pakietu XI i XII

Czy Zamawiający w w/w pakietach w załączniku – Wymagane Warunki Techniczne w punkcie nr 7 dopuści do zaofiarowania narzędzia, które posiadają możliwość dekontaminacji metodami opisanymi w instrukcji obsługi i zwalidowanymi przez producenta?

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

14. Dotyczy pakietu XI i XII

Czy Zamawiający w w/w pakietach w załączniku – Wymagane Warunki Techniczne w punkcie nr 11 dopuści do zaofiarowania narzędzia chirurgiczne, które nie podlegają regeneracji? W przypadku naprawy niepodlegającej gwarancji narzędzia, podlegają wymianie na podstawie odrębnych ofert cenowych.

---

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

15. Dotyczy pakietu XI i XII

Czy Zamawiający w w/w pakietach w załączniku – Wymagane Warunki Techniczne w punkcie nr 7 dopuści materiały firmowe dotyczące procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji, dołączone wraz z dostawą, a nie do oferty?

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

16. WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE – do wszystkich pakietów

Czy Zamawiający dopuści w wymaganych warunkach technicznych pkt 3 Zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych:

1. Haki, pincety, kleszczyki, klemy, imadła bez twardej wkładki 42HRC - 50 HRC;
2. Nożyczki bez twardej wkładki – 50 HRC-58 HRC;
3. Nożyczki z twarżą wkładką - 50 HRC-58 HRC;
4. Kleszczyki opatrunkowe akcesoria stosowane na sali OP, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki, skrobaczki), instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne w poszczególnych zakresach 40–48 HRC, 50-58 HRC, 42-50 HRC.

**Odp:** Zamawiający dopuszcza.

17. Katalogi - Zamawiający żąda oryginalnych firmowych katalogów, prospektów, folderów lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Czy w przypadku narzędzi Zamawiający dopuści oryginalny katalog producenta w języku angielskim/niemieckim wraz ze zdjęciami oferowanego narzędzia.

**Odp:** Zamawiający dopuszcza.

18. WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE Czy Zamawiający dopuści narzędzia i kontenery z rokiem produkcji minimum 2023r.? Większość asortymentu będzie wyprodukowana w bieżącym roku kalendarzowym.

**Odp:** Zamawiający dopuszcza.

19. Zestaw narzędzi Pakiet I Poz.2 SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRZA, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 6 MM, DŁ. 30,5 CM – Czy niedoszło do omyłki pisarskiej, ponieważ ten rozmiar skrobaczki to fig. 0

**Odp:** Omyłka zamawiającego. Zamawiający poprawia załącznik nr 2 do SWZ – pakiet 1

**Było**  
**(...)**

Lp.	Numer katalogowy/ strona w katalogu	Nazwa, opis towaru	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość netto	Vat 8%	Cena brutto
-----	--	--------------------	------	-------	--------------------------------------	------------------	-----------	----------------

1.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	5				
2.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 6 MM, DŁ. 30,5 CM	szt.	3				
3.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	2				
4.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	5				
5.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	5				
6.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	3				
7.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	3				
8.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	2				

(...)

**Jest**

(...)

Lp.	Numer katalogowy/ strona w katalogu	Nazwa, opis towaru	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość netto	Vat 8%	Cena brutto
1.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.00, SZER. 5 MM, DŁ. 30 CM	szt.	5				
2.		SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, OSTRĄ, SZTYWNA, FIG.0, SZER. 6 MM, DŁ. 30,5 CM	szt.	3				
3.		KLESZCZYKI BIOPSYJNE TYP TISCHLER, DŁ CZĘŚCI ROBOCZEJ 210 MM, KOŃCÓWKI 5X6X3MM	szt.	2				
4.		ROZSZERZADŁO SZYJKI MACICY GEGAR, Ø 2 MM, DŁ 18,5 CM	szt.	5				

5.		ROZSZERZADŁO SZYJKI MACICY GEGAR, Ø 2,5 MM, DŁ 18,5 CM	szt.	5				
6.		ROZSZERZADŁO SZYJKI MACICY GEGAR, Ø 3 MM, DŁ 18,5 CM	szt.	3				
7.		ROZSZERZADŁO SZYJKI MACICY GEGAR, Ø 3,5 MM, DŁ 18,5 CM	szt.	3				
8.		WZIERNIK POCHWOWY KRISTELLER FIG. 2, ZESTAW ŁOPATKA 80X30MM I 85X26 MM	szt.	2				

(...)

20. Zestaw narzędzi Pakiet 1 Czy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ w pakiecie I pozycje od 1 do 8 wymienione w zestawieniu asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia/exel/, różnią się od tych wymienionych w parametrach technicznych w wordzie.

**Odp:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

21. Zestaw narzędzi pakiet IV Poz. 32 NOŻYCZKI DELIKATNE, UTWARDZ. METZENBAUM-LAHEY, CIENKIE, ZAGIĘTE, DŁ. 24,5 CM Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i nie powinna być długość 14,5cm.

Poz. 35 PODWAŻKA KOSTNA HOHMANN, MINI, OSTRZEZ SZER. 8 MM, DŁ. 20 CM – Prosimy o dopuszczenie długości 16cm.

**Odp:** W pozycji 32 doszło do omyłki. Pozycja 35 zamawiający dopuszcza długość 16 cm.  
**Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ**

**Było:**

(...)

32.		NOŻYCZKI DELIKATNE, UTWARDZ. METZENBAUM-LAHEY, CIENKIE, ZAGIĘTE, DŁ. 24,5 CM	szt.	4
-----	--	--	------	---

(...)

**Jest:**

(...)

32.		NOŻYCZKI DELIKATNE, UTWARDZ. METZENBAUM-LAHEY, CIENKIE, ZAGIĘTE, DŁ. 14,5 CM	szt.	4
-----	--	--	------	---

(...)

22. Zamawiający Zestaw narzędzi Pakiet VIII Poz. 36 SONDA ZAKOŃCZONA OLIWKA TYP STACKE ŚREDNICA 0,8 MM DŁUGOŚĆ 100 MM – Czy Zamawiający dopuści sondę o średnicy 1mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

23. Zamawiający Zestaw narzędzi Pakiet IX Poz. 18 NOŻYCHY NOSOWE TYP FOMON MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM – Czy Zamawiający dopuści nożyczki Cinelli pozostałe parametry bez z mian. Są to identyczne nożyczki tylko o innej nazwie.

**Odp:** Nie zamawiający nie wyraża zgody. **SWZ bez zmian.**

24. Pakiet VIII

Poz.38 IGŁOTRZYMACZ / IGŁOPOPYCHACZ WG. LICHTENBERGER DŁUGOŚĆ ROBOCZA 210 MM – W związku z zaprzestaniem produkcji na imadło Lichtenberger, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie tej pozycji z pakietu.

**Odp:** Zamawiający usuwa pozycję 38 w pakiecie nr VIII. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2h.

Było (...)

38	IGŁOTRZYMACZ / IGŁOPOPYCHACZ WG. LICHTENBERGER DŁUGOŚĆ ROBOCZA 210 MM	szt.	1		
----	---	------	---	--	--

(...)

Jest(...)

38	IGŁOTRZYMACZ / IGŁOPOPYCHACZ WG. LICHTENBERGER DŁUGOŚĆ ROBOCZA 210 MM	szt.	1		POZYCJA USUNIĘTA.
----	---	------	---	--	----------------------

(...)

25. Prosimy o dopuszczenie nieznanymi różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

PAKIET 1:

1-8.SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, DŁ. 31 CM, pozostałe parametry bez zmian.



- 9.IMADŁO DO IGIEŁ, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian.  
10.IMADŁO DO IGIEŁ , DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian.  
11.ZAPINKA TOHOKU, DŁ. 13 CM, pozostałe parametry bez zmian.  
18.KLESZCZYKI DO ZACISKANIA DRENÓW, DŁ. 20 CM, pozostałe parametry bez zmian.  
19.KLESZCZYKI DO ZACISKANIA DRENÓW , DŁ. 23 CM, pozostałe parametry bez zmian.  
21.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiar pojemnika: 465x280x135m. Pozostałe parametry bez zmian.  
22.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 405x245x50mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp:** 1-8.SKROBACZKA MACICZNA RECAMIER, DŁ. 31 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Odpowiedź na pytanie nr 19.**

- 9.IMADŁO DO IGIEŁ, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**  
10.IMADŁO DO IGIEŁ , DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**  
11.ZAPINKA TOHOKU, DŁ. 13 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**  
18.KLESZCZYKI DO ZACISKANIA DRENÓW, DŁ. 20 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zapisy bez zmian**  
19.KLESZCZYKI DO ZACISKANIA DRENÓW , DŁ. 23 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zapisy bez zmian**  
21.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiar pojemnika: 465x280x135m. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zapisy bez zmian**  
22.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 405x245x50mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zapisy bez zmian**

26. Prosimy o doprecyzowanie parametrów w pozycjach:

47. Czy chodzi o wyciąg z 3 haczykami:

- Rozstaw: 95mm, wysokość: 110mm
- Rozstaw: 120mm, wysokość: 120mm
- Rozstaw: 155mm, wysokość: 155mm
- Rozstaw: 200mm, wysokość: 155mm

**Odp:** Uzupełnienie zapisu do poz. 47. Wyciąg ręczny – rączka w kształcie litery „T” do zestawu do EKSTYRPACJI ŻYŁ NABATOFF

27. Prosimy o dopuszczenie nieznanymi różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

· standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

PAKIET 2:

4.IMADŁO, DŁ. 18 CM

6.IMADŁO, DŁ. 26 CM

8. IMADŁO, DŁ. 17 CM

10.KLESZCZE, DŁ. 18 CM

12.KLESZCZE, DŁ. 24 CM

13.KLESZCZYKI, DŁ. 25 CM

15.KLESZCZE, DŁ. 24 CM

24.ODGRYZACZ, DŁ. 24 CM

25.ODGRYZACZ, DŁ. 23 MM

32.PĘSETA, DŁ. 30 CM

35.PĘSETA, DŁ. 15 CM

36.PĘSETA, DŁ. 18 CM

38.PILNIK KOSTNY, DŁ. 28 CM

43.ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY, DŁ. 20 CM

48.ZACISK NACZYNIOWY DŁ.60MM

49.ZAPINKA, DŁ. 13 CM

53.NOŻYCZKI, OSTRZA KĄTOWE 45°, DŁ. 19 CM

54.KLEM, DŁ. 25 CM

56.KLESZCZE, DŁ. 24 CM

59.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x135mm. Pozostałe parametry bez zmian.

60.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x50mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

61.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian.

62.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

63.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 465x280x135m. Pozostałe parametry bez zmian.

64.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 405x245x50mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

65. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 465x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian.
66. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 405x245x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.
67. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian.
68. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.
69. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x200mm lub 580x280x260mm. Pozostałe parametry bez zmian.
70. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.
71. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm lub 580x280x200mm. Pozostałe parametry bez zmian.
72. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.
73. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 310x190x130mm. Pozostałe parametry bez zmian.
74. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 274x172x43mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: 4. IMADŁO, DŁ. 18 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**6. IMADŁO, DŁ. 26 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**8. IMADŁO, DŁ. 17 CM – Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

**10. KLESZCZE, DŁ. 18 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**12. KLESZCZE, DŁ. 24 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**13. KLESZCZYKI, DŁ. 25 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**15. KLESZCZE, DŁ. 24 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**24. ODGRYZACZ, DŁ. 24 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**25. ODGRYZACZ, DŁ. 23 MM – Zamawiający dopuszcza.**

**32. PEŃSETA, DŁ. 30 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**35. PEŃSETA, DŁ. 15 CM – Zamawiający dopuszcza.**

**36. PEŃSETA, DŁ. 18 CM – Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

**38. PILNIK KOSTNY, DŁ. 28 CM – Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

43.ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY, DŁ. 20 CM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

48.ZACISK NACZYNIOWY DŁ.60MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

49.ZAPINKA, DŁ. 13 CM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

53.NOŻYCZKI, OSTRZA KĄTOWE 45°, DŁ. 19 CM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

54.KLEM, DŁ. 25 CM – **Zamawiający dopuszcza.**

56.KLESZCZE, DŁ. 24 CM – **Zamawiający dopuszcza.**

59.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x135mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

60.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x50mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

61.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

62.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

63.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 465x280x135m. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

64.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 405x245x50mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

65.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 465x280x150m. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

66.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 405x245x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

67.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

68.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

69. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x200mm lub 580x280x260mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

70. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

71. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm lub 580x280x200mm. Pozostałe parametry bez zmian.

72. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

73. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 310x190x130mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

74. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 274x172x43mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

28. Prosimy o dopuszczenie nieznanymi różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

PAKIET 3:

7. ZACISK OPATRUNKOWY, DŁUGOŚĆ 130 MM,

8. IMADŁO, DŁUGOŚĆ 135 MM,

10. ROZWIERACZ, DŁUGOŚĆ 105 MM

11. ROZWIERACZ, DŁUGOŚĆ 160 MM

14. KLESZCZE, DŁUGOŚĆ 450 MM

15. KLESZCZE, DŁUGOŚĆ 450 MM

16. KLESZCZYKI, DŁUGOŚĆ 260 MM

17. HAK, WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 65x50 MM, DŁUGOŚĆ 250 MM

18. WZIERNIK POCHWOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 55 MM

19. KLESZCZYKI NACZY, DŁUGOŚĆ 260 MM

20. PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NA IGŁY WYMIARY 65x15 MM

21. KLESZCZE, DŁUGOŚĆ 220 MM

22. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x200mm lub 580x280x260mm. Pozostałe parametry bez zmian.

23. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp:**

7. ZACISK OPATRUNKOWY, DŁUGOŚĆ 130 MM, – **Zamawiający dopuszcza.**

8. IMADŁO, DŁUGOŚĆ 135 MM, – **Zamawiający dopuszcza.**

10. ROZWIERACZ, DŁUGOŚĆ 105 MM – **Zamawiający dopuszcza.**

11. ROZWIERACZ, DŁUGOŚĆ 160 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

14. KLESZCZE, DŁUGOŚĆ 450 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

15. KLESZCZE, DŁUGOŚĆ 450 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

16. KLESZCZYKI, DŁUGOŚĆ 260 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

17. HAK, WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 65x50 MM, DŁUGOŚĆ 250 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

18. WZIERNIK POCHWOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 55 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

19. KLESZCZYKI NACZY, DŁUGOŚĆ 260 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

20. PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NA IGŁY WYMIARY 65x15 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

21. KLESZCZE, DŁUGOŚĆ 220 MM – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

22. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x200mm lub 580x280x260mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

23. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

29. Prosimy o dopuszczenie nieznaných różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

**PAKIET 4:**

1. KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian.

- 2.ZACISK ARTERII, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian.
- 4.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 5.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 8.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 30 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 9.PODWAŻKA KOSTNA, DŁ. 22 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 10.HAK ISRAEL, DŁ. 25 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 11.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 24 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 15.NOŻYCHKI UTWARDZ, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 17.HAK DO RAN, DŁ. 22 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 18.UCHWYT T DŁ.180, pozostałe parametry bez zmian.
- 20.MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP WAGA 130 G, ŚREDNICA GŁOWICY 35 MM  
WYMIENNE KOŃCE GŁOWICY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DŁ. 240 MM.
- 21.NOŻYCHKI LISTER, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 22.ODGRYZACZ KOSTNY, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 24.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 16 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 25.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ.16 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 28.IMADŁO, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 30.NOŻYCHKI DELIKATNE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 31.NOŻYCHKI PREPARACYJNE, DŁ 20 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 32.NOŻYCHKI DELIKATNE, DŁ. 23 CM, pozostałe parametry bez zmian.
33. KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 24 CM, pozostałe parametry bez zmian.
- 37.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian.
- 38.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.
- 39.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian.
- 40.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp:**

- 1.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 2.ZACISK ARTERII, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 4.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 5.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

- 8.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 30 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
- 9.PODWAŻKA KOSTNA, DŁ. 22 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
- 10.HAK ISRAEL, DŁ. 25 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 11.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 24 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 15.NOŻYCZKI UTWARDZ, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 17.HAK DO RAN, DŁ. 22 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
- 18.UCHWYT T DŁ.180, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
- 20.MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP WAGA 130 G, ŚREDNICA GŁOWICY 35 MM WYMIENNE KOŃCE GŁOWICY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DŁ. 240 MM. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
- 21.NOŻYCZKI LISTER, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 22.ODGRYZACZ KOSTNY, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 24.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 16 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 25.KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ.16 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 28.IMADŁO, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 30.NOŻYCZKI DELIKATNE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 31.NOŻYCZKI PREPARACYJNE, DŁ 20 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 32.NOŻYCZKI DELIKATNE, DŁ. 23 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
33. KLESZCZE NACZYNIOWE, DŁ. 24 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**
- 37.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
- 38.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x70mm. kosz wyposażony w matę "jeżyk" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**
- 39.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**



40.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x70mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

30. Prosimy o dopuszczenie nieznanych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

Pakiet 7:

4.DILATATOR PROSTY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 125 MM, pozostałe parametry bez zmian.

5.PĘSETA MIKROCHIRURGICZNA, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM, pozostałe parametry bez zmian.

7.IMADŁO, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM, pozostałe parametry bez zmian.

8.PĘSETA, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM, pozostałe parametry bez zmian.

9.ZACISKI, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 6 MM, KOLOR ŻŁOTY-SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian.

10.ZACISKI, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 9 MM, KOLOR ŻŁOTY-SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian.

11.APROKSYMATOR, KOLOR SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian.

12.APROKSYMATOR, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 9 MM, KOLOR SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian.

13.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 275x125x40mm.Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp:**

4.DILATATOR PROSTY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 125 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

5.PĘSETA MIKROCHIRURGICZNA, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

7.IMADŁO, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

8.PĘSETA, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

9.ZACISKI, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 6 MM, KOLOR ŻŁOTY-SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

10.ZACISKI, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 9 MM, KOLOR ŻŁOTY-SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

11. APROKSYMATOR, KOLOR SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

12. APROKSYMATOR, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 9 MM, KOLOR SREBRNY, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

13. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 275x125x40mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

31. Prosimy o dopuszczenie nieznanych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

Pakiet 8:

3. KLESZCZYKI, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian.

4. KLESZCZE, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian.

5. KLESZCZE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.

9. NOŻYCZKI, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian.

10. NOŻYCZKI, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian.

11. TRZONEK NR 3, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian.

13. PINCETA, DŁUGOŚĆ 200 MM, pozostałe parametry bez zmian.

14. PEŃSETA, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian.

16. PEŃSETA, DŁ. 16 CM, pozostałe parametry bez zmian.

17. IMADŁO, DŁUGOŚĆ 180 MM, pozostałe parametry bez zmian.

19. IMADŁO, DŁ. 200 MM, pozostałe parametry bez zmian.

20. HACZYK USZNY, 3 MM, pozostałe parametry bez zmian.

21. SZPATUŁKA, SZEREKOŚĆ 18/23MM, DŁ 180 MM, pozostałe parametry bez zmian.

22. HAK DO RAN, 42X13 MM, pozostałe parametry bez zmian.

23. HAK DO RAN, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian.

24. HAK DO RAN, DŁ. 22 CM, pozostałe parametry bez zmian.

25. HACZYK, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian.

27-31. HACZYK DELIKATNY DO RAN, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian.

32. DISEKTOR I RETRAKTOR, DŁ. 220 MM, pozostałe parametry bez zmian.

33. DŹWIGNIA Z RASPATOREM, DŁUGOŚĆ 190 MM, pozostałe parametry bez zmian.

35. SONDA, ŚREDNICA 1,5 MM, pozostałe parametry bez zmian.

36. SONDA, DŁUGOŚĆ 110 MM, pozostałe parametry bez zmian.

38. IGŁOTRZYMACZ, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200 MM, pozostałe parametry bez zmian.

39. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian.

40.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp:**

3.KLESZCZYKI, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

4.KLESZCZE, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

5.KLESZCZE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

9.NOŻYCZKI, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

10.NOŻYCZKI, DŁ. 14 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

11.TRZONEK NR 3, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

13.PINCETA, DŁUGOŚĆ 200 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

14.PĘSETA, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

16.PĘSETA, DŁ. 16 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

17.IMADŁO, DŁUGOŚĆ 180 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

19.IMADŁO, DŁ. 200 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

20.HACZYK USZNY, 3 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

21.SZPATUŁKA, SZEREKOŚĆ 18/23MM, DŁ 180 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

22.HAK DO RAN, 42X13 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

23.HAK DO RAN, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

24.HAK DO RAN, DŁ. 22 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

25.HACZYK, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

27-31.HACZYK DELIKATNY DO RAN, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

32.DISEKTOR I RETRAKTOR, DŁ. 220 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

33.DŹWIGNIA Z RASPATOREM, DŁUGOŚĆ 190 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

35.SONDA, ŚREDNICA 1,5 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

36.SONDA, DŁUGOŚĆ 110 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

38.IGŁOTRZYMACZ, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

39.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

40.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x100mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

32. Prosimy o dopuszczenie nieznanymi różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

PAKIET 9:

2.NOŻYCYKI PREPARACYJNE, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian.

6.IMADŁO, DŁ. 12 CM lub DŁ. 13,5 CM, pozostałe parametry bez zmian.

9.IMADŁO, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.

11.KLESZCZE, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian.

12.ZACISK, DŁUGOŚĆ 160 MM, pozostałe parametry bez zmian.

18.NOŻYCYKI, DŁUGOŚĆ 120 MM, pozostałe parametry bez zmian.

21.KLESZCZE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.

22.HAK, ŁOPATKA 40X10 MM, DŁ. 21 CM, pozostałe parametry bez zmian.

23-26.HACZYK, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian.

29.NOŻYCYKI, DŁ. 11,5 CM, pozostałe parametry bez zmian.

30.PĘSETA, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian.

31.PĘSETA, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian.

33.KLESZCZYKI, DŁUGOŚĆ 150 MM, pozostałe parametry bez zmian.

34.KLESZCZYKI, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM, pozostałe parametry bez zmian.

37.PODWAŻKA, DŁ. 24 CM, pozostałe parametry bez zmian.

38.ELEVATOR, 5 MM, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian.

39.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x135mm. Pozostałe parametry bez zmian.

40.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x50mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

41.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x135mm. Pozostałe parametry bez zmian.

42.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian.

43.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 540x285x70mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp:**

2.NOŻYCZKI PREPARACYJNE, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

6.IMADŁO, DŁ. 12 CM lub DŁ. 13,5 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza długość 13,5 CM.**

9.IMADŁO, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

11.KLESZCZE, DŁ. 12,5 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

12.ZACISK, DŁUGOŚĆ 160 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

18.NOŻYCZKI, DŁUGOŚĆ 120 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

21.KLESZCZE, DŁ. 18 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

22.HAK, ŁOPATKA 40X10 MM, DŁ. 21 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

23-26.HACZYK, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

29.NOŻYCZKI, DŁ. 11,5 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

30.PĘSETA, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

31.PĘSETA, DŁ. 15 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

33.KLESZCZYKI, DŁUGOŚĆ 150 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

34.KLESZCZYKI, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

37.PODWAŻKA, DŁ. 24 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

38.ELEVATOR, 5 MM, DŁ. 17 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

39.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 285x280x135mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

40.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 255x245x50mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

41.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x135mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

42.Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy): Rączka w jednym kolorze, Kolor pokrywy do wyboru z 6 dostępnych kolorów. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Wymiary pojemnika: 580x280x150mm. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

43.Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar

540x285x70mm. kosz wyposażony w matę "język" silikonowy o pasującym rozmiarze. Pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

33. Prosimy o dopuszczenie nieznanymi różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

PAKIET 10:

1.KLESZCZE NOSOWE, DŁUGOŚĆ 115 MM, pozostałe parametry bez zmian.

2.KLESZCZE NOSOWE ZAKRZYWIONE W GÓRĘ POD KĄTEM 45°, DŁUGOŚĆ 115 MM, pozostałe parametry bez zmian.

3.WZIERNIK KRTANIOWY, DŁ. 170 MM, pozostałe parametry bez zmian.

4.IMADŁO, DŁUGOŚĆ 180 MM, pozostałe parametry bez zmian.

7.MIKROKLESZCZYKI, 0,5X4MM, pozostałe parametry bez zmian.

8.MIK.KL., 0,9X1MM, pozostałe parametry bez zmian.

9.MIKRO NOŻYCZKI, DŁ. 75 MM, pozostałe parametry bez zmian.

16.DŹWIGNIA KOSTNA, SZEROKOŚĆ 7 MM, DŁUGOŚĆ 200 MM, pozostałe parametry bez zmian.

17.DŹWIGNIA KOSTNA, DŁUGOŚĆ 200 MM, pozostałe parametry bez zmian.

19.NOŻYCZKI, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian.

20.NOŻYCZKI, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian.

21.IMADŁO, DŁUGOŚĆ 150 MM, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp:**

1.KLESZCZE NOSOWE, DŁUGOŚĆ 115 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

2.KLESZCZE NOSOWE ZAKRZYWIONE W GÓRĘ POD KĄTEM 45°, DŁUGOŚĆ 115 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

3.WZIERNIK KRTANIOWY, DŁ. 170 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

4.IMADŁO, DŁUGOŚĆ 180 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

7.MIKROKLESZCZYKI, 0,5X4MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

8.MIK.KL., 0,9X1MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

9.MIKRO NOŻYCZKI, DŁ. 75 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

16.DŹWIGNIA KOSTNA, SZEROKOŚĆ 7 MM, DŁUGOŚĆ 200 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

17.DŹWIGNIA KOSTNA, DŁUGOŚĆ 200 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

19.NOŻYCYZKI, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

20.NOŻYCYZKI, DŁUGOŚĆ 140 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

21.IMADŁO, DŁUGOŚĆ 150 MM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

34. Prosimy o dopuszczenie nieznanych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

PAKIET 13:

1.MIKROIMADLO, DŁ. 21 CM, pozostałe parametry bez zmian.

2.PENSETA, DL. 20 CM, pozostałe parametry bez zmian.

4.SSAK, DŁ. 24,0 CM, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie parametrów w pozycjach:

5. Czy chodzi o zacisk:

- Dł.15,5cm
- Dł.18cm
- Dł.20cm

6. Czy chodzi o zacisk z blokadą:

- Dł.15,5cm
- Dł.18cm
- Dł.20cm

12. Czy chodzi o zacisk:

- Dł.20,5cm, szer.15mm
- Dł.20,5cm, szer.20mm
- Dł.23cm, szer.20mm
- Dł.23cm, szer.25mm, szczęki antytraumatyczne

**Odp:**

1.MIKROIMADLO, DŁ. 21 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

2.PENSETA, DL. 20 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający dopuszcza.**

4.SSAK, DŁ. 24,0 CM, pozostałe parametry bez zmian. – **Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.**

**5. Czy chodzi o zacisk długości 18 CM**

**6. Czy chodzi o zacisk z blokadą długości 20 cm**

**12. Wyjaśnienie: Klem do torakotomii Duval długości 32,5 CM, 30 stopni odgięty, szczyпки 8mm, Schaft 5mm.**

### **35. Zamawiający modyfikuje nr 2 do SWZ – PAKIET II**

#### **Było(...)**

73.		Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 1/1 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 310x189x90mm ± 3 mm	szt.	5
-----	--	--	------	---

(...)

#### **Jest(...)**

73.		Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), mini do narzędzi mikrochir. pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową posiadająca gniazda do umieszczenia plomb po obu stronach wanny. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera i w pokrywie kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z jedną labiryntową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Ramka identyfikacyjna umieszczona w pokrywie znakowana kolorem do wyboru z min. 5 kolorów. Wymiary pojemnika: 310x189x90mm ± 3 mm; Wraz z kontenerem należy dostarczyć plomby w ilości 1000szt	szt.	5
-----	--	---	------	---

(...)



**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać nr odpowiedzi wraz z datą modyfikacji).

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych