

Lubań, dnia 30 listopada 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

do treści SWZ na „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/16/2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 5 poz. 20 (Opis parametrów przedmiotu zamówienia/ analizatora oraz odczynników): Czy Zamawiający dopuści analizator z temperaturą chłodzenia rotora odczynnikowego w zakresie temperatur 2-10 C niezależnie od temperatury otoczenia, dla minimum 70 pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA