

.....  
.....  
Tarnów, 2020-08-18

Znak: AE/ZP-27-48/20

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę myjni do sprzętu - myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu 2 sztuki.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 14** - Prosimy o zmianę warunku minimalnego na okres 10 minut.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 5** - Prosimy o dopuszczenie urządzenia nieznacznie wyższego od opisanego tj. o wysokości 1730 mm.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 10** - Czy Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z dysz obrotowych była dyszą wysuwaną w trakcie procesu, ułatwiającą mycie wewnątrz basenu, w tym również najczęściej używanych basenów ze zwężonym końcem?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią normy PN-EN ISO 15883-1 (pkt. 5.12.6) dotyczącej wymagań ogólnych myjni-dezynfektorów, co najmniej jeden czujnik temperatury był umieszczony w pozycji określonej jako reprezentatywnej dla najniższej temperatury osiągananej we wsadzie tj. na spodzie komory?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby para nie wydobywała się z urządzenia w trakcie procesu, a po skończonym procesie została wtłoczona bezpośrednio do kanalizacji?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie gwarantowało proces dekontaminacji skuteczny wobec najbardziej opornych drobnoustrojów, w tym sporów Clostridium Difficile, co będzie potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 4** - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w obudowę i komorę wykonane jedynie ze stali nierdzewnej czy też ze stali kwasoodpornej?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o szerokości 600 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 6** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na mycie w czasie 1 cyklu 1 basenu wraz z pokrywką lub 2 kaczek?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 7** - Prosimy o doprecyzowanie jakiej wielkości miski do toalety pacjenta oraz pojemniki na mocz Zamawiający zamierza myć w zaoferowanej myjni.
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 18** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 19** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 20** - Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 20 SIWZ.
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 22** - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania dotyczące p. 18 i 19, Zamawiający wymaga aby wraz z myjniami dostarczyć również po 1 opakowaniu środków myjących i odkamieniających?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 30** - Prosimy o doprecyzowanie czy serwis opisany w p. 30 SIWZ ma również obejmować wymianę części zużywalnych?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1** Zamawiający podtrzymuje wymóg dla oferowanych myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu określony w pkt 14 Załącznika Nr 6, tj. „Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) max. do 7 minut”.

**Ad.2** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu o wysokości 1730 mm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



**Ad 3-7, 12-13** Zamawiający wymaga zaoferowania myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu spełniających wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

**Ad 8** Zamawiający precyzyjnie określił w pkt 4 Załącznika Nr 6 z czego ma być wykonana obudowa i komora mycia oferowanej myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

**Ad 9** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu o szerokości 600 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad 10** Zamawiający podtrzymuje wymóg dla oferowanych myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu określony w pkt 6 Załącznika Nr 6, tj. „Pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta, lub 2 miski „nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz. Myjnia musi posiadać co najmniej wszystkie wymienione opcje zestawień sprzętu do mycia”.

**Ad 11** Zamawiający używa standardowych, powszechnie używanych w szpitalach misek do mycia pacjenta i pojemników na mocz.

**Ad 14** Zamawiający podtrzymuje wymóg dla oferowanych myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu określony w pkt 20 Załącznika Nr 6, tj. „Wszystkie węże ciśnieniowe elastyczne w splocie metalowym”.

**Ad 15** Zamawiający podtrzymał wymagania określone w pkt 18 i 19 Załącznika Nr 6 do SIWA, w związku z czym nie udziela odpowiedzi na pytanie nr 15.

**Ad16** Zamawiający określił wymagania serwisowe w SIWZ i Załączniku Nr 6 do niej, w sprawach nie uregulowanych zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy w tym zakresie.

1/12

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie

*Marcin Kula*

