



Nr postępowania: ZP/20/2020/PN

Trzebnica, dnia 13.08.2020 r.

ODPOWIEDZI (6) na zapytania dotyczące treści SIWZ

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa implantów, endoprotez, elementów ortopedycznych, siatek przepuklinowych, systemów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy i leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu”, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie dotyczy Pakietu 22 poz 1-6

Czy Zamawiający w pozycjach 1-6 dopuści następujące rozwiązanie :

Poz. 1 Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny krótki do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznym o kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary 170mm i 200mm o kącie 125 stopni i 130 stopni, średnica gwoździ: 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm oraz gwoździe o długości 240mm i kącie 125, 130 i 135 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm.

Poz. 2 Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny długi do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznej krzywej wygięcia wynoszącej 1500mm, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary: od 300mm do 420mm mm o kącie 125 i 130 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm; 12.0mm; 14.0mm

Poz. 3,4 Śruba doszyjkowa perforowana z ostrzem helikalnym z wewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej o długości od 80mm do 120mm z przeskokiem, co 5 mm.

Poz. 5 Śruba do blokowania gwoździ o średnicy 5,0mm w długości od 26mm do 100mm. Poz. 6 Zaśleпки kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm.

Poz. 6 Zaśleпки kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm.

Pozostałe pozycje w Pakiecie bez zmian

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W przypadku, gdy Wykonawca zaferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszą odpowiedzią, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

SZ poważaniem, Jadwigi Śląskiej

w Trzebnicy
p.o. dyrektor

Mariusz Miśiuna