

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki.

1. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2021r poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie do pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 y- konektor współpracujący z urządzeniami do 8 F , wersja push – click (pracujący w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta).Wersja z drenem oraz bez drenu – do wyboru Zamawiającego.

Do wszystkich pozostałych pozycji warunki SWIZ spełnione.

Poniżej zdjęcie proponowanego y konektora.

Przed podjęciem decyzji chętnie dostarczymy próbkę produktu.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła