



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ewa Mrówka  
Dyrektor Departamentu Laboratoriów  
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa, dn. 04.08.2022

BF-2.262.17.2022 część IV

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że postępowanie w zakresie części IV zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

#### Streszczenie i ocena złożonych ofert:

Lp.	Wykonawca	Kryterium Cena	Okres gwarancji	Warunki serwisu	Funkcjonalność
11	<b>LNI Swissgas EE Sp. z o.o.</b> ul. Krasińskiego 29/227, 01-580 Warszawa	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp			
14	<b>Anchem Plus Mariusz Malczewski</b> ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56 03-982 Warszawa	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. b i c ustawy Pzp			

#### Informacja o ofercie odrzuconej:

Zamawiający informuje, że w części IV przedmiotowego postępowania zostały odrzucone oferty złożona przez Wykonawców:

- **LNI Swissgas EE Sp. z o.o.** Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia w tym wskazał, że maksymalna waga kompresora powietrza nie może przekraczać 25 kg. Wykonawca w Załączniku Nr 1 do SWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu, określił, że waga kompresora powietrza oferowanego sprzętu wynosi 35 kg. Wobec powyższego Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia.

- **Anchem Plus Mariusz Malczewski.** Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający w pkt. 2.4 lit. A Części II SWZ zapisał, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej dwiema dostawami przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 04.07.2022 r. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w tym wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Przedstawiony wykaz dostaw zawierał tylko jedną dostawę spełniającą określony warunek. Zamawiający pismem z dnia 27.07.2022 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu dostaw. Wykonawca nie uzupełnił wykazu dostaw tj. nie wskazał drugiej dostawy spełniającej warunki określone przez Zamawiającego w SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę jako ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu i który nie złożył podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zatwierdził:  
DYREKTOR DEPARTAMENTU LABORATORIÓW  
Ewa Mrówka