



Poznań, dnia 08.03.2021r.

Dz. Z. P. 02/ 21

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia poniżej progu unijnego  
na dostawę odczynników chemicznych.**

**WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Pozycji nr 12 (Pracownia Patomorfologiczna) dopuści odczynnik Kwas octowy czysty do analiz 80%?

**Odp: Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2**

Jakiej zawartości acetonu w alkoholu skażonym wymaga Zamawiający? Dotyczy pozycji nr 1 oraz 2 (Pracownia Patomorfologiczna); oraz pozycji 6 (Pracownia Patofizjologii Szyjki Macicy).

**Odp: 3% stężenia acetonu.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści Medium do zaklejania preparatów na bazie ksylenu w opakowaniach 500 ml? Dotyczy pozycji nr 10 (Pracownia Patomorfologiczna).

**Odp: Nie. Zgodnie z SIWZ**

Z poważaniem



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 95 15  
e-mail: aszczebłowska@gpsk.ump.edu.pl

