



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 09.03.2023 r.

ZP/ 15 /2023

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę analizatora do wieloparametrowego PCR (MultiplexPCR) w pełni zautomatyzowanego systemu zamkniętego, zatwierdzonego certyfikatem CE IVD oraz zakup odczynników do diagnostyki zakażeń krwi, diagnostyki zakażeń dolnych, górnych dróg oddechowych, układu pokarmowego, zakażeń stawów i zakażeń okołoprotezowych, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wykorzystującą technikę Multiplex PCR służące do jednoczesnego oznaczenia wielu patogenów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy projektu umowy par 5 pkt 10 oraz Formularz oferty pkt III. 4.d

Czy Zamawiający odstąpi od wykonywania przeglądów i kalibracji aparatu jeżeli zgodnie z zaleceniami producenta nie jest on wymagany? Wykonawca złoży razem z ofertą stosowne oświadczenie.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi, jeśli nie wpłynie to na pracę aparatu.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika 2A pkt 2 (znacznik) wymagania dla pakietu 1

Czy Zamawiający odstąpi tego by opakowanie zawierało instrukcję używania i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.

Pytanie 3

Dotyczy SWZ Rozdz V pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze, napraw do 48 godz. w dni robocze, oraz do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części do naprawy z zagranicy, pod warunkiem zapewnienia w tym czasie aparatu zastępczego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 5

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą dodanie paragrafu w umowie: „Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 (Stomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Crechosfowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoł Cierpienie”



oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający doda do umowy powyższy zapis, w przypadku gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego, a Zamawiający zaakceptuje sposób wykonywania połączeń do sieci Szpitala w celu wykonywania prac serwisowych (nazwa aplikacji/ rozwiązania techniczne).

Pytanie 6

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy analizatora do 21 dni ?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych 5 dni do trzech tygodni liczonych od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę, pod warunkiem zapewnienia na ten okres czasu aparatu używanego, pozwalającego na wykonanie planowanych badań.

Pytanie 7

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Reklamacje (ilościowe i jakościowe) będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze (pn. - pt.).”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca oświadcza, że każde pojedyncze opakowanie produktu będzie zawierało ulotkę informacyjną w języku polskim (z datą produkcji, ważności lub datą produkcji i okresem ważności, określeniem jakości sprzętu, nr serii, określeniem jedno/wielorasowości produktu, itp.). W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia rzeczonych ulotek na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”?

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca w terminie dni od daty podpisania umowy we własnym zakresie i na własny koszt przekaże Zamawiającemu na zasadzie dzierżawy analizator na okres obowiązywania niniejszej umowy. Dzierżawione urządzenie musi być w pełni sprawne, nie

starsza niż trzy lata. Odbiór dostarczonego aparatu oraz ich stan techniczny, zostanie potwierdzony protokołem przekazania podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednoczenie postanowień umownych mając na uwadze uniknięcie nieporozumień i niejasności na etapie wykonywania umowy polegającego na wskazaniu, iż termin dostawy przedmiotu dzierżawy będzie miał miejsce w ciągu wskazanej ilości dni liczonej od podpisania umowy (vide 3 ust. 7).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§5 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§5 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Po zakończeniu użyczenia Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, jednakże Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu dzierżawy, będące następstwem prawidłowego użytkowania.”?

Uzasadnienie: W wyniku omyłki pisarskiej w postanowieniu błędnie określono tytuł do posiadania aparatu wskazując, iż chodzi o przedmiot użyczenia a nie dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisu na następujący:

"Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, jednakże Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu dzierżawy, będące następstwem prawidłowego użytkowania."

Pytanie 12

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie wystawiał i załączał fakturę do każdorazowej dostawy. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres:”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§8 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„dotyczy dzierżawy: w przypadku przekroczenia terminu dostawy aparatu, o którym mowa w § 3 pkt. 7, o 14 dni Zamawiający może w terminie 30 dni odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu;”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§8 ust. 1 lit. f – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uwaga

- 1) W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
- 2) Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, iż nastąpiła **zmiana terminu składania i otwarcia ofert** na dzień **15.03.2023 r.**, o czym informację Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamawiający na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
- Załącznik nr 1 po modyfikacji
- Załącznik nr 2A po modyfikacji
- Załącznik nr 7 po modyfikacji

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz