



ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5
e-mail: sekretariat@scru.pl www: www.scru.pl
NIP: 735 28 56 672, REGON: 000297951

DR-2-TP/2-1/2024

Rabka Zdrój, dnia 04.03.2024 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno -Uzdrowiskowym, nr DR-2-TP/2-2024**

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie 1 Dot. PAKIEU NR 2 - Szyna CPM dla stawu kolanowego i biodrowego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniającą SWZ szynę CPM o poniższych parametrach technicznych:

- obciążenie nominalne (max.) 20 kg
- waga pacjenta (max.) 135 kg
- wzrost pacjenta 120-220 cm
- limit wyprostu stawu biodrowego 0°
- limit zgięcia stawu biodrowego 115°
- limit wyprostu stawu kolanowego -10°
- limit zgięcia stawu kolanowego 123°
- czas terapii max. 59 minut 59 sekund
- długość całej kończyny dolnej 58-110 cm
- długość kości piszczelowej 23 do 55 cm
- długość kości udowej 35 do 55 cm
- prędkość 40°- 380°/min
- **możliwość rozbudowy o staw skokowy**
- zabezpieczenie z klipsami
- odwracanie podstawki na stopy
- regulacja podparcia stóp.
- regulacja podparcia na boki
- ruch o dużej prędkości
- pilot START/STOP
- pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym
- panel kontrolny
- ustawienia kąta w czasie rzeczywistym
- program rozgrzewki/ program progresywny
- Program intensywnego zgięcia i wyprostu/oscylacje
- przerwy w zgięciu i wyprostie
- rozciąganie zgięcia i wyprostu
- kontrola prędkości zgięcia/wyprostu
- przywracanie ustawień fabrycznych jednostki
- odwrócenie obciążenia
- zaprogramowane sekwencje: 13 automatycznych programów
- blokada pacjenta

- pamięć wewnętrzna: 50 programów użytkownika
- zmiana wszystkich parametrów w trakcie terapii- regulacja podparcia na boki
- ruch o dużej prędkości
- pilot START/STOP
- pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym
- panel kontrolny
- ustawienia kąta w czasie rzeczywistym
- program rozgrzewki/ program progresywny
- Program intensywnego zgięcia i wyprostowania/oscylacje
- przerwy w zgięciu i wyprostowaniu
- rozciąganie zgięcia i wyprostowania
- kontrola prędkości zgięcia/wyprostowania
- przywracanie ustawień fabrycznych jednostki
- odwrócenie obciążenia
- zaprogramowane sekwencje: 13 automatycznych programów
- blokada pacjenta
- pamięć wewnętrzna: 50 programów użytkownika
- zmiana wszystkich parametrów w trakcie terapii”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej szyny.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 1 – szyna CPM dla stawu kolanowego i biodrowego

Czy Zamawiający dopuści szynę o poniższych parametrach: Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego

Automatyczne zwiększenie wyprostowania oraz zgięcia

Przerwa w trakcie wyprostowania i zgięcia

Współpraca z kartą pamięci

Limit automatycznego wzrostu zgięcia i wyprostowania

Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia i wyprostowania

Zakres ruchu w st. kolanowym -10° , 120°

Zakres ruchu w st. biodrowym 7° , 115°

Prędkość ruchu $0,8^{\circ}$ /sekundę , $3,5^{\circ}$ /sekundę

Siła 0-40kg

Zasilanie 220V ~ 60Hz

Klasa IB Standard EN 60601-1

Waga 9,5kg

Konstrukcja: możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień.

Pozwala na prowadzenie ćwiczeń stawów kończyny dolnej,

umożliwia prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach,

pacjent może ćwiczyć w pozycji siedzącej, bądź leżącej,

możliwość zastosowania karty pamięci, funkcja "Warm-up" stosuje serię ćwiczeń o ograniczonym

zakresie ruchu, mających na celu rozgrzanie stawów i przygotowanie ćwiczonej okolicy do właściwej części terapii, programowalny pilot.

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej szyny.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ze względu na czas niezbędny do złożenia ofert zostaje wydłużony: **termin składania ofert do dnia 08.03.2024 r. do godziny 10:00, a termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 10:30.**

Termin związania ofertą do dnia 06.04.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o. o.

mgr Sebastian Molek