



Znak: AE/ZP-27-93/20

Tarnów, 2020-12-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie ostrzy do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie; długość – 80 mm, grubość 0.25 mm, wysokość – 8 mm, kąt ostrza 35°, wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji (ostrza o podwyższonej twardości) z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 8 x 2mm w odległości 20 mm licząc od środka otworów?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający w celu zabezpieczenia Użytkownika przed zacięciem przy montażu żyletki w uchwycie mikrotomu wymaga aby ostrza posiadały wszystkie 4 narożniki żyletki (przy krawędzi tnącej oraz przy podstawie) sfazowane pod kątem 45°?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1-2.** Czy w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia poszczególnych ostrzy oraz pełnej kompatybilności z uchwytem Zamawiający wymaga aby zaoferowane ostrza (pozycje 1-2) pochodziły od jednego producenta oraz dla potwierdzenia posiadały naniesioną nazwę producenta na każdym nożyku?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia – Czy Zamawiający oczekuje żyłek mikrotomowych N-35, tj. żyłek przeznaczonych do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, kompatybilnych z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażonych w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu)?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-4.** Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne z przykrywką (połączoną z kasetką bez zawiasów), z 96 otworami w obu częściach kasetek, wielkość otworów 1 x 5 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5-6.** Czy Zamawiający dopuści kasetki biopsyjne białe z przykrywką (połączoną z kasetką bez zawiasów), ze specjalnymi 2-ma komorami 17 mm x 9 mm na materiał, wielkość otworów siateczki w komorze 0,35 mm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści kasetki biopsyjne białe z 224 dziurkami w podstawie i 224 dziurkami w pokrywie, średnica otworów 1 x 1 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści kapilary heparynowe NA+Li ? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści statyw 50miejscowy ? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści próbki typu Falcon o wymiarach 28x115mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
11. **Dotyczy Formularza Cenowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
12. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

13. **Dotyczy Formularza Ofertowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8-11.** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie szkiełek z pozycji 8-11 i utworzenie z nich nowego pakietu.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwóch opakowań szkiełek konfekcjonowanych po 72 szt./op.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z wieczkiem łamanym, z 80 otworami w obu częściach kasetek, średnica otworów 1,6x1,6mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek biopsyjnych białych, z przykrywką na zawiasie, ze specjalną komorą 20x17mm na materiał, wielkość otworów siateczki w komorze 0,35mm, poza komorą osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek biopsyjnych pomarańczowych, z przykrywką na zawiasie, ze specjalną komorą 20x17mm na materiał, wielkość otworów siateczki w komorze 0,35mm, poza komorą osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek biopsyjnych białych ze 168 otworami w podstawie i 164 otworami w przykrywce, średnica otworów 1x1mm.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykieta) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalcaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym wnosimy o odstąpienie od wymogu: „z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców”
23. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w kolorze zielonym, odpowiednim do tkanki świeżej i utrwalonej, zapewniający trwałe oznaczenie, w opakowaniu o pojemności 59 ml.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** również opisanych w pytaniu ostrzy do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** żyłek mikrotomowych do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 9 poz. 1-2** żyłek mikrotomowych spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** żyłek mikrotomowych do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-4** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 5-6** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 7** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** kapilar heparynowych NA+Li, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

- Ad. 9** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** statywu 50 miejscowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 20** próbek typu Falcon o wymiarach 28x115mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 11** Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, ponieważ zgodnie wymogiem określonym w SIWZ w Formularzu Cenowym należy podać cenę za opakowanie oraz wielkość zaoferowanego opakowania danego wyrobu.
- Ad. 12** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do ogólnych warunków umowy.
- Ad. 13** Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta.
- Ad. 14** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 8-11** i utworzenie z nich nowego pakietu.
- Ad. 15** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** dwóch opakowań szkiełek konfekcjonowanych po 72 szt. w opakowaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 16** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-4** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.
- Ad. 17** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 5** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.
- Ad. 18** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz.6** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.
- Ad. 19** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 7** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.
- Ad. 20-21** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 7** pojemników na próbki chirurgiczne spełniających wymagania określone w SIWZ.
- Ad. 22** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** żyłek mikrotomowych opisanych w pytaniu pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..
- Ad. 23** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz.3** atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w opakowaniach o pojemności 59 ml, pod warunkiem zaoferowania 2 takich opakowań

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

