



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Mogilno, dnia 11.01.2023 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

dot. zapytania ofertowego – dostawy nici chirurgicznych

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dot. zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści niewchłaniałne nici chirurgiczne z nylonu (z długołańcuchowych polimerów alifatycznych – Nylon 6 i Nylon 6.6), monofilament, barwione?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90 cm, reszta parametrów bez zmian?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90 cm, reszta parametrów bez zmian?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 11

Czy w miejsce opisanego Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igły podwójne o długości 77mm, na nitce 75 cm w rozmiarze 2, reszta parametrów bez zmian?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści szewniewchłaniałne nici chirurgiczne polipropylenowe, sterylne składające się z izotaktycznego, krystalicznego stereo izomeru polipropylenu, syntetycznej liniowej poliolefiny. Barwione

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, barwiony, kopolimer 93% glikolidu i 7% l-laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu bądź glikolidu oraz stearylomleczanu wapnia. Okres wchłaniania 56-70 dni. Podtrzymanie tkankowe: 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 32 mm, reszta parametrów bez zmian?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 27 mm, reszta parametrów bez zmian?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, barwiony, kopolimer 93% glikolidu i 7% l-laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu bądź glikolidu oraz stearylomleczanu wapnia. Okres wchłaniania 56-70 dni. Podtrzymanie tkankowe: 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, monofilamentowy, barwiony, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, czas wchłaniania 180dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 75% po 2 tyg., ok. 65% po 3 tygodniach i 50% po 28 dniach?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści szewchirurgiczny, syntetyczny, multifilamentowy, wykonany z poliestru, barwiony na niebiesko?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie pozycji 11 z Zadania 1, co pozwoli naszej firmie na złożenie oferty cenowej w w/w Zadaniu?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 1, 3, 4, 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby każde opakowanie posiadało wklejki do dokumentacji medycznej.

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3, poz. 7, 9, 13

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła okrągłą bez katalogowego określenia „mocna”?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 4, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła okrągłą bez katalogowego określenia „mocna”?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe sterylne, wykonane z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 28 dniach., ok. 50% po 42 dniach?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 5, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści szew o długości nici 70cm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew o długości nici 90cm?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. a/a

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/