

Milicz, dnia 22.02.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Milickiego Centrum Medycznego.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 22.02.2022

Pakiet 24, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul o wymiarach 9 x 11 cm

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet 24, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra poliuretanowego bez gazika na końcu rozcięcia.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pakiet 24, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra poliuretanowego w rozmiarze 7 x 9 cm.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet 24, poz. 4-9

Czy Zamawiający wymaga samoprzylepnego poliuretanowego opatrunku z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 21.02.2022

Dot. Pakiet 14 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 pozycji 7? Umożliwi to złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Dot. Pakiet 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład z wkładem chłonnym, gramatura 125 g/m², chłonność bezwzględna: 3230 g/m² (dotyczy rdzenia

chłonnego), wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła - grubości min 0,7 mm, produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta, o wymiarach 101cm (+/-1cm) x 76cm (+/-1 cm)?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Dot. wzoru umowy §4 ust.1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust.1 poprzez dodanie punktu 5 o treści :
5.kwarantanny, epidemie, w szczególności zaś następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający nie jest uprawniony do modyfikacji definicji kodeksowych zawartych w kodeksie cywilnym. Podkreślić również należy, iż jakiegokolwiek regulacje dotyczące zagadnień dotyczących pandemii COVID-19, które zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego, są aktami powszechnie obowiązującymi, a zatem dotyczą również Zamawiającego. Tym samym przepisywanie ich do treści umowy jest bezzasadne. Na marginesie proponowany zapis odnosi się do § 8 ust. 1 projektu umowy, a nie § 4 jak wskazuje pytający.

Pakiet 26

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania maty nieznacznie różniącej się wymiarami od wymaganej, w rozmiarze: 71,1x142,2 cm.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet nr 25

1. Poz. nr 2-4 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania tupferów gazowych w kształcie kuli?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane tupfery posiadały nitkę RTG wplecioną na długości całego wyrobu co uniemożliwia jej oddzielenie od gazy?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

3. Poz. nr 5 – czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana opaska elastyczna kohezyjna nie posiadała w swoim składzie uczulającego lateksu?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

pakiet 7, poz. 1-2,

czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 2 'a x 25 szt., z przeliczeniem ilości?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

pakiet 7, poz. 1-6,poz. 10

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6, poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami

uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

pakiet 9, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

pakiet 9, poz. 7-11

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej - szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Prosimy o wskazanie jaki rozmiar żądają Państwo odpowiednio do pozycji: Rozmiar 1 – max 15 mm - palec Rozmiar 2 - 10-25 mm-dłoń, palec Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa Rozmiar 4 - 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano - 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 - udo, głowa, biodra - 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 - biodra, brzuch - 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 - klatka piersiowa , brzuch - 80-140 mm, j.w.

Odp.

Zamawiający wymaga:

- Rozmiar 1 – palec - 15 mm (pozycja 7)
- Rozmiar 3 - dłoń , stopa - 15-35 mm (pozycja 8)
- Rozmiar 6 - 40-65 mm (pozycja 9)
- Rozmiar 8 - 50-95 mm (pozycja 10)
- Rozmiar 10 - 65-135 mm (pozycja 11)

pakiet 11, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z dnia 18.02.2022

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 pozycja 20 dopuści do zaoferowania skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry w wielkości opakowania 92g? wielkość handlowa 28g jest niedostępna. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 18.02.2022

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, pozycji nr 8, 9:

Siatki przepuklinowe, wewnątrzotrzewnowe, separujące, antyadhezyjne, miękkie, niewchłaniające, 2-warstwowe, z jednej strony wykonane z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i

gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadające się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną, jak i laparoskopową. Grubość siatki: 0,62 mm, gramatura: 108g/m², porowatość średnia: 667 μm, dwukierunkowa elastyczność - wytrzymałość na rozciąganie 37,9 N/cm dla jednego kierunku, 59,3 N/cm dla drugiego kierunku, siatki z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadające pamięć kształtu, w rozmiarach:

- 14 x 18 cm owalna (SIWZ wymaga 15 x 17 cm);
- 20 x 25 cm owalna (SIWZ wymaga 30 x 20 cm)?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o możliwość startowania na poszczególne pozycje lub o wydzielenie pozycji 8, 9 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17, pozycji nr 2:

Taśmy urologiczne jednorazowe, jednorodnie, sterylne, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczone do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT przy użyciu prowadnic wielorazowych, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314 μm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o możliwość startowania na poszczególne pozycje lub o wydzielenie pozycji 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania